

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.104.2024.RS na dostawę wirówki z funkcją chłodzenia wraz z akcesoriami dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Dotyczy; Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf Czy Zamawiający dopuści wirówkę z nastawianiem programów wirowania, temperatury, czasu wirowania oraz warunków wirowania za pomocą przycisków funkcyjnych i pokrętle? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego ponadto podany wymóg ogranicza konkurencyjność postępowania jednoznacznie wskazujące na docelowego producenta.	Zamawiający nie wyraża zgody. Bazując na doświadczeniu, Zamawiający uważa, że pokrętle są najbardziej wadliwymi elementami wirówki. Ich nieprawidłowe działanie uniemożliwia korzystanie z urządzenia oraz wymaga częstszego serwisu całej wirówki. Różni producenci oferują wirówki z przyciskami funkcyjnymi (bez pokręteł).
2.	Dotyczy; Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf Czy Zamawiający dopuści wirówkę z wyświetlaczem jednocześnie wskazującym zadane lub bieżące wartości prędkości, czasu, temperatury?	Zamawiający nie wyraża zgody. Wskazywanie zadanej i bieżącej wartości parametrów jest istotne do kontrolowania warunków wirowania.
3.	Dotyczy; Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem na próbówce typu eppendorf 1,5ml/2ml; o maksymalnym RCF wynoszącym 24,400? Oferowane rozwiązanie jest funkcjonalnie równoważną alternatywą do wymaganego jednocześnie zapewniającą wyższą żywotność urządzenia z racji niższych sił działających na zarówno na rotor jak i samą wirówkę.	Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający utrzymuje zapisy o minimalnych parametrach wirowania dla rotora na próbówce 1,5/2ml.

	<p>Dotyczy; Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf</p> <p>4. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem sześciomiejscowym na próbówce typu falkon o objętości 50ml i maksymalnym RCF wynoszącym 16,504? Oferowane rozwiązanie jest funkcjonalnie zbliżoną alternatywą do wymaganego jednocześnie zapewniającą wyższą żywotność urządzenia z racji niższych sił działających na zarówno na rotor jak i samą wirówkę.</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza zmian.</p> <p>8 miejscowy rotor jest niezbędny do realizacji doświadczeń przewidzianych w granicie.</p> <p>Zamawiający utrzymuje zapisy o minimalnych parametrach wirowania dla rotora na próbówce typu falkon 50 ml.</p>
--	---	---

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych

mgr Rafał Szarek