

*Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego*

Znak sprawy: INS/BBA-15/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest zakup wraz z dostawą i instalacją, jednego fabrycznie nowego zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl'a składającego się z mineralizatora oraz destylarki.

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego do w/w postępowania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1:

Maksymalna temperatura procesu mineralizacji podana przez Państwa to 440 stopni - posiadamy takie urządzenie, lecz temperatura max u nas wynosi 430 stopni. Dodatkowo preferowana przez Państwa głębokość gniazd wynosi 55 mm, nasze mineralizatory posiadają 46 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na dostawę mineralizatora o temperaturze max 430 stopni oraz głębokości gniazd 46 mm

