

**Nr postępowania: GUM2024ZP0097**

Gdańsk, dnia 18.09.2024 r.

### Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu medycznego, zamrażarki niskotemperaturowej, termomiksera i wirówki w 6 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1 – Pakiet 5, pkt. 6:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę, w której odliczanie czasu wirowania będzie odbywało się tylko od momentu startu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2 – Pakiet 5, pkt. 15:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez odprowadzania wilgoci i skroplin z komory?

W oferowanych przez nas wirówkach nie ma potrzeby odprowadzania wilgoci i skroplin z komory.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

p.o. Kanclerza

/-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda

*Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula*