

L. Dz. 1740/09/2023

Poznań, 21 września 2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.). Nr postępowania: **PN 67/08/2023 – optoelektroniczna aparatura pomiarowa.**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, dalej zamawiający, informuje, że w dniu 18.09.2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, dotyczący ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W § 5 ust. 8 wzoru umowy (Część III w SWZ) w przypadku niedotrzymania terminów reakcji lub naprawy lub niedotrzymania warunków wymiany określonych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% od kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za tą część zamówienia, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary tej nie nalicza się, jeżeli Zamawiający skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Ustalona przez Zamawiającego stawka kar umownych jest bardzo wysoka w stosunku do jednoczesnej wysokiej wartości zamówienia. Obniżenie wysokości kar umownych w dalszym ciągu zagwarantuje Zamawiającemu zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 8 wzoru umowy na brzmiącą jak poniżej:

W przypadku niedotrzymania terminów reakcji lub naprawy lub niedotrzymania warunków wymiany określonych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości **0,1%** od kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za tą część zamówienia, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary tej nie nalicza się, jeżeli Zamawiający skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

(Zmiany zostały odznaczone pogrubionym drukiem oraz podkreśleniem)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, w związku z tym, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprzez zamieszczenie ujednoliconej wersji SWZ z zaznaczonymi zmianami w pliku pn. „SWZ_ optoelektroniczna aparatura pomiarowa_po zmianach.pdf,,

1

Pytanie 2:

§ 5 ust. 11 wzoru umowy (Część III w SWZ) określa:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych w odniesieniu do danej Strony nie może przekroczyć 50% kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za daną część zamówienia Zamawiający niezależnie od innych przyczyn rozwiązania umowy albo odstąpienia od niej - może rozwiązać umowę z Wykonawcą albo od niej odstąpić w odniesieniu do danej części, i to bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

Zaproponowana przez Zamawiającego łączna wysokość kar umownych zastrzeżona na poziomie 50% kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana, wykraczająca poza przyjęte standardy rynkowe. Główną funkcją kary umownej jest funkcja prewencyjno-represyjna – ma ona motywować kontrahenta do wykonania zobowiązania zgodnie z zasadami przyjętymi przez strony w umowie. Takie postanowienie znacznie wykracza poza znane realia i standardy rynkowe i nie może zostać zaakceptowane przez Wykonawcę, gdyż naraża go na utratę płynności finansowej. Kara umowna na poziomie 25% kwoty netto wynagrodzenia jest wystarczająca, abyśmy dążyli do wykonania umowy w terminie.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 11 wzoru umowy na brzmiącą jak poniżej?

Łączna maksymalna wysokość kar umownych w odniesieniu do danej Strony nie może przekroczyć 25% kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za daną część zamówienia Zamawiający niezależnie od innych przyczyn rozwiązania umowy albo odstąpienia od niej - może rozwiązać umowę z Wykonawcą albo od niej odstąpić w odniesieniu do danej części, i to bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

(Zmiany zostały odznaczone pogrubionym drukiem oraz podkreśleniem)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, w związku z tym, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprzez zamieszczenie ujednoliconej wersji SWZ z zaznaczonymi zmianami w pliku pn. „SWZ_ optoelektroniczna aparatura pomiarowa_po zmianach.pdf„

Pytanie 3

W § 6. Ust. 2 do części 7, 11 oraz 12 we wzorze umowy Zamawiający określa „Czas naprawy/wymiany: naprawa w ciągu 30 dni albo wymiana wadliwego towaru na wolny od wad w ciągu 30 dni, terminy liczone od daty zgłoszenia.”

Oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta, który świadczy usługi serwisowe poza granicą Polski. W związku z koniecznością wysłania sprzętu za granicę, czas wyznaczony na naprawę od momentu zgłoszenia jest bardzo istotny. W tym terminie uwzględnić należy również czas niezbędny na transport oraz odprawę celną przesyłki.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6. Ust. 2 do części 7, 11 oraz 12 na brzmiącą jak poniżej?

Czas naprawy/wymiany: naprawa w ciągu 30 dni **roboczych** albo wymiana wadliwego towaru na wolny od wad w ciągu 30 dni **roboczych**, terminy liczone od daty zgłoszenia.

(Zmiany zostały odznaczone pogrubionym drukiem oraz podkreśleniem)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na fakt, że dostawy objęte przedmiotem zamówienia będą wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu, zatem wydłużenie czasu naprawy albo wymiany wadliwego towaru pozbawia zamawiającego możliwości jego wykorzystania na potrzeby prac projektowych.

Pytanie 4

W § 6 Ust. 2 podpunkt b) i c) Zamawiający określa:

b) przez „czas reakcji” na zgłoszenie awarii rozumie się czas, który upłynie od wysłania zgłoszenia awarii do podjęcia czynności naprawczych ze strony Wykonawcy; nie dotyczy dostarczanego oprogramowania, dla którego obowiązują warunki gwarancji producenta oraz pozycji dla których przewidziana jest wymiana wadliwego towaru na wolny od wad;

c) przez „czas naprawy/wymiany” rozumie się czas liczony od wysłania zgłoszenia awarii do dokonania skutecznej naprawy albo wymiany i dostarczenia sprzętu zastępczego. Nie dotyczy dostarczanego oprogramowania, dla którego obowiązują warunki gwarancji producenta oraz pozycji dla których przewidziana jest wymiana wadliwego towaru na wolny od wad;

W celu zachowania ciągłości komunikacji oraz uniknięcia nieporozumień Wykonawca proponuje wprowadzenie potwierdzeń otrzymania wiadomości.

Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 6. Ust. 2 podpunktu i) brzmiącego jak poniżej?

i) przez „zgłoszenie awarii” rozumie się zgłoszenie przesłane do Wykonawcy drogą mailową na adres: Zgłoszenie zostanie uznane za skuteczne w momencie otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, ze względu na to, że skuteczność zgłoszenia awarii nie może być zależna od zachowania wykonawcy (potwierdzenia przez niego faktu otrzymania zgłoszenia). Deklarując określony sposób zgłaszania awarii wykonawca jest odpowiedzialny za stworzenie możliwości oraz utrzymanie tych możliwości w zakresie skutecznego zgłaszania awarii.

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załącznika nr 1 do SWZ - Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, w wersji przystosowanej do edycji. Znacznie ułatwi to pracę osobie odpowiedzialnej za kwestie techniczne po stronie Wykonawcy oraz umożliwi sporządzenie przejrzystego i łatwego do odczytania pliku dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia jest udostępniony w wersji edytowalnej na stronie prowadzonego postępowania w pliku pn. „Formularz Oferty (wersja edytowalna).docx”

Pytanie 6

W § 1 Ust. 6 Zamawiający określa: Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia są zaawansowane technologicznie i terminy używane w jego obsłudze są w większości anglojęzyczne, stąd użytkownicy nie korzystają z polskojęzycznych dokumentacji nawet jeśli są dostępne. Tłumaczenie takiej dokumentacji na język polski wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy oraz jest kosztowne, stąd nasza prośba.

Czy zamawiający wyraża zgodę na złożenie kart katalogowych oraz instrukcji obsługi w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie kart katalogowych oraz instrukcji obsługi w języku angielskim.

Pytanie 7

W związku z szerokim zakresem zamówienia czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu zadawania pytań do 22 września 2023? Wydłużony czas na zadanie nurtujących Wykonawcę pytań umożliwi złożenie oferty jak najlepiej dostosowanej do oczekiwań Zamawiającego.

Odpowiedź:

Terminy w jakich wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ oraz terminy w jakim zamawiający udziela wyjaśnień określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem