



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 31.05.2023r

## Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-127/2023

### INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę stojaków do kroplówek i komplet pasów .

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści stojak wykonany ze stali lakierowanej proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie jednego uchwytu 0,5kg

Odp. Zamawiający dopuszcza

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści stojak na 4 kołach a nie 5

Odp. Zamawiający dopuszcza

#### Pytanie nr 4

Czy dopuszczą Państwo stojak do kroplówek o podstawie i części stałej malowanej proszkowo, a wysuwana sztyca z wieszakami jest ze stali nierdzewnej?"

Odp. Zamawiający dopuszcza

#### Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie jakim rozmiarem pasów na nadgarstki Zamawiający jest zainteresowany?

Odp. Zamawiający wymaga pasów o obwodzie 14- 20

#### Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminy dostawy z 14 dni na 5 tygodnie od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 5 tygodni

#### Pytanie nr 7

Czy zamawiający wymaga stojaka chromowanego w całości, czy tylko wieszak?

Odp. Zamawiający nie wymaga stojaka chromowanego w całości

KIEROWNICZKA  
Zakupów i Usług/Produktów

Rozmiana Komornik