

Formularz cenowy na dostawę jednorazowych rękawic diagnostycznych

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent	Nazwa handlowa
1.	Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, niesterylne, długość min. 240 mm	op. a 100 szt.	12 000		8%				

Lp.	Wymagania jakościowe bezwzględne (rękawice jednorazowe diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, niesterylne)		Uzupełnia Wykonawca Wpisać "Tak" jeśli oferowany artykuł spełnia wymaganie lub "Nie" jeśli nie spełnia *
1.	Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe niesterylne rozmiary S, M, L, XL pakowane po 100 szt w op. (dopuszcza się opakowania w rozmiarze XL pakowane po 90 sztuk)	Tak/Nie	
2.	Równomiernie rolowany brzeg, teksturowane lub mikroteksturowane na końcach palców lub na całej powierzchni, uniwersalna pasująca na prawą i lewą dłoń	Tak/Nie	
3.	Rękawice bezpudrowe	Tak/Nie	
4.	Kolor rękawic: niebieski lub jasnoniebieski	Tak/Nie	
5.	Produkt zarejestrowany jako <b>wyrób medyczny klasa I</b> (Rozporządzenie UE 2017/745)	Tak/Nie	
6.	Produkt zarejestrowany jako środek ochrony indywidualnej <b>kategorii III Typ B</b> zgodnie Rozporządzeniem (UE) 2016/425	Tak/Nie	
7.	Zgodność z normami EN 455-1, 2, 3, 4; EN 374-1, 2, 4, 5; EN 16523-1; EN -420; lub normami równoważnymi	Tak/Nie	
8.	Opakowanie jednostkowe rękawic fabrycznie oznakowane w min. takie informacje jak: nazwa własna, zdefiniowane przeznaczenie wyrobu, opisany rozmiar, oznakowanie CE , nazwa i adres producenta, data produkcji, data ważności i nr serii, poziom AQL, piktogramy	Tak/Nie	
Lp.	Ocena kryterium jakości	Zakres punktacji	Opis kryterium - dokonuje Wykonawca** (Wykonawca winien wskazać parametr zaofertowanego przedmiotu zamówienia podlegający ocenie w kryterium jakości)
1.	AQL ≤1,5 (0 pkt); AQL ≤ 1,0 (20 pkt)	od 0/20 pkt	

\* W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

\*\*Do oceny jakościowej na potwierdzenie informacji wpisanych w formularzu cenowym Zamawiający wymaga załączenia do oferty Raportu z badań wykonanych przez niezależne laboratorium lub producenta lub karty technicznej wystawionej przez producenta.