



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.2600.15.2023  
Egz. Nr 1

Bydgoszcz, 07.07.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, informuje, że w zapytaniu ofertowym pt.: „**Dostawa laboratoryjnego dygestorium chemoodpornego z szafką wentylowaną wraz z jego instalacją i podłączeniem mediów oraz wentylacji mechanicznej**” wpłynęły pytania Wykonawcy do treści opisu przedmiotu zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1

„Z jakiego materiału ma być wykonana rura odprowadzająca wycieki z dygestorium?”

Odpowiedź:

Stal kwasoodporna.

Pytanie nr 2

„Jak długi jest odcinek od dygestorium do wylotu wentylacji w pomieszczeniu?”

Odpowiedź:

Dygestorium i szafka pod dygestorium podłączone są rurą o średnicy 15 cm na tym samym poziomie:

- na wysokości 276 cm od podłoża (rura zakończona kolankiem skierowanym do dołu), skrajna długość 71,5cm
- na wysokości 286 cm od podłoża (rura biegnąca równolegle do podłoża) skrajna długość 29 cm.

Z upoważnienia  
Dyrektora Wojewódzkiej  
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
(podpis nieczytelny)  
Sylwia DERDA

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>,
2. a/a.