



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, tel:+48 (81) 502 17 00

www.sck.lublin.pl

e-mail:sekretariat@sck.lublin.pl

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

Numer sprawy: UCS/ZP/08/22

Lublin, dnia 31.05.2022r.

**Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**

Na podstawie **art. 284 ust 2 oraz art. 286 ust 1 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, którym jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Lublinie, **odpowiednio wyjaśnia oraz zmienia** treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

**Pytanie 1**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w rozmiarach S-XL?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2**

dotyczy pakietu 7 poz. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie masek z zastawką Venturiego o poniższych parametrach: Maski tlenowe z drenem , zastawką Venturiego . Zestaw składający się z maski tlenowej ze zwężkami Venturiego kodowanymi kolorystycznie, umożliwiające uzyskanie określonego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej; maska wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI), z drenem o przekroju gwiazdkowym, łączącym z reduktorem o dł. 2,1m, oraz nakładkę na nawilżacz i rurę karbowaną, jednorazowe, rozmiar uniwersalny dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3**

dotyczy pakietu 7 poz. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zamkniętego systemu do nawilżania o poniższych parametrach: System do zimnego nawilżania o pojemności 550 ml. Jednorazowy pojemnik z łącznikiem nawilżacza dostarczany w zbiorczym opakowaniu. Zawartość butelki sterylna jeżeli opakowanie nie zostało otwarte lub uszkodzone, specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku górnej jego części powodując przejście jego przez całą objętość wody.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4**

**Zadanie 4, Pozycja 9** Czy Zamawiający dopuści Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropyleń i polietylen) o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup>, kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w trzyczęściowy kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, tel:+48 (81) 502 17 00

www.sck.lublin.pl

e-mail:sekretariat@sck.lublin.pl

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza kombinezon opisany w pytaniu.

**Pytanie 5**

**Zadanie 4, Pozycja 10** Czy Zamawiający dopuści półmaski pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza półmaski pakowane po a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego, zgodnie z Rozdz. XVI ust.5. SWZ.

**Pytanie 6**

**Zadanie 4, Pozycja 11** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrań wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza ubrania opisane w pytaniu.

**Pytanie 7**

**Zadanie 5, pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę 20ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki 20 ml pakowane po a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego, zgodnie z Rozdz. XVI ust.5. SWZ.

**Pytanie 8**

**Zadanie 5, pozycja 16** Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną z mechanizmem do ochrony przed zakłuciem 18G o przepływie 100ml/min?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza kaniulę opisaną w pytaniu.

**Pytanie 9**

**Zadanie 5, pozycja 18** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki z dodatkowym dołączonym oddzielnie portem bezigłowym zapewniającym szczelność po odłączeniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 10**

**Zadanie 5, pozycja 18** Czy Zamawiający dopuści przyrząd wg poniższych parametrów:

- Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
- Korpus z ABS-u (Chemo – kopolimer) z radełkowaną powierzchnią, zapewniającą pewny chwyt
- Ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności
- Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika
- Szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem
- Dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym (płynu)
- Filtr bakteryjny chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli
- Filtr cząsteczkowy stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem
- Łącznik luer lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer lub luer lock męski
- Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów
- Wyrób niepirogenny
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia

?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza przyrząd do długotrwałego aspirowania opisany w pytaniu.

**Pytanie 11**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, tel:+48 (81) 502 17 00

www.sck.lublin.pl

e-mail:sekretariat@sck.lublin.pl

**NIP:** 712-308-47-59

**Regon:** 060281989

Zadanie 6, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy zgodnie z poniższymi parametrami:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PVC
- Uniwersalne połączenie 15F/22M oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Bezlataksowy worek oddechowy o pojemności 3 litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci)
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm
- Kolanko z portem luer-lock
- Wyrób sterylny
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Do krótkotrwałego użytku (od 60 minut do 30 dni)
- Opakowanie foliowe

**Odpowiedź:** Dla poz. 1 zadanie 6 – Zamawiający dopuszcza obwód oddechowy opisany w pytaniu. Dla poz. 2 Zadanie 6 – Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 12**

Zadanie 6, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści maskę do tlenoterapii sterylną?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza maskę opisaną w pytaniu.

**Pytanie 13**

Zadanie 6, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany z długości rozciągalnej 8-15cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik karbowany opisany w pytaniu.

**Pytanie 14**

Zadanie 6, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości 80cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza prowadnicę opisaną w pytaniu.

**Pytanie 15**

Zadanie 6, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH8-CH22?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki opisane w pytaniu.

**Pytanie 16**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów ponad określone w SWZ. Po stronie Wykonawcy leży odpowiednie zabezpieczenie dostawy oraz znajomość warunków ich przechowywania.

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, tel:+48 (81) 502 17 00

www.sck.lublin.pl

e-mail:sekretariat@sck.lublin.pl

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 18**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów ponad określone w SWZ.

**Pytanie 19**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź:** Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu były zgodne z warunkami określonymi przez producenta. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu wykonywania transportu dostaw, mając na uwadze, że odpowiedzialność za warunki transportu ponosi dystrybutor.

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający w Zad. nr 5 poz. 4 dopuści zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowanie a'50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego, zgodnie z Rozdz. XVI ust.5. SWZ.

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający w Zad. nr 5 poz. 1, 2, 3, 4 dopuści zaoferowanie strzykawek wykonanych z polipropylenu?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza strzykawki opisane w pytaniu.

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający w Zad. nr 5 poz. 13 dopuści do zaoferowania kaniule o przepływie 15 ml/min?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający w Zad. nr 5 poz. 17 wymaga zaoferowanie przyrządów pozbawionych toksycznych ftalanów?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga zaoferowanie przyrządów pozbawionych toksycznych ftalanów.

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający w Zad. nr 5 poz. 18 dopuści do zaoferowania przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków pakowane w opakowanie a'25szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków pakowany po a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego, zgodnie z Rozdz. XVI ust.5. SWZ.

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający w Zad. nr 5 poz. 18 wymaga by zaoferowany przyrząd posiadał zastawkę wbudowaną w korpus przyrządu i nie posiadał zakończenia z silikonową lub inną membraną?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający w Zad. nr 3 poz. 1 dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne o AQL=1?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, tel:+48 (81) 502 17 00

www.sck.lublin.pl

e-mail:sekretariat@sck.lublin.pl

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

**Pytanie 27**

**Zadanie nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści trzecią rurę o długości maksymalnej 120 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza trzecią rurę opisaną w pytaniu.

**Pytanie 28**

**Zadanie nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści układ rozciągliwy o długości maksymalnej 160 cm?

**Odpowiedź:** tak, Zamawiający dopuszcza układ opisany w pytaniu.

**Pytanie 29**

**Zadanie nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw oddechowy bez pułapki wodnej?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 31**

**Zadanie nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw oddechowy bez kapturka?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 32**

**Zadanie nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kapturek dołączony osobno?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza kapturek dołączony osobno.

**Pytanie 33**

**Zadanie nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości maksymalnej 100 cm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 34**

**Zadanie nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pakowany w opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie folia-papier.

**Pytanie 35**

**Zadanie nr 6 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści maskę bezzapachową?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 36**

**Zadanie nr 6 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną przezroczystą, z przezroczystym mankietem z zaworem, kodowanie kolorystyczne w postaci haczyka umieszczonego na złączu z możliwością jego zdjęcia?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza maskę anestetyczną przezroczystą opisaną w pytaniu.

**Pytanie 37**

**Zadanie nr 6 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną przezroczystą, z elastomerowym mankietem kodowanym kolorystycznie, bez zaworu uszczelniającego?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 38**

**Zadanie nr 6 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h<sub>2</sub>O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy opisany w pytaniu.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, tel:+48 (81) 502 17 00

www.sck.lublin.pl

e-mail:sekretariat@sck.lublin.pl

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

**Pytanie 39**

**Zadanie nr 6 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści dwa boczne otwory naprzeciwległe?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza dwa boczne otwory naprzeciwległe.

**Pytanie 40**

**Zadanie nr 6 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach CH: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki opisane w pytaniu.

**Pytanie 41**

**Zadanie nr 6 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 50 mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 42**

**Zadanie nr 6 poz. 15**

Czy Zamawiający może wskazać model manometru, do jakiego ma zostać zaoferowany przewód?

**Odpowiedź:** Model manometru posiadany przez Zamawiającego to Covidien Shiley.

**Pytanie 43**

zadanie 4, poz. 1

czy zamawiający dopuści fartuch higieniczny, wykonany z lekkiej przepuszczającej powietrze włókniny PP, o gramaturze 20-35 g/m<sup>2</sup>, niepyłacej; krój zapewniający swobodę ruchów, wiązany z tyłu na troki (jeden na karku, drugi w tali), rękawy fartucha zakończone mankietem z elastycznym ściągaczem, rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L, op.a'10szt.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch higieniczny opisany w pytaniu.

**Pytanie 44**

Zadanie 4, poz.3

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe dla czepka.

**Pytanie 45**

Zadanie 4,poz.11

czy zamawiający dopuści ubranie operacyjne jednorazowe, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z bluzy i spodni, nogawki spodni bez ściągaczy, bluza wycięta pod szyją w kształcie litery U, wykończenie lamówką, wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej.

Kolor niebieski. Rozmiar: S – XXL

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza ubranie operacyjne opisane w pytaniu.

**Pytanie 46**

zadanie 4, poz. 1-4,7-8,11

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4,7-8,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 47**

Zadanie 5, poz. 17

Czy zamawiający wydzieli poz.17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UNIwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie

20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, tel:+48 (81) 502 17 00

www.sck.lublin.pl

e-mail:sekretariat@sck.lublin.pl

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 48**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 16 dopuści kaniulę 18G rozm. 1,3 przepływ 100ml/min. taką jak dotychczas stosowaną w Placówce?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza kaniulę opisaną w pytaniu.

**Pytanie 49**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 18 dopuści przyrząd z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1um oraz filtrem cząstek stałych 5um, taki jak dotychczas stosowany w Placówce?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza przyrząd opisany w pytaniu.

**Pytanie 50**

**Pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową (informacja o pokryciu wewnętrznym fabrycznie naniesiona na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein < 10ug/g rękawicy, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane max. 100 sztuk

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne opisane w pytaniu, pakowane po a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego, zgodnie z Rozdz. XVI ust.5. SWZ.

**Pytanie 51**

**Pakiet 1**

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach bezpośrednio wpływa na ilość reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje obniżonego poziomu protein, tj. ≤ 11 ug/g rękawicy, potwierdzonego raportem z badań niezależnego laboratorium?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań ponad określone w SWZ.

**Pytanie 52**

**Pakiet 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

**Pytanie 53**

**Pakiet 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby wymagany poziom protein tj. <20 µg/g rękawicy był potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań ponad określone w SWZ.

**Pytanie 54**

**Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych o poziomie AQL 1,0.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

**Pytanie 55**

**Pakiet 3**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Nadmieniamy, że jedynie tak oznakowane rękawice dopuszczone są do zastosowania w



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, tel:+48 (81) 502 17 00

www.sck.lublin.pl

e-mail:sekretariat@sck.lublin.pl

NIP: 712-308-47-59

Regon: 060281989

kontakcie z materiałem zakaźnym oraz substancjami chemicznymi i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów ponad określone w SWZ.

**Pytanie 65**

**Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych po maks. 100 sztuk.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe opisane w pytaniu, pakowany po a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego, zgodnie z Rozdz. XVI ust.5. SWZ.

**Pytanie 66**

**Pakiet 4 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha pakowanego po 22 sztuki. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza fartuch pakowany po a'22 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego, zgodnie z Rozdz. XVI ust.5. SWZ.

**Pytanie 67**

**Pakiet 4 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wiązanego na troki z tyłu. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch wiązany na troki z tyłu.

**Pytanie 68**

**Pakiet 4 poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości oraz dodatkowa patką na brodę, kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:

PN-EN ISO 13688:2013-12

EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 4B

EN 14325:2018

Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, materiał miękki, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym i bezpośrednio na samym kombinezonie naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający dopuszcza kombinezon opisany w pytaniu.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian i zapraszamy do składania ofert.

Z poważaniem