

Sprawa numer 14/PN/2023/MM

Warszawa dnia, 18 kwietnia 2023r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa wyrobów ortopedycznych w podziale na zadania, znak sprawy: 14/PN/2023/MM

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian zapisów SWZ:

Zadanie nr 4

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny materiał kośćcozastępczy zbudowany w 5% z hydroksyapatytu oraz 95% trójfosforanu wapnia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści: objętość granulek 2cm³, blok 10x10x25mm, blok 10x20x30mm, cylinder 6x15mm, cylinder 6x25mm, klinów 25x30x6x4cm, 25x30x8x6mm, 25x30x10x8mm, 15x20x14x10mm.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska