

Środa Wielkopolska, dnia 09 listopada 2021 roku

ZP/15/21

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) dalej: „ustawa”, pn. *Dostawa komory hiperbarycznej do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

1. W związku, iż Zamawiający wymaga aby komora wypełniana (sprężana) była tlenem, czy Zamawiający zapewni w pomieszczeniach odpowiednie warunki pracy dla komór hiperbarycznych tj. temperatura w zakresie 21 stopni C (zalecana klimatyzacja pomieszczenia) oraz inne związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym np. zgodnie z wytycznymi NFPA 99, międzynarodowych towarzystw hiperbarycznych oraz innych obowiązujących dla pomieszczeń komór hiperbarycznych ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zapewni warunki jak w pytaniu.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu