



Wrocław, dnia 15.12.2023r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-127/2023

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę wózków wielofunkcyjnych .

Pytanie nr 1

dot. załącznik nr 1.1 do SWZ- dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny o następujących parametrach:

- stolik zabiegowy: 3xpółka 450x500mm (każda półka zabezpieczona z 3 stron)
 - stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element konstrukcji,; stelaż wyposażony w odboje oraz w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą
 - półka stalowa, lakierowana proszkowo na biało, z pogłębieniem
 - elementy dekoracyjne (stelaż) lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL
- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
wymiary półki: 450x500 mm
wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny o następujących parametrach:

- stolik oddziałowy: 1xblat 740x410x10mm, 2xpółka 655x410x10mm
 - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało, wyposażony w uchwyt do prowadzenia. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.
- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z przegłębieniem o wysokości 6 mm



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą
 - elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL
- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10
Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
Wymiary półki [mm]: 655x410x10
Wymiary powierzchni użytkowej półki [mm]: 630x385
- Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

Pytanie nr 3

dot. załącznik nr 1.2 do SWZ- dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny o następujących parametrach:

- stolik zabiegowy: 1xszuflada (wysokość frontu 130mm), 1xpółka 450x500mm, 2xpojemnik na odpady
 - stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element konstrukcji,; stelaż wyposażony w odboje oraz w w wysocy mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą.
 - półka stalowa lakierowana proszkowo na biało, z pogłębieniem
 - szuflada stalowa, lakierowana proszkowo na biało
 - elementy dekoracyjne (stelaż, front szuflady) lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL
- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm
wymiary półki: 450x500 mm
wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm
wymiary szuflady: 450x500x155 mm
wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm
- Odp, Zamawiający nie dopuszcza**

Pytanie nr 4

Dotyczy termin wykonania zamówienia:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie realizacji w 20 dni roboczych.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia Pakietu nr 2 do 8 tygodni. Podyktowane jest to tym, iż produkt sprowadzany jest zza granicy i na chwilę obecną nie jest dostępny na rynku.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 8 tygodni