



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 3

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Znak: P-M/Z/2581/2022**

**Data: 22.06.2022r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.”**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

#### ***PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 4 poz. nr 1 i 2***

Czy w pakiecie nr 4 poz. nr 1 i 2 Zamawiający wymaga kompatybilności z klipsownicą firmy Grena potwierdzonej w instrukcji obsługi klipsów? Używanie klipsów nie zwalidowanych przez producenta do stosowania z klipsownicami może skutkować wadliwym domykaniem klipsa ze wszystkimi związanymi z tym klinicznymi konsekwencjami dla pacjenta, mogącymi się ujawnić zarówno śródoperacyjnie jak i we wczesnym okresie pooperacyjnym.

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompatybilności z klipsownicą firmy Grena potwierdzonej w instrukcji obsługi klipsów.***

#### ***PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 9 poz. nr 1 i 2***

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 9 poz. nr 1 i 2 pętli równoważnej do SupraLoop, kompatybilnej z morcelatorem Rotocut G2.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pętla zamienna równoważna do SupraLoop będzie monopolarna, jednorazowa, kompatybilna z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego, tj. wielorazowym tubusem, rękojeścią pętli SupraLoop oraz morceratorem Rotocut G2.***

#### ***PYTANIE nr 3 dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy***

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed



zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

