

Katowice, dn. 17.04.2025r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, Nr sprawy: ZP-25-037UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 3 poz. 1 i 2

Według Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2021 „W sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej”, opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia przez Polskie Towarzystwo Patologów, jednym z wymogów otrzymania przez Jednostkę Diagnostyki Patomorfologicznej akredytacji jest monitorowanie utrwalenia materiału tkankowego, uwzględniające pH formaliny, mieszczące się w zakresie 7.2-7.4.

Czy Zamawiający wymaga aby substancja utrwalająca w pojemnikach w części 35 poz. 1 i 2 miała pH zgodne z wymogami standardów akredytacyjnych dla Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej, mieszczące się w zakresie 7.2-7.4?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 2, Pakiet nr 3 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik tworzył system zamknięty przez co rozumiany jest brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej, jak i ciekłej (gdyż bioptat umieszczany jest w pustym pojemniku a formalina w zakrętce jest gotowa do użycia)?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 3, Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki pakowane w zbiorcze opakowanie po 18 sztuki?

Odp.: Zamawiający nie określił wielkości opakowania, podał ilość zamawianych sztuk. To Wykonawca ma określić ilość sztuk w opakowaniu i zaoferowaną ilość opakowań z zastrzeżeniem, że oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 4, Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki pakowane w zbiorcze opakowanie po 24 sztuki?

Odp.: Zamawiający nie określił wielkości opakowania, podał ilość zamawianych sztuk. To Wykonawca ma określić ilość sztuk w opakowaniu i zaoferowaną ilość opakowań z zastrzeżeniem, że oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 5, do SWZ

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?

Odp.: Zgodnie z Rozdz. II pkt. 2 SWZ.

Pytanie 6, dot. projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”

W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 7, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 4 projektu umowy – zał. 7 do SWZ w następujący sposób:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 10 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, 13 którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,4% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 8, Pakiet nr 3 poz. 1 a

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika typ 90 o parametrach jak niżej:

Pojemniki o pojemności 60 ml

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

Wymiary:

- średnica dolna 40 mm

- średnica górna 45 mm

- wysokość bez pokrywki 68,8 mm

- wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 102 mm

pH substancji utrwalającej: neutralne

Opakowanie zbiorcze 24 szt.

Pokrywa wypełniona substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór formaliny). W ilości 40 ml. Uwalnianie formaliny poprzez innowacyjny system w momencie zakręcania pojemnika po umieszczeniu w nim materiału tkankowego.

Zaproponowana konstrukcja pojemnika w pełni zabezpieczająca biopsyjny materiał tkankowy oraz zapewniająca właściwe utrwalenie materiału tkankowego.

Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu.

Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9, Pakiet nr 3 poz. 1 b

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika typ 20 o parametrach jak niżej:

Pojemniki o pojemności 40 ml

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

Wymiary:

- średnica 35 mm

- wysokość bez pokrywki 67 mm

- wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 111 mm

pH substancji utrwalającej : neutralne

Opakowanie zbiorcze 24 szt.

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Dolny pojemnik wypełniony roztworem wodnym w ilości 10 ml w celu zabezpieczenia materiału biopsyjnego przed wysychaniem z pokrywą wypełnioną 8% roztworem formaldehydu w ilości 10 ml. Po uwolnieniu wyptywu formaliny poprzez wciśnięcie tłoka wbudowanego w górnej części roztwór formaldehydu po wymieszaniu z roztworem wodnym staje się substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór formaliny).

Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu.

Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10, Pakiet nr 3 poz. 1 b

Czy Zamawiający wymaga zaproponowania pojemników do bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego w formalinie o konstrukcji uniemożliwiającej przelanie (powrót) formaliny do pokrywy/nakrętki, w której pierwotnie umieszczony jest środek utrwalający, już po zakręceniu pojemnika i uwolnieniu formaliny z pokrywy/nakrętki w celu zalania materiału tkankowego utrwalaczem? Tylko i wyłącznie pojemniki o konstrukcji uniemożliwiającej przelanie (powrót) utrwalacza do pokrywy/nakrętki w pełni zabezpieczają materiał tkankowy w szczególności w czasie transportu w przypadku przewrócenia się

pojemnika eliminując sytuację, w której materiał tkankowy przebywa w środowisku suchym bez kontaktu ze środkiem utrwalającym. Skutkiem przelania/powrotu formaliny do zbiornika, w którym znajduje się ona pierwotnie może być uszkodzenie i wysuszenie materiału tkankowego a także bezpowrotne jego zniszczenie bez możliwości postawienia właściwej diagnozy medycznej.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.