



Znak: AE/ZP-27-45/24

Tarnów, 2024-06-05

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy artykułów medycznych (porty naczyniowe, przyrządy do przetoczeń).**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie 2 oczekuje sterylnego przyrządu do przetaczania krwi z komorą kroplową wolną od PVC, z logiem producenta na zaciskaczu rolkowym, polskiej renomowanej firmy Margomed, który był z powodzeniem w Państwa placówce stosowany, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1** - Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 oczekuje sterylnego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, który uniemożliwia wydostanie się leków toksycznych na zewnątrz, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2** - Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 2 oczekuje sterylnego bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów z zaworem bezigłowym do podaży leków ze strzykawki, w systemie zamkniętym, który gwarantuje pełne bezpieczeństwo środowiska pracy, pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1-2** - Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1-2 oczekuje po 10 sztuk próbek w celu rozdysponowania na różne oddziały?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz.1** nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie sterylnego przyrządu do przetaczania krwi z komorą kroplową wolną od PVC, z logiem producenta na zaciskaczu rolkowym, polskiej renomowanej firmy Margomed, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 2**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie sterylnego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, który uniemożliwia wydostawanie się leków toksycznych na zewnątrz, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 3**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3 poz.2** nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie sterylnego bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów z zaworem bezigłowym do podaży leków ze strzykawki, w systemie zamkniętym, który gwarantuje pełne bezpieczeństwo środowiska pracy, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 4**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 3 poz. 1-2** nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora  
  
mgr Danuta Nosok

