

FZP.IV-241/74/23

### Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: : „**PREPARATY DEZYNFEKCYJNE**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

#### Pytanie nr 1.

Pytania do postępowania: 1) do zadania nr 1 poz. 1: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania gotowy do zużycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae), V, S wg EN 17126, (C. difficile, B. cereus, B. Subtilis) w czasie 5 min. Substancja aktywna: kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy z nadtlenu wodoru. - brak zawartości kwasu octowego, pH: 7-9. Aktywność preparatu do 28 dni, czas aktywacji preparatu 15 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Opakowanie 5L+ aktywator.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

#### Pytanie nr 2.

2) do zadania nr 1 poz. 2: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania czteroenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, celuloza) preparat do manualnego i maszynowego reprocessowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezyjologicznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze 0,5%. Szerokie zastosowanie - mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz wmyjniach- dezynfektorach. pH około 8. Szybkie działanie -już od momentu zanurzenia narzędzi. Wyrób medyczny klasy I. Kanister 5L

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

#### Pytanie nr 3.

3) do zadania nr 1 poz. 3: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania paski testowe w op. a'14 szt z przeliczeniem ilości op.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

#### Pytanie nr 4.

Dotyczy pakietu nr 1 Pytanie 1

6 § ust. 4 Dotyczy wzór umowy ,

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT ~~wraz z dostawą danej partii towaru.~~ po zrealizowaniu zamówienia, która będzie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres przez Zamawiającego .

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia, dopuszcza. Adres: e-faktury@szpital.pila.pl**

#### Pytanie nr 5.

##### Pytanie 2

6 § ust. 6 Dotyczy wzór umowy ,

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o następującą treść:"?

Jeżeli w dostarczonej partii towaru Zamawiający stwierdzi wady, niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni towar na wolny od wad w ciągu **2 3 dni** roboczych od daty zawiadomienia.

Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 6.**

**Pytanie 2**

**6 § ust. 9 Dotyczy wzór umowy ,**

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisu o następującą treść:”?

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości pozycji asortymentowych **informując Wykonawcę drogą e-mailową z tygodniowym wyprzedzeniem** , przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych. W ramach niniejszej umowy zamówienie podstawowe stanowi 70% asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w niniejszej umowie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7.**

**Pytanie 3**

**6 § ust. 11 Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisu o następującą treść:”?

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilościach i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy przy czym **Zamawiający niezwłocznie drogą e-mailową powiadomi Wykonawcę o powstałej różnicy w cenie.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8.**

**Pytanie 4**

**§ 8 ust.1**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej zgodnie z poniższym zapisem

1) z 0,3% **na 0,1%**

i 10% na 5%

2) Z 10% na 5%

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9.**

**Pytanie 5**

**§ 9 ust.1 b**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu o następującej treści:

b) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy **z jednoczesnym powiadomieniem Wykonawcy drogą e-mailową o zaistniałym fakcie**

**Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 10.**

**Zadanie 1, poz. 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 7 dni (lub 50cykli) od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych, skuteczny wobec B (EN 14561), Tbc (M. terrae i M. avium (EN 14563), F (EN 14562), V EN 14476 (Polio i Adeno), S (EN 13704) w czasie do 5 minut.

Z uwagi na 7 dniowy termin użycia (lub 50 cykli) w celu złożenia obiektywnie finansowo porównawczej oferty Zamawiającemu, Wykonawca dokona przeliczenia ilości opakowań i zaoferuje 200 opakowań handlowych. Opakowania handlowe stanowi dwa kanistry z substancją bazową (każda po 4940g), dwie buteleczki z aktywatorem (każda po 60g) oraz jedno opakowanie pasków kontrolnych (15 szt. pasków). (2x tyle, czyli tak jak set).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 11.****Zadanie 1, poz. 1**

Czy do obliczeń przyjąć 5L=5kg czy też ilość opakowań wyliczyć z gęstości?

**Odpowiedź: Przyjąć 5L=5kg**

**Pytanie nr 12.****Zadanie 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny koncentrat na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych do manualnego, półautomatycznego mycia endoskopów oraz manualnego mycia wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego, również w myjkach ultradźwiękowych, nie wytwarzający piany, zapewniający ochronę przed korozją, pH ok 7. Stężenie użytkowe: 0,5%. Opakowanie 5L. Wyrób medyczny klasy I.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie nr 13.****Zadanie 1, poz. 3**

Prosimy o odstąpienie od konieczności wyceny pasków z uwagi na fakt, iż zaproponowany w poz. 1 preparat posiada paski (15szt. na każde opakowanie) w zestawie, co daje łącznie 3000 pasków.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

