



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,
www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 22.07.2024 r.

ZP/p/18/2024

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługa serwisu urządzeń medycznych - okresowe przeglądy techniczne”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczał będzie kary umowne w wysokości:

1. a. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu okresowego w stosunku do terminu określonego w Umowie w wysokości **0,5%** wartości brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. e. **2,5%** części zamówienia w przypadku nienależycie wykonanego przeglądu, którego następstwem będzie awaria urządzenia, chyba że zostanie ona usunięta w okresie 24 godzin od jej zgłoszenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

3. f. za przeniesienie wierzytelności (cesja wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy z naruszeniem zapisów § 6 ust. 8, w wysokości **5%** wartości brutto umowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw zapytań nr 2

1. Dot. Część nr 11 poz. 1 i 2

Zważywszy na fakt, iż termohigrometry i termometry elektryczne, ze względu na technologię przeglądów lub naprawy oraz mobilność urządzeń, mogą być urządzeniami serwisowanymi w siedzibie wykonawcy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie realizacji serwisu termohigrometrów i termometrów elektrycznych w siedzibie wykonawcy.

Odpowiedź: Dopuszczamy realizację serwisu termohigrometrów i termometrów elektrycznych w siedzibie wykonawcy, tylko jeśli wykonawca dostarczy na czas realizacji serwisu sprzęt zastępczy.

2. Dot. Część nr 11 poz. 1

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy serwis ma obejmować wzorcowanie, czy walidację termohigrometrów? Jeżeli ma obejmować wzorcowanie, to czy ma ono być dokonane przez laboratorium PCA, czy dopuszczone jest wzorcowanie metodą porównawczą wzorcowanym przyrządem? Dodatkowo prosimy o podanie w ilu punktach temperatury i wilgotności ma być realizowany pomiar oraz jakie mają być to punkty: w jakiej temperaturze i w jakiej wilgotności?

Odpowiedź: Serwis ma obejmować wzorcowanie i ma być dokonane przez laboratorium PCA. Nie jest dopuszczone wzorcowanie metodą porównawczą wzorcowanym przyrządem. Pomiary temperatury i wilgotności mają być wykonane w jednym punkcie pomiarowym. Dla temperatury 20°C a dla wilgotności 40%

3. Dot. Część nr 11 poz. 2

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy serwis ma obejmować wzorcowanie, czy walidację termometrów elektrycznych? Jeżeli ma obejmować wzorcowanie, to czy ma ono być dokonane przez laboratorium PCA, czy dopuszczone jest wzorcowanie metodą porównawczą wzorcowanym przyrządem? Dodatkowo prosimy o podanie w ilu punktach temperatury ma być realizowany pomiar oraz jakie mają być to punkty: w jakiej temperaturze?

Odpowiedź: Serwis ma obejmować wzorcowanie i ma być dokonane przez laboratorium PCA. Nie jest dopuszczone wzorcowanie metodą porównawczą wzorcowanym przyrządem. Pomiary temperatury mają być wykonane w jednym punkcie pomiarowym w temperaturze 5°C.

4. Dot. Część nr 18

Czy Zamawiający wymaga, żeby przegląd komory był dokonany zgodnie z normą PN EN 12469 oraz czy wymaga wymiany filtrów i lamp bakteriobójczych UV (jeżeli znajdują się w komorze)? W przypadku wymaganej wymiany filtrów, prosimy o podanie ich wymiarów oraz kiedy były ostatnio wymieniane i rok produkcji komór. Ta wiedza jest kluczowa do prawidłowego oszacowania usługi, gdyż koszt filtrów jest różny i znacząco wpływa na wartość usługi, jeżeli wymiana filtrów ma być w niej zawarta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga żeby przegląd był dokonany zgodnie z normą PN EN 12469. Zamawiający nie wymaga wymiany filtrów i lamp UV w ramach przeglądu.

5. Dot. Część nr 18

W związku z różnym wykorzystywaniem komór laminarnych w placówkach medycznych, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego, o udzielenie informacji dotyczących środowiska (działu), w którym ta komora pracuje oraz do jakich badań jest wykorzystywana (dot. zagrożeń użytkownika np. promieniowanie, cytostatyki).

Odpowiedź: Komora laminarna używana jest w zakładzie diagnostyki laboratoryjnej w pracowni bakteriologii.

6. Dot. Formularz cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu cenowym tylko tych pozycji (Części), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

7. Dot. zapisów umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
A. Waraczewska
mgr inż. Aleksandra Waraczewska

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: A. Waraczewska