

**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27  
72-300 Gryfice



Nasz znak  
SPZZOZ/18/2/24

Data  
Gryfice 2024-05-23

Sprawa dotyczy:

*Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp nr 18/24 pt: **Dostawa sprzętu medycznego w ramach programu „Zwiększenie efektywności ratownictwa medycznego świadczonego przez SOR przy SPZZOZ w Gryficach - III część”***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz.1605 z późn zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania do załącznika nr 1.9; pakiet nr 9 – Stół operacyjno – zabiegowy – 1 sztuka:**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno – zabiegowy, który posiada podnóżki dzielone? W pkt. Nr 12 Zamawiający wymaga: podnóżki: nogi nie dzielone; natomiast w pkt. 23 Zamawiający wymaga: zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej:  $0^{\circ} - 180^{\circ}$ ? W związku z powyższym prosimy Zamawiającego czy wymaga podnóżka płytowego bez możliwości regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej, czy Zamawiający wymaga podnóżków dzielonych (prawy i lewy) z możliwością regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej?

**ODP: Zamawiający dopuszcza zarówno stół z podnóżkami dzielonymi i określonym zakresem regulacji, jak i niedzieloną płytą, co wyklucza możliwość regulacji poziomej.**

W związku z koniecznością zachowania terminów określonych w art. 135 pkt. 3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz.1605 z późn zm.) Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia oferta na **29.05.2024r.** Godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**DYREKTOR  
SPZZOZ w Gryficach  
Danuta Kowalewska**

