



Gdynia, dnia 10 sierpnia 2021 r.

10/UCMMiT/TP-fn/2021
UC/ 2388.2/2021

**WYJAŚNIENIA SWZ nr 2
ZMIANA SWZ nr 1**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na sukcesywne dostawy podstawowych wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04/08/2021 r. pod nr 2021/BZP 00136631/01

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

PYTANIE 1.

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic posiadających nieznacznie wyższą od wymaganej grubość na mankiecie 0,06mm. Rękawica cechująca się wyższą grubością zapewnia wyższe bezpieczeństwo użytkownika poprzez większą wytrzymałość na rozdarcia i uszkodzenia.

ODPOWIEDŹ 1:

Tak. Zamawiający dopuszcza również przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

PYTANIE 2.

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o możliwość potwierdzenia dopuszczenia do kontaktu z żywnością za pomocą raportu z badań wykonanych w niezależnym laboratorium w miejsce wymaganego certyfikatu.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający określił wymagania dotyczące pakietu 2 poz 1 i wymaga dostarczenia produktu zgodnego z SWZ.

PYTANIE 3.

Pakiet 2, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o wyższej grubości ścianki na palcu tj. 0,23-0,24 mm, iż większa grubość rękawic zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników. Rękawice o długości min. 285 mm.

ODPOWIEDŹ 3:

Tak. Zamawiający dopuszcza również przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

PYTANIE 4.

Pakiet 2, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lateksowych rękawic chirurgicznych o długości nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 293-296 mm. Pragniemy podkreślić, iż dłuższa rękawica lepiej przylega, zapobiega zsuwaniu się z mankietu fartucha, przez co zapewnia większe bezpieczeństwo operatora.

ODPOWIEDŹ 4:

Tak. Zamawiający dopuszcza również przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.

PYTANIE 5.

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę rękawicy z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, bądź przeliczenia ilości wymaganych sztuk na opakowania i podania ceny jednostkowej za opakowanie a'100 sztuk.

ODPOWIEDŹ 5:

Nie. Zgodnie z wymogami SWZ.

PYTANIE 6.

Pakiet 2, poz. 1 -2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania rękawic przebadanych i zgodnych z normą EN ISO 374-1 & EN ISO 16523 - *która w związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego środków ochrony indywidualnej, zastąpiła normę EN 374-3.*

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający wymaga norm podanych w SWZ lub norm aktualizowanych, równoważnych.

PYTANIE 7

Pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze 20 g/m²? Pozostałe zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDŹ 7:

Tak. Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony produkt.

PYTANIE 8.

Pakiet 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pościel medyczną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m²?

ODPOWIEDŹ 8:

Tak. Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony produkt.

PYTANIE 9.

Czy Zamawiający zgadza się aby dostawy realizowane były do godziny 15:00? Dot. § 3 ust. 3 umowy.

ODPOWIEDŹ 9:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

PYTANIE 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt a) wzoru umowy do 0,2% wartości zamówienia częściowego brutto, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki?

ODPOWIEDŹ 10:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

PYTANIE 11.

Czy Zamawiający przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 7 uprzednio wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy?

ODPOWIEDŹ 11:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 284 ust. 3, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.08.2021 r. oraz zmienia treść swz w sposób następujący:

- a) pkt XVII pkt 2) SWZ otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert upływa w dniu 13.08.2021r. o godz. 10.00
- b) pkt XVIII pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2021r. o godz. 10.30.
- c) pkt XIV pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11 września 2021 r.

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej
prof. dr hab. n. med. Marcin Renk

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dorota Tużnik

