

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 29.04.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 29.04.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup i dostawa zestawu do sterylizacji.**

Oznaczenie sprawy: **10/2024**

Zapytanie nr 1.

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Pakiet nr 1, Sterylizator parowy, pkt 37

Proszę o doprecyzowanie czy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu ww. punktu należy załączyć do oferty skan lub zdjęcie wydruku protokołu z wbudowanej drukarki?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2.

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Pakiet nr 1, Myjnia narzędziowa, pkt 28

Proszę o doprecyzowanie czy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu ww. punktu należy załączyć do oferty skan lub zdjęcie wydruku protokołu z wbudowanej drukarki?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 3.

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Urządzenia, Pozostałe wymagania, pkt 2

Czy Zamawiający określił czas reakcji serwisu max. 48 godzin w dni robocze?

W punkcie nr 3 jest odniesienie do dni roboczych.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymagany czas reakcji serwisu dotyczy dni roboczych.

Zapytanie nr 4.

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Urządzenia, Pozostałe wymagania, pkt 8

Prosimy o dopuszczenie zapisu ww. punktu o następującej treści w stosunku do wyrobów medycznych, aby był w zgodzie z art. 63, pkt 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku:

„Szkolenie wyznaczonych pracowników technicznych w zakresie wykonywania czynności przeglądowych określonych przez producenta wyrobu medycznego w instrukcji obsługi wyrobu dla personelu Zamawiającego, pozostałe czynności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych są wykonywane przez wykwalifikowany serwis posiadający autoryzację producenta wyrobu medycznego”.

Wyjaśnienie: Zamawiający w ramach szkolenia wymaga przeszkolenia wyznaczonych pracowników technicznych w zakresie bieżących czynności przeglądowych oraz napraw typu: wymiana uszkodzonego lub zapchanego przewodu dozującego środka chemicznego, wymiana pokrętła, rolki, itp. nie naruszających wyrobu medycznego. Pozwalających w szybkim czasie usunąć awarię przy konsultacji z autoryzowanym serwisem.

Pozostałe czynności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych będą wykonywane przez wykwalifikowany serwis posiadający autoryzację producenta wyrobu medycznego

Zapytanie nr 5.

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, System informatyczny, Pozostałe wymagania, pkt 2

Czy Zamawiający określił czas reakcji serwisu max. 48 godzin w dni robocze?

W punkcie nr 3 jest odniesienie do dni roboczych.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymagany czas reakcji serwisu dotyczy dni roboczych.

W imieniu Zamawiającego
p.o. Dyrektora
Wojciech Łuczaj