

Gdynia, dnia 13 lutego 2024 r.

DZ.282.06.2024.TP-fn  
UC/553/2024

## WYJAŚNIENIA SWZ nr 2

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI ROCZNEGO PRZEGLĄDU SERWISOWEGO ORAZ KONSERWACJI SYSTEMÓW KOMORY HIPERBARYCZNEJ TYPU HAUX – STARMED – QUADRO 2700/2,2/C”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2024 r. pod nr 2024/BZP 00093724/01

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

### PYTANIE 1

w SWZ dotyczącym ogłoszonego postępowania widnieje zapis, w Opisie przedmiotu zamówienia, w pkt. 4, że " Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

- posiadania niezbędnych narzędzi oraz kodów serwisowych w celu przeprowadzenia kompletnego zakresu czynności serwisowych w tym również dokonania aktualizacji systemu, jeżeli wymaga tego producent...", a jednocześnie zdanie wcześniejsze, Zamawiający informuje, iż "oprogramowaniem sterującym komorę jest Decomat w wersji 4.0 zainstalowany w październiku 2023 roku.". Wobec powyższego, Zarząd Creator Sp. z o.o. prosi o wyjaśnienie :

1. czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma dokonać wraz z innymi czynnościami serwisowymi, także aktualizację systemu i oprogramowania? A jeśli tak, to czy Zamawiający :
2. Czy Zamawiający udostępni niezbędne klucze dostępowe do systemu?

### ODPOWIEDŹ 1

Ad. 1 Zamawiający potwierdza wykonanie aktualizacji systemu w przypadku gdy wymaga tego Producent.

Ad. 2 Zamawiający nie posiada kodów serwisowych. Wykonawca zobowiązany jest do nabycia 1-razowych – czasowych kodów serwisowych u Producenta.