

	w zakresie minimum: - 30° do + 20°.
9	Przechył Trendelenburga: minimum -13° dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym

c) w pakiecie nr 17 w pkt. X poz. 11 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z oraz usuwa poz. 8:

8	Stół osadzony na stacjonarnej podstawie - stopki z możliwością poziomowania
11	Regulacja wysokości leża elektromechaniczna sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego, min 600 mm +/- 50 mm

który otrzymuje nowe brzmienie:

8	Stół osadzony na stacjonarnej podstawie - stopki z możliwością poziomowania
11	Regulacja wysokości leża elektromechaniczna sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego, min 600 mm - 900 mm +/- 50 mm

d) w pakiecie nr 8 w pkt. I dodaje poz. 19 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ a mianowicie:

19.	Ssak wyposażony w wkłady jednorazowego użytku minimum 3 szt. Do każdego ssaka.	TAK, podać
-----	---	-------------------

e) w pakiecie nr 7 w Lp. Wyszczególnienie zmienia zapis przez dodanie poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ a mianowicie:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość
1	Foteloleżanki	szt	2
2	Stół zabiegowy jezdny z wyposażeniem	szt	4

który otrzymuje nowe brzmienie:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość
1	Foteloleżanki	szt	2
2	Stół zabiegowy jezdny z wyposażeniem 4 dzielny	szt	3
3	Stół zabiegowy jezdny z wyposażeniem 3 dzielny	szt	1

f) w pakiecie nr 16 w I poz. 10 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:

10. Szerokość papieru 112 m

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. Szerokość papieru 112 **mm**

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 2 - Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 3 - Aparat USG - Pracownia Litostar) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 4 - Aparat USG - Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 5 - Lampy operacyjne) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 6 Defibrylator z kardiowersją i autotestem) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 7 - Foleleżanki, Stoły zabiegowe) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 8 - Ssak elektryczny) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 9 - Diatermia chirurgiczna) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 10 - Aparat ESWL do litotrypsji) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 11 - Kabina audiometryczna) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 12 - Kardiotokograf (KTG) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 16 - Elektrokardiograf (EKG)) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 17 - Łóżka, Szafki, Asystor, materace, wózki do przewożenia chorych, stół zabiegowy) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 18 - Piła do cięcia gipsu) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 19 - Pompa infuzyjna) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;

Pozostała treść SIWZ oraz załączniki do SIWZ nie ulegają zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem