

### **Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego**, nr 5/ZP/2024, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 32 - 36. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności oraz możliwy udział większej ilości potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1.

#### **Pytanie nr 2**

Proszę o zgodę na zaproponowanie w pakiecie 2 - pozycja 8 palnika o innym, alternatywnym numerze katalogowym oraz w pozycji 9 knota pasującego do pozycji 8.

**Odpowiedź:** Wykonawca składając ofertę powinien kierować się opisem przedmiotu zamówienia zawartym w kolumnie 2 Formularza asortymentowo-cenowego. Zgodnie z postanowieniami Rozdz. 13 SWZ, w przypadku zaoferowania produktów równoważnych, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart katalogowych, kart charakterystyki lub innych dokumentów wystawionych przez producenta oferowanych produktów, które umożliwiają zweryfikowanie, czy oferowane produkty spełniają wymagania jakościowe określone w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### **Pytanie nr 3**

Pakiet 2 pozycja 1,2,3,4 - zamawiający wskazał w opisie butelki PETG firmy Kautex, nr katalogowy wskazany przez zamawiającego jest to nr BIONOVO i znajdują się pod nimi: Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, przezroczysty. Bardzo proszę o weryfikację. W katalogu Kautex opakowania z PETG nie mają pojemności 300 ml.

**Odpowiedź:** W związku z tym, iż w opisie przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 pozycja 1, 2, 3, 4 wymagane są pojemniki wykonane z PETG z nakrętkami, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w Załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy, w następujący zakresie:

- 1) przykładowych numerów katalogowych dla poz. 1, 2, 3, 4 nadając brzmienie: poz. 1 – 2000074372, poz. 2 – 2000074373, poz. 3 – 2000074374, poz. 4 – 2000074375;
- 2) wymaganej pojemności pojemnika w poz. 2 nadając brzmienie 200 ml.

#### **Pytanie nr 4**

Czy w Pakiecie 4 zamawiający wyrazi zgodę na płytki o wymiarach 146 x 21 mm. w opak. 100 szt, ew 140x20 mm-110 szt w opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szalek o wskazanych powyżej wymiarach. Wymagane są szalki Petriego o średnicy 150 mm i wysokości 25 mm.



**Pytanie nr 5**

dot. pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w 10 pudełek po 96 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

dot. pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści końcówki bezbarwne?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie końcówek bezbarwnych.

**Pytanie nr 7**

dot. pakietu nr 1 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie płytek pakowanych po 10 szt., z właściwym przeliczeniem zapotrzebowania, a więc 25 opakowań zamiast 10?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8**

dot. pakietu nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści próbówki w stripie z indywidualnie dołączonymi płaskimi wieczkami, lub próbówki w stripie z wypukłymi wieczkami w osobnym pasku?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, wymagane są próbówki w stripie z wypukłymi wieczkami.

**Pytanie nr 9**

dot. pakietu nr 1 poz. 24

Jaki rodzaj sterylizacji próbek preferuje Zamawiający? Czy produkcja w sterylnych clean roomach jest dla Państwa wystarczającą gwarancją czystości produktu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w Załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy, poprzez nadanie brzmienia: „*Próbówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, niesterylne, wolne od Dnaz i Rnaz i inhibitorów PCR*”. W związku z powyższym produkcja ww. próbek w sterylnych clean roomach jest wystarczającą gwarancją.

**Pytanie nr 10**

dot. pakietu nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie próbek w innym kolorze np. niebieskim, zielonym lub czerwonym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, wymagane są końcówki w kolorze fioletowym.

**Pytanie nr 11**

dot. pakietu nr 1 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści końcówki o całkowitej długości 51 mm lub 50 mm, bez fazowanego kołnierza?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie końcówek o wskazanych powyżej wymiarach bez fazowanego kołnierza.

**Pytanie nr 12**

dot. pakietu nr 1 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści końcówki bezbarwne?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie końcówek bezbarwnych.

**Pytanie nr 13**

dot. pakietu nr 1 poz.32

Czy Zamawiający dopuści końcówki o całkowitej długości 31,24 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie końcówek o wskazanej powyżej długości.

**Pytanie nr 14**

dot. pakietu nr 1 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści końcówki o całkowitej długości 48,84 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie końcówek o wskazanej powyżej długości.

**Pytanie nr 15**

dot. pakietu nr 1 poz. 34

Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości całkowitej 72,90 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie końcówek o wskazanej powyżej długości.

**Pytanie nr 16**

dot. pakietu nr 1 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości całkowitej 87,79 mm pakowane po 8 pudełek x 96 szt. lub końcówki o długości 102 mm pakowane po 10 pudełek x 96 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie końcówek o wskazanych powyżej długościach.

**Pytanie nr 17**

dot. pakietu nr 1 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w 20 tackach po 96 szt.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie końcówek w 20 tackach po 96 szt.

**Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na:**

- termin składania ofert na dzień: 20.02.2024 r. godz. 9:00

- termin otwarcia ofert na dzień: 20.02.2024 r. godz. 9:15

Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 20.03.2024 r.


Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nadając nowe brzmienie:

1. W Rozdziale XIX „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20.03.2024 r.
2. W Rozdziale XX „Sposób oraz termin składania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
**Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie nie później niż do dnia 20.02.2024 r. do godz. 9.00.**
3. W Rozdziale XXI „Termin otwarcia ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2024 r., o godzinie 9.15 przy użyciu Platformy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy ze zmianami stanowi załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA  
d/s NAUKOWYCH  
  
prof. dr hab. Bożena Matysiak  
-2-

