

Toruń, 4.04.2024 r.

KPIM/176/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (16)

816. Dotyczy załącznika - 376-IP-B4-XX-SH-M-98013-01 Blok operacyjny

Zamawiający w pliku (376-IP-B4-XX-SH-M-98013-01 Blok operacyjny) zawarł wymóg dostawy zlewów do pomieszczeń przygotowania pacjenta Ue3.1 oraz umywalek Uc4.4 w grupie 1, natomiast szafki oraz blaty w których powinny być osadzone te komory w grupie 4. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis i wymaga dostawy zlewów i umywalek z bateriami ?

Analizując opis szafek i blatów do tych pomieszczeń zaleca się aby komory były na stałe wspawane w blat ze stali bez zbędnych połączeń na poziomie blat/ komora.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy kompletnych zestawów mebli do pomieszczeń przygotowania pomieszczeń zgodnie z załączonymi wytycznymi.

817. Dotyczy załącznika - 376-IP-B4-XX-SH-M-98013-01 Blok operacyjny

Zamawiający w pliku (376-IP-B4-XX-SH-M-98013-01 Blok operacyjny) zawarł wymóg dostawy do pomieszczeń przygotowania pacjenta, chłodziarek laboratoryjnych MChp.2 w grupie 2. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis i wymaga dostawy chłodziarek? Chłodziarki opisano jako pod blatowe, powinny być integralną częścią dostawy mebli, spasowane na wymiar przez danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy chłodziarek, Zamawiający wymaga dostawy kompletnych zestawów mebli do pomieszczeń przygotowania pomieszczeń zgodnie z załączonymi wytycznymi.

825. Dotyczy – systemu integracji oraz załącznika nr 376-IP-B4-XX-SP-M-98002 Spis wymaganych parametrów

Zamawiający określił parametry (załącznik 376-IP-B4-XX-SP-M-98002 Spis wymaganych parametrów), tylko wybranych mniej istotnych elementów systemu. Prosimy o wskazanie opisu funkcjonalnego całego systemu integracji pod kątem medycznym i oczekiwań Użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że komplet dokumentów stanowi poniższy opis oraz pliki zawarte w SWZ.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

Mariusz Sowinski