



### INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: „Dostawa materacy przeciwoleżynowych”.

#### **Pytanie 1, zadanie 1 poz.1**

Jakich Zamawiający wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485?

***Odpowiedź: Zamawiający informuje że nie wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485.***

#### **Pytanie 2, zadanie 1 poz.1**

Tabela pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodności, powiadomienie lub zgłoszenie URPL) osobne dla oferowanej pompy i materaca oraz instrukcję używania osobną dla oferowanej pompy i materaca? Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

#### **Pytanie 3, zadanie 1 poz.1**

Tabela pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w dodatkową funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10-25 minut modułem nie większym niż 5 minut.?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

#### **Pytanie 4, zadanie 1 poz.1**

Tabela pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamianą i wyłączaną za pomocą przycisków na panelu sterowania pompy?

W pełni automatyczna pompa z możliwością dokonywania ustawień wyboru odpowiedniej profilaktyki i terapii wszystkich stopni odleżyn dokonywana z poziomu panelu sterowania, a nie za pomocą zaworów wbudowanych w materac jest opcją zdecydowanie korzystniejszą zarówno dla bezpieczeństwa, skuteczności medycznej i komfortu pacjenta, jak i dla personelu medycznego



opiekującego się pacjentem. Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana na panelu sterowania pompa pozwala personelowi przede wszystkim zaoszczędzić bardzo dużo cennego czasu, uniknąć pomyłki czy też uszkodzenia zaworu.

W momencie przyciśnięcia odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, który uruchamia tryb rotacyjny na wyświetlaczu LED od razu widoczne są wybierane parametry i zadana wartość ciśnienia, kąt rotacji, strona rotacji, czas cyklu – i już w tym momencie możemy ewentualnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, dokonywać korekty ustawień dla indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 5, zadanie 1 poz.1**

Tabela pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z większej ilości komór poprzecznych niż 20-22, na których leży pacjent i 2 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta)? Pozostałe parametry z pkt. 8 zgodnie z SWZ.

Uzasadnienie: im większa ilość komór w materacu tym większa jest skuteczność medyczna materaca.

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 6, zadanie 1 poz.1**

Tabela pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z 17 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 2 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta)? Pozostałe parametry z pkt. 8 zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 7, zadanie 1 poz.1**

Tabela pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści materac, w którym komory zmiennociśnieniowe materaca umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut? Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 8, zadanie 1 poz.1**

Tabela pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści materac dostosowany do standardowych łóżek szpitalnych o wymiarach 197 x 87 x 12 cm (+/- 2 cm)?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie w zakresie szerokości i długości.***

**Pytanie 9, zadanie 1 poz.1**

Tabela pkt. 10 i 12: Czy Zamawiający dopuści materac, w którym wysokość każdej pojedynczej komory wynosi od 10 cm do 12 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***



**Pytanie 10, zadanie 1 poz.1**

Tabela pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta za pomocą mikrootworów w komorach, ale wykonany w taki sposób, aby ciało pacjenta ich nie blokowało?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 11, zadanie 1 poz.1**

Tabela pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonany z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji? Pokrowiec mocowany do materaca za pomocą dwóch suwaków w celu łatwego zakładania i zdejmowania? Możliwość prania pokrowca w temperaturze 95°C w czasie co najmniej 10 minut?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 12, zadanie 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści pompę z dwoma wyświetlaczami LED, jeden wyświetlacz wskazuje wartości dokonywanych ustawień dla wierzchniego materaca zmiennociśnieniowego, drugi wskazuje wartości dokonywanych ustawień dla spodniego materaca rotacyjnego. Dwa wyświetlacze LED na pompie są opcją korzystniejszą i bezpieczniejszą dla komfortu pracy personelu medycznego oraz dla profilaktyki i leczenia pacjenta.

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 13, zadanie 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści pompę z funkcją maksymalnego wypełnienia materaca uruchamianą z jednego przycisku na pompie ułatwiającą przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 30 minutach?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 14, zadanie 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści pompę o zakresie ciśnienia 15-50 mmHg (+/- 5mmHg)?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 15, zadanie 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści pompę z gniazdem dwusekcyjnym (dwa wyloty powietrza)?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z***



SWZ.

**Pytanie 16, zadanie 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści pompę z przewodem powietrza dwużyłowym zespolonym?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 17, zadanie 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści pompę z przewodem powietrznym z podłączeniem prostym, nie kątowym, do pompy?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 18, zadanie 1 poz.2**

Jakich Zamawiający wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485?

***Odpowiedź: Zamawiający informuje że nie wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485.***

**Pytanie 19, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodności, powiadomienie lub zgłoszenie URPL) osobne dla oferowanej pompy i materaca oraz instrukcję używania osobną dla oferowanej pompy i materaca? Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 20, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w dodatkową funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10-25 minut modulem nie większym niż 5 minut.?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 21, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamianą i wyłączaną za pomocą przycisków na panelu sterowania pompy?

W pełni automatyczna pompa z możliwością dokonywania ustawień wyboru odpowiedniej



profilaktyki i terapii wszystkich stopni odleżyn dokonywana z poziomu panelu sterowania, a nie za pomocą zaworów wbudowanych w materac jest opcją zdecydowanie korzystniejszą zarówno dla bezpieczeństwa, skuteczności medycznej i komfortu pacjenta, jak i dla personelu medycznego opiekującego się pacjentem. Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana na panelu sterowania pompa pozwala personelowi przede wszystkim zaoszczędzić bardzo dużo cennego czasu, uniknąć pomyłki czy też uszkodzenia zaworu.

W momencie przyciśnięcia odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, który uruchamia tryb rotacyjny na wyświetlaczu LED od razu widoczne są wybierane parametry i zadana wartość ciśnienia, kąt rotacji, strona rotacji, czas cyklu – i już w tym momencie możemy ewentualnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, dokonywać korekty ustawień dla indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 22, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z większej ilości komór poprzecznych niż 20-22, na których leży pacjent i 2 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta)? Pozostałe parametry z pkt. 8 zgodnie z SWZ.

Uzasadnienie: im większa ilość komór w materacu tym większa jest skuteczność medyczna materaca.

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 23, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z 17 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 2 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta)? Pozostałe parametry z pkt. 8 zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 24, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści materac, w którym komory zmiennociśnieniowe materaca umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut? Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 25, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści materac, w którym komory zmiennociśnieniowe materaca



umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut? Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. Materac pracujący w trybie 3-sekcyjnym, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia, jest dużo skuteczniejszy w terapii wszystkich stopni odleżyn w skali 4-stopniowej oraz posiada szerszy zakres biorąc pod uwagę kryterium: waga pacjenta (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% większą siłą oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3)

Wybór czasu cyklu od 10 poprzez 15, 20 aż do 25 minut jest całkowicie wystarczający z punktu widzenia skuteczności medycznej w profilaktyce lub terapii przeciwoleżynowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 26, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 14: Czy Zamawiający dopuści materac dostosowany do standardowych łóżek szpitalnych o wymiarach 198 x 87 x 12 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie w zakresie szerokości i długości.**

**Pytanie 27, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści materac, w którym wysokość każdej pojedynczej komory wynosi od 10 cm do 12 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 28, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta za pomocą mikrootworów w komorach, ale wykonany w taki sposób, aby ciało pacjenta ich nie blokowało?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 29, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym cieczę, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji?

Pokrowiec mocowany do materaca za pomocą dwóch suwaków w celu łatwego zakładania i zdejmowania? Możliwość prania pokrowca w temperaturze 95°C w czasie co najmniej 10 min.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 30, zadanie 1 poz.2**

Tabela pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści pompę z dwoma wyświetlaczami LED, jeden wyświetlacz wskazuje wartości dokonywanych ustawień dla wierzchniego materaca zmiennociśnieniowego, drugi wskazuje wartości dokonywanych ustawień dla spodniego materaca rotacyjnego. Dwa wyświetlacze LED na pompie są opcją korzystniejszą i bezpieczniejszą dla komfortu pracy personelu medycznego oraz dla



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

profilaktyki i leczenia pacjenta.

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 31, zadanie 1 poz.2

Tabela pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści pompę z dwoma wyświetlaczami LED, jeden i drugi wyświetlacz wskazują wartości wprowadzonych ustawień. Dwa wyświetlacze LED na pompie są opcją korzystniejszą i bezpieczniejszą dla komfortu pracy personelu medycznego oraz dla profilaktyki i leczenia pacjenta.

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 32, zadanie 1 poz.2

Tabela pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści pompę bez wyświetlacza LED? – pozostałe parametry wymagane bez zmian, zgodne.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 33, zadanie 1 poz.2

Tabela pkt. 24: Czy Zamawiający dopuści pompę z funkcją maksymalnego wypełnienia materaca uruchamianą z jednego przycisku na pompie ułatwiającą przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 30 minutach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 34, zadanie 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści pompę z przewodem powietrznym z podłączeniem prostym, nie kątowym, do pompy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

REFERENT  
ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Adamczyk

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

