



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881    REGON 000302480  
www.szpitalprzasnysz.pl    sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/50/2023

Przasnysz, dnia 17.11.2023 r

**Do wszystkich,  
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnysz.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz na zapytania udziela odpowiedzi.

**Pyt. 1**

**Pakiet 3**

**Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 4,0 mm, średnica narzędzia 2,4 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 2**

**Pakiet 3**

**Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy zęby szczura o rozwarciu 7 mm, aligator o rozwarciu 8 mm i aligator z zębem szczura o rozwarciu 8 mm, wszystkie wersje obrotowe, średnic a narzędzia 2,4 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 3**

**Pakiet 3**

**Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,4 mm, długość oczka pętli 35 mm, średnica osłonki 2,3 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 4**

**Pakiet 3**

**Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,4 mm, średnica otwarcia pętli 30 mm lub 35 mm (do wyboru), długość oczka pętli 40 mm lub 45 mm (odpowiednio), średnica osłonki 2,3 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 5**

**Pakiet 3**

**Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 6**

**Pakiet 3**

**Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o otwarciu 32 mm i długości 62 mm średnica narzędzia 2,4 mm, długość robocza 2400 mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 7**

**Pakiet 3**

**Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 6 opasek (5 czarnych, 1 przedostatnia sygnalizacyjna w innym kolorze).**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 8**

**Pakiet 3**

**Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 7 opasek (6 czarnych, 1 przedostatnia sygnalizacyjna w innym kolorze).**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 9**

**Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

**Czy zamawiający dopuści również nóż ostrzony od góry?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 10**

**Pakiet 1, pozycja 3**

**Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388 z uwagi na fakt, iż nie znajduje już ona zastosowania w nowej regulacji PPE EU 2016/425 obowiązującej od kwietnia 2019 roku.**

*Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu.*

**Pyt. 11**

**Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3**

**W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zgodnymi z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadane przed przenikalnością związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016/Type B; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 12**

**Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania rękawic winylowych wysokiej jakości zgodne z aktualną regulacją o Środkach Ochrony Indywidualnej – (EU) 2016/425. lecz w wyższej „lepszej” kategorii 3, o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 13**

**Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3**

**Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dotyczącą ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić**

wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotu produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed min. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz jeśli dotyczy, uderzeniem. Surowce wykorzystywane do produkcji rękawic medyczno-ochronnych są niezwykle szczelne i wysoko elastyczne, spełniające wymogi odporności na czynniki chemiczne i biologiczne a nie na zagrożenia mechaniczne.

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 14**

**Pakiet 1 poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe o uniwersalnym rozmiarze M/L?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 15**

**Pakiet 1 poz. 2**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 16**

**Pakiet 1 poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z obecnie obowiązującymi Rozporządzeniami EU 2017/745 dla Wyrobów Medycznych oraz EU 2016/425 dla Środków ochrony Indywidualnej?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 16**

**Pakiet 1 poz. 3**

**Czy w związku ze zmianą legislacyjną dotyczącą Środków ochrony Indywidualnej EU 2016/425 Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 388 która już nie obowiązuje?**

*Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu.*

**Pyt. 16**

**Pakiet 1 poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 przy spełnionych pozostałych wymaganiach?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pyt. 17**

**Pakiet nr 3, poz. 16. Czy Nie nastąpiła omyłka i Zamawiający nie Wymaga 5 szt. pętli nylonowych do podwiązywania polipów?**

*Odp. Zamawiający zmienia pozycję nr 16 w pakiecie 3 na:*

16	Pętla nylonowe do podwiązania polipów - średnica otwartej pętli 30 mm - długość otwartej pętli 55 mm - średnica kanału roboczego 2,8 mm	Szt.	10								
----	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Z poważaniem

D Y R E K T O R  
 SP. Z O O Z z siedzibą w Trzemeszynie  
  
 mgr Zbigniew Makowski