



7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz.3 hak powłokowy FRITSCH o wymiarach 45 x 75 mm ?

**Odpowiedź:**

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz. 5 łyżkę maciczną RECAMIER o długości 25 cm ?

**Odpowiedź:**

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz. 11 pęsetę chirurgiczną STANDARD o długości 16 cm ?

**Odpowiedź:**

TAK, zamawiający dopuści również, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra poz. 1 miskę nerkowatą o wymiarach 250 x 140 x 40 mm ?

**Odpowiedź:**

TAK, zamawiający dopuści również, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz. 2 hak powłokowy FRITSCH o wymiarach 45 X 75 mm ?

**Odpowiedź:**

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz. 13 nożyczki preparacyjne METZENBAUM o długości 18 cm zakrzywione, tępo-tępe, bez mikroząbków nie pokryte tytanizowaną powłoką i ze śrubą w kolorze stalowym ?

**Odpowiedź:**

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Zapytanie nr 2**

Pytanie nr 1

Dotyczy - Zestaw Chirurgiczny Duży:

Czy Zamawiający opisując w poz.9 „Pęseta anatomiczna STANDARD, średnia, prosta, 1x2 ząbki, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł.14,5 cm" nie popełnił omyłki pisarskiej i nie oczekuje zaofiarowania w przedmiotowej pozycji „Pęseta anatomiczna STANDARD, średnia, prosta, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł.14,5 cm" gdyż pęseta chirurgiczna o tych samych parametrach ale z ząbkami 1x2 znajduje się w poz.13 przedmiotowego zestawu?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający opisując pakiet nr 3 „Zestaw Chirurgiczny Duży” w poz.9 popełnił omyłkę powielając asortyment z poz.13 przedmiotowego zestawu. W związku z powyższym Zamawiający usuwa pozycję nr 9, jednocześnie zwiększa ilość asortymentu w pozycji nr 8 z 3 do 4.

Pytanie nr.2

Dotyczy – Zestaw Narzędzi Dodatkowych

Czy Zamawiający opisując w poz.25 „Imadło do szycia BABY-CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 1,5mm, rozmiar fakturowania bransz 0,3mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych do 8/0, ucha złożone, dł. 20 cm" nie popełnił omyłki pisarskiej z uwagi na fakt, iż przedmiotowe imadło występuje u wszystkich Producentów narzędzi chirurgicznych o dł. 15 cm? Zatem zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania imadła o dł. 15 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający opisując pakiet nr 3 „Zestaw Narzędzi Dodatkowych” w poz.25 popełnił omyłkę. Wymagany asortyment to: „Imadło do szycia BABY-CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 1,5mm, rozmiar fakturowania bransz 0,3mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych do 8/0, ucha złożone, dł. 15 cm”

Zamawiający modyfikuje zapisy formularza asortymentowego w zakresie:

- pakietu nr 3 „Zestaw Chirurgiczny Duży” w pozycji 8, zwiększając ilość asortymentu z 3 szt. do 4 szt.;
- pakietu nr 3 „Zestaw Chirurgiczny Duży” w poz.9, usuwając tę pozycję;
- pakietu nr 3 „Zestaw Narzędzi Dodatkowych” poz. 25:

Jest:

„Imadło do szycia BABY-CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 1,5mm, rozmiar fakturowania bransz 0,3mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych do 8/0, ucha złożone, dł. 20 cm”

Winno być:

„Imadło do szycia BABY-CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 1,5mm, rozmiar fakturowania bransz 0,3mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych do 8/0, ucha złożone, dł. 15 cm”

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ – zadanie nr 3 „Dostawa narzędzi chirurgicznych”.

**Zapytanie nr 3**

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 30 szt.

1. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści leże podzielone na 4 segmenty, w tym 3 segmenty ruchome wypełnione zdejmowanymi płytami ze zmywalnego tworzywa HPL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści funkcję podwójnej autoregresji (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda) dla zmniejszenia kompresji w obrębie jamy brzusznej i profilaktyki przeciwodleżynowej, a także komfortu pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

3. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści nachylenie segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża 18o, sterowane manualnie ze wspomaganie?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

4. Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jeden wysokiej jakości i wydajności akumulator podtrzymujący sterowanie elektryczne łóżka przy zaniku zasilania sieciowego lub podczas transportu (bez osobnego akumulatora dla funkcji szokowych ratujących życie)?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

5. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami elektrycznymi z pilota dla personelu medycznego z możliwością zawieszenia na barierce bocznej oraz panelu do selektywnej blokady podstawowych funkcji

elektrycznych zawieszanego na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta lub z możliwością podwieszenia pod opłatką na pościel?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

6. Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zapewniające ochronę na całej długości leża, wyposażone w wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30o i 45o?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

7. Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w wskaźnik bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

8. Czy (w pkt. 35) Zamawiający przyzna 5 pkt. za łóżko wyposażone w barierki boczne z wyprofilowanymi uchwyty do podparcia pacjenta w trakcie pozycji wejściowej lub zejściowej, każda barierka posiadająca dwa uchwyty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

9. Czy (w pkt. 40) Zamawiający dopuści 4 uchwyty na pasy do ewentualnego uruchomienia pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści materac dopasowany do wymiarów leża oferowanego łóżka o wymiarach: długość 1900-2000 mm, szerokość 850-900 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy szpitalny (z pianki poliuretanowej) posiadający pofalowaną strukturę (zamiast nacięć), w pokrowcu nieprzemakalnym, zmywalny, paroprzepuszczalnym, zapinanym na zamek, o gęstości pianki 30 kg/m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

12. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z możliwością prania w temp. 95oC, możliwością suszenia w suszarkach co najmniej w średniej temperaturze, możliwością prasowania co najmniej w średniej temperaturze, możliwością prania chemicznego (trójchloroetylen), możliwością sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 134oC?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

**Zapytanie nr 4**

Dotyczy: Zadanie nr 4 - dostawa i uruchomienie łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie z materacem piankowym przewencyjnym przeciwodleżynowym.



1. Czy Zamawiający dopuści koła podwójne zintegrowane bez widocznej osi obrotu antystatyczne o średnicy 150 mm.

**Odpowiedź:**

TAK. Zamawiający dopuści również.

2. Czy Zamawiający dopuści materac piankowy przeciwoleżynowy przewencyjny dopasowany do wymiarów leża oferowanego łóżka o wymiarach: długość 1950 mm x szerokość 820 mm x wysokość 140mm?

**Odpowiedź:**

TAK. Zamawiający dopuści również.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżka bez 5-go koła- wszystkie zaoferowane łóżka posiadają zaawansowany system jazdy kierunkowej z blokadą jednego koła od strony głowy co zapobiega „dryfowaniu” łóżka w zakrętach?

**Odpowiedź:**

TAK. Zamawiający dopuści również.

4. Czy Zamawiający uzna za wypełnienie wymogu przedstawienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego poprzez przedstawienie autoryzacji serwisowej producenta łóżek dla jednego pracownika firmy oferenta zatrudnionego w jego serwisie?

**Odpowiedź:**

Tak. Minimum jeden pracownik serwisu oferenta musi posiadać certyfikat szkoleń wydany przez producenta łóżek.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez osobnego przycisku elektrycznej funkcji szokowej ?

**Odpowiedź:**

TAK. Zamawiający dopuści również.

**Zapytanie nr 5**

Zadanie nr 3 - dostawa narzędzi chirurgicznych

Z uwagi na fakt, że zadanie jest możliwe do zrealizowania jako całość wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wydzielenie poszczególnych zestawów z zadania nr 3 i umożliwienie składania ofert na poszczególne zestawy. Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:**

NIE zgodnie z zapisami SIWZ.

**Zestaw ginekologiczny dół**

Poz.1) Miska o wym. 250x35mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuści również podane wymiary, pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Poz.8) Haczyk Joseph rękojeść okrągła, funkcjonalnie identyczne lub haczyk bez nazwy własnej, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.9) Kleszcze o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.12) Wziernik o dł. 250mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.13) Wziernik o wym. 80x30mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.16) Kleszcze- bransze zwężane, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.18) Kleszczyki o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne lub kleszczyki Halsted-Mosquito o dł. 125mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.20,21) Kleszczyki o nazwie Rochester-Ochsner, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.24) Nożyczki z powłoką ceramiczną czernioną i twardą wkładką, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.26) Nożyczki o dł. 230mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.29) Kosz druciany o wym. 480x255x50mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.31) Kontener o wym. 590x290x100mm, uchwyty nie pokryte silikonem, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Zestaw cesarskie cięcie**

Poz.1) Miska o wym. 170x95x35mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuści również podane wymiary, pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Poz.3) Hak o wym. 75x45mm i dł. 255mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.4) Kleszcze Kelly o dł. 320mm, funkcjonalnie identyczne lub kleszcze Noto, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.5) Łyżka o dł. 350mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.6,7) Kleszcze Foerster o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.8,10) Pęseta o szer. 3mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.11) Pęseta o dł. 160mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.13) Kleszczyki o nazwie własnej Rochester-Ochsner, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.15) Kleszcze bransze zwężane, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.19) Nożyczki o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.23) Kosz druciany o wym. 480x255x50mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.25) Kontener o wym. 590x290x100mm, uchwyty nie pokryte silikonem, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Zestaw ginekologiczny góra**

Poz.1) Miska o wym. 250x140x35mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuści również podane wymiary, pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Poz.2) Hak o wym. 75x45mm i dł. 255mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.4) Kleszczyki o nazwie własnej Kocher, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.8) Kleszcze o dł. 210mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.9) Kleszcze bransze zwężane, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.10,11) Kleszczyki o nazwie własnej Rochester-Ochsner, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.13) Nożyczki z powłoką ceramiczną czernioną i twardą wkładką, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.16) Pęseta o szer. 3mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.22) Nożyczki o nazwie własnej Nelson-Metzenbaum i dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.25,27,32) Kleszczyki o nazwie własnej Rochester-Ochsner, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.33,34) Kleszcze o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz. 35) Kleszcze Kelly o dł. 320mm, funkcjonalnie identyczne lub kleszcze o nazwie własnej Noto, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.37) Kosz o wym. 510x255x100mm, funkcjonalnie identyczne.



**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.39) Kontener o wym. 590x290x135mm i uchwyty nie pokryte silikonem, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Zestaw do Konwersji**

Poz.1) Miska o wym. 250x110x35mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuści również podane wymiary, pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Poz.2) Hak o wym. 75x50mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.3) Hak o dł. 255mm i wym. 60x80mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.4) Hak o dł. 210mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.5) Hak o wym. 38x38mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.6) Hak o wym. 15x28mm i dł. 220mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.13) Kleszczyki o nazwie własnej Rochester-Ochsner, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.14) Kleszcze- bransze zwężane, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.21) Nożyczki z powłoką ceramiczną czernioną i twardą wkładką, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.23) Nożyczki o dł. 230mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.24) Nożyczki o nazwie własnej Nelson-Metzenbaum, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.31) Kleszcze o nazwie Maier i dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.32) Kleszcze o nazwie własnej Foerster o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.33) Kosz druciany o wym. 480x255x50mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.35) Kontener o wym. 590x290x100mm, uchwyty nie pokryte silikonem, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Zestaw chirurgiczny duży**

Poz.1) Miska o wym. 250x140x35mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuści również podane wymiary, pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Poz.2) Miska o wym. 170x95x35mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuści również podane wymiary, pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Poz.13) Pęseta o szer.3mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.14,15) Kleszcze Foerster o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.16) Kleszcze DeBakey-Harken o dł. 245mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.17) Hak o wym. 75x45mm i dł. 255mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.18) Hak o wym. 75x50mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.19) Hak o wym. 9x28mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz. 21) Hak o wym. 38x38mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.25)Kleszcze o nazwie Foerster i dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.30) Imadło o szer. 3mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.32) Imadło o szer. bransz 2,5mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.34,37) Kleszcze bez oznaczonej figury, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.42) Kleszcze- bransze zwężane, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz. 43,44) Kleszczyki o nazwie własnej Rochester-Ochsner, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz. 48) Nożyczki z powłoką ceramiczną czernioną i twardą wkładką, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.52) Kosz o wym. 510x255x100mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.54) Kontener o wym. 590x290x135, uchwyty nie pokryte silikonem, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Zestaw chirurgiczny mały**

Poz.4) Hak o wym. 38x38mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.5) Hak o wym. 20x25mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.6) Hak o wym. 14x33mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.7) Hak o wym. 9x18mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.10) Pęseta o szer. 3mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.11) Sonda o dł. 230mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.12) Kleszcze o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.13) Igła o nazwie Emmet i dł. 195mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.21) Kleszcze bez oznaczonej figury, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.24) Nożyczki z powłoką ceramiczną czernioną i twardą wkładką, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.



Poz.2 5) Nożyczki o nazwie May-Stille i dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.2 6) Kosz o wym. 240x255x50mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.2 8) Kontener o wym. 290x290x100mm, uchwyty nie pokryte silikonem, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Zestaw narzędzi dodatkowych**

Poz.2 9) Hak o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.5 5) Kleszcze o dł. 275mm lub 265mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.1 7) Nożyczki o dł. 225mm lub 220mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Poz.25 5) Imadło o nazwie własnej Microvascular, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec oraz ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie związaną z COVID-19, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 4-6 do 7-8 tygodni.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Zapytanie nr 6**

Zadanie nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na pantografie, co zapewnia 8 pkt. podparcia i co za tym idzie znacznie lepszą stabilność niż konstrukcje oparte na pantografie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 997 mm (w przypadku barierek bocznych opuszczonych, jak i barierek bocznych podniesionych)?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 350-910 mm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami poruszającymi się wraz z leżem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 227 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 14° i anty-Trendelenburgiem 15°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

7. Czy w związku z pkt. 20 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z nachyleniem segmentu podudzia wynoszącym 20 stopni?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

8. Czy w związku z pkt. 22 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jeden akumulator?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot przewodowy, z możliwością jego montażu w uchwycie znajdującym się na barierce bocznej?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi poruszającymi się wraz z segmentem pleców oraz barierkami bocznymi w części nożnej zintegrowanymi z ramą leża (nie poruszają się wraz z segmentem uda)?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi bez wbudowanego wskaźnika kąta nachylenia segmentu oparcia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ z jednoczesnym dopuszczeniem wskaźnika kąta nachylenia oparcia w formie wyświetlacza LCD zgodnie z odp. na pytanie nr 13.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wyświetlaczem LCD, w barierkach bocznych, na którym wyświetla się kąt 15 stopni, 30 stopni, 45 stopni, 60 stopni?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika pozycji bioder?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda elektryczną oraz poruszającym się wraz z nim segmentem podudzia, którego regulacja wspomagana jest mechanizmem zapadkowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami które można w łatwy sposób wyjąć (odblokowane), które mają możliwość zablokowania np. na czas transportu?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

17. Czy zamawiający dopuści materac o gęstości 30kg/m<sup>3</sup>. Ponieważ z naszego doświadczenia wynika, iż materace w związku z dużą gęstością, a tym samym dużą ilością użytego surowca do spieniania, pracują w mniejszych zakresach mając mniejsze ugięcie miejscowe aniżeli materace o mniejszej gęstości w związku z tym gorzej redystrybuują ciśnienie w szczególności u osób lżejszych. Materace o podanych wymiarach i gęstości 35kg/m<sup>3</sup> ze względu na swoje właściwości fizykomechaniczne dedykowane są zazwyczaj dla osób ciężkich (powyżej 120 kg) przede wszystkim ze względu na mniejszą podatność na odkształcenia oraz lepszą stabilizację pacjenta ale niestety kosztem mniejszej skuteczności redystrybucji ciśnienia.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

18. Co zamawiający rozumie poprzez słowo „nacinany”? Czy zamawiający dopuści materac o strukturze „gofra”, która niweluje efekt napięcia powierzchniowego pianki, a tym samym poprawia redystrybucję ciśnienia wywieranego na ciało pacjenta oraz poprawia cyrkulację powietrza?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również. Zamawiający wymaga materaca o zwiększonej wydajności wentylacji powierzchni styku z pacjentem, a tym samym odprowadzenia nadmiaru ciepła i wilgoci.

19. Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Zapytanie nr 7**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez osobnego przycisku elektrycznej funkcji szokowej?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści również.

**Zapytanie nr 8**

Zadanie nr 4. Punkt 26

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez selektywnej blokady funkcji elektrycznych pod leżem? Panel centralny jest wystarczający ponieważ do niego pacjent nie posiada dostępu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Zapytanie nr 9**

Dotyczy: Zadanie nr 4 – Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 30 szt.

1. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści leże podzielone na 4 segmenty, w tym 3 segmenty ruchome, segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione zdejmowanymi z zmywalnego tworzywa HPL, segment miednicy wykonany z płyty stalowej lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści długość bez przedłużania długości leża 227 cm?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

3. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści regulację wysokości leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca od 43,9 cm do 83,9 cm?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

**Zapytanie nr 10**

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 8, Haczyk do ran ITERSON, 1 zębny, fig.1, ostry, rękojeść płaska, dł. 17 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 8, Haczyk do ran O'Connor, 1 zębny, fig.1, ostry, rękojeść płaska, dł. 16 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 9, kleszcze okienkowe FORSTER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 11, Wziernik pochwowy KALLMORGEN, komplet dwu łyżkowy, składający się z wziernika fig.2 o wym.90x40mm i retraktora fig.2 o wym.90x37mm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 12, Wziernik pochwowy DOYEN, część robocza od zagięcia lekko wklęsła o wym.60x47mm, rękojeść pełna z dwoma wypustkami dla pewnego chwytu, dł. 23,5 cm



**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 13, Wziernik pochwowowy DOYEN, latera~~l~~ny, część robocza od zagięcia kąтового płaska i zaokrąglona na końcu, o wym.60x35mm, rękojeść pełna z jedną wypustką na końcu rękojeści dla pewnego chwytu, dł. 24 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

7. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 24, określił minimalny wiek(lub staż pracy) dyplomowanego mistrza narzędziowego który jest godzien podpisać się pod specjalnym certyfikatem jakości wykonania narzędzia?

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 24, nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, nożyczki pokryte specjalną powłoką zabezpieczającą przed korozją, dł. 18 cm.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 24, Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo – tepe, jedna ranszy z mikroząbkami, obie bransze zwężane, dł. 18 cm. Narzędzie łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na ranszy standardem wykonania narzędzia.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 29, Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, rączki chowane do wewnątrz, wym.410x251x64mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 31, kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytnymi, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze szarym/srebrnym, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 470x300x110mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ

12. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Dół w pkt 31, kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytnymi z tworzywa sztucznego, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy z tworzywa sztucznego wysoko udarowego w kolorze szarym, z automatycznym systemem plombowania z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji. wymiary kontenera: 448x272x122mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ

13. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Cesarskie Cięcie w pkt 3, Hak powłokowy FRITSCH, rękojeść ażurowa wertykalnie względem łopatki, łopatka mocno zagięta i wklęsła o wym.65x85mm, dł. 23,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

14. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Cesarskie Cięcie w pkt 4, Kleszcze jajnikowe SANGER, proste, okienkowe, bransze owalne i żłobione wzdłuż otworów z mikro ząbkami, rękojeści lekko spłaszczone, z zapinką, dł.27,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

15. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Cesarskie Cięcie w pkt 5, Łyżka maciczna RECAMIER, prosta, sztywna, tępą, relkość pełna z wyłobieniem na palec, wym.robocze 60x35mm, dł. 34,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

16. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Cesarskie Cięcie w pkt 6, kleszcze okienkowe FORSTER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Cesarskie Cięcie w pkt 7, Kleszcze okienkowe FORSTER, zakrzywione, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 24,5 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Cesarskie Cięcie w pkt 11, Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 ząbki, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość bransz 2mm, dł.16 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

19. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Cesarskie Cięcie w pkt 20, Nożyczki ginekologiczne SIMS, preparacyjne, zakrzywione, jedna bransza z mikroząbkami, ramiona czernione, tępo-tępe, dł. 23 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

20. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Cesarskie Cięcie w pkt 23, Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, ręczki chowane do wewnątrz, wym.410x251x64mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

21. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Cesarskie Cięcie w pkt 25, kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze szarym/srebrnym, perforowanej na jeden filtr (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 470x300x110mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

22. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Cesarskie Cięcie w pkt 25, kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami z tworzywa sztucznego, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy z tworzywa sztucznego wysoko udarowego w kolorze szarym, z automatycznym systemem plombowania z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji. wymiary kontenera: 448x272x122mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

23. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 2, Hak powłokowy FRITSCH, rękojeść ażurowa wertykalnie względem łopatki, łopatka mocno zagięta i wklęsła o wym.65x85mm, dł. 23,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

24. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 7, Kleszczyki do tkanek i organów ALLIS, proste, 5x6 zęby, z zapinką, dł. 15,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

25. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 13, określił minimalny wiek(lub staż pracy) dyplomowanego mistrza narzędziowego który jest godzien podpisać się pod specjalnym certyfikatem jakości wykonania narzędzia?

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

26. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 13, nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, nożyczki pokryte specjalną powłoką zabezpieczającą przed korozją, dł. 18 cm.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

27. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 13, Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, dł. 18 cm. Narzędzie łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

28. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 28, Kleszcze preparacyjne OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrzywione mocno, bransze poprzecznie fakturowane, z zapinka, fig.5, dł. 21,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

29. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 33, Kleszcze okienkowe FORSTER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

30. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 34, Kleszcze okienkowe FORSTER, proste, okienka owalne i gładkie, z zapinką, dł. 25 cm



**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

31. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 35, Kleszcze jajnikowe SANGER, proste, okienkowe, bransze owalne i żłobione wzdłuż otworów z mikro ząbkami, rękojeści lekko spłaszczone, z zapinką, dł.27,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

32. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 37, Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, ręczki chowane do wewnątrz, wym.532x251x94mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

33. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 39, Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytnymi, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze szarym srebrnym, perforowanej na dwa filtry (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 600x300x140mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

34. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Ginekologiczny Góra w pkt 39, kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytnymi z tworzywa sztucznego, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy z tworzywa sztucznego wysoko udarowego w kolorze szarym, z automatycznym systemem plombowania z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji. wymiary kontenera: 553x272x122mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

35. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 2, Hak do retraktora brzuszego BALFOUR, łopataka wklęsła, rękojeść ze wzdłużnym otworem dedykowanym do mocowania do ramy ze śrubą typu "motylek", wym.łopatki 80x47mm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

36. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 3, Hak powłokowy FRITSCH, rękojeść ażurowa wertykalnie względem łopatki, łopataka mocno zagięta i wklęsła o wym.64x85mm, dł. 23,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

37. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 4, Hak do ran LENGENBECK, rękojeść kwadratowa i pusta w środku, łopatki podwójnie zagięta o wym.40x11mm, dł.22 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

38. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 5, Hak do ran RICHARDSON, rękojeść z profilem na palce i okienkowa, łopataka podwójnie zagięta i wklęsła, wym.łopatki 38x40mm, dł. 24 cm

**Odpowiedź:**

---

KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296

ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375  
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl



TAK, Zamawiający dopuści również.

39. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 8, Hak wątrobowy MIKULCZ, rękojeść ażurowa, łopata płynn timer zakrzywiona, wym.łopatki 90x35mm, dł. 25 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

40. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 9, Kleszczyki do tkanek i organów ALLIS, proste, 5x6 zęby, z zapinką, dł. 15,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

41. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 12, Kleszcze hemostatyczne KELLY, mocno zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, fig.3, z zapinką, dł. 18,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

42. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 21, określił minimalny wiek(lub staż pracy) dyplomowanego mistrza narzędziowego który jest godzien podpisać się pod specjalnym certyfikatem jakości wykonania narzędzia?

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

43. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 21, nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, nożyczki pokryte specjalną powłoką zabezpieczającą przed korozją, dł. 18 cm.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

44. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 21, Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, dł. 18 cm. Narzędzie łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

45. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 27, Kleszczyki hemostatyczne Crile-Rankin, delikatne, proste, z zapinką, dł. 16 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

46. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 27, Kleszczyki hemostatyczne Pean (Rochester), delikatne, proste, z zapinką, dł. 16,5 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

47. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 29, Kleszczyki hemostatyczne Crile-Rankin, delikatne, zakrzywione, z zapinką, dł. 16 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

48. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 29, Kleszczyki hemostatyczne Pean (Rochester), delikatne, zakrzywione, z zapinką, dł. 16,5 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

49. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 31, Kleszcze do tamponady GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 26,5 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

50. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 32, Kleszcze okienkowe FORSTER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

51. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 33, Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, ręczki chowane do wewnątrz, wym.410x251x64mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

52. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 35, Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze szarym srebrnym, perforowanej na dwa filtry (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 470x300x110mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

53. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw do Konwersji w pkt 35, kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami z tworzywa sztucznego, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy z tworzywa sztucznego wysoko udarowego w kolorze szarym, z automatycznym systemem plombowania z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji. wymiary kontenera: 448x272x122mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

54. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 14, Kleszcze okienkowe FORSTER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

55. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 15, Kleszcze okienkowe FORSTER, proste, okienka owalne i gładkie, z zapinką, dł. 25 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

56. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 16, Kleszcze przedSIONKOWE HARKEN, fig.3, z zapinka, branszeatraumatyczne, w części proksymalnej lekko zakrzywione, w części dystalnej bransze podwójnie zakrzywione, dł. 23 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

57. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 18, Hak do retraktora brzuszego BALFOUR, łopata wklęsła, rękojeść ze wzdłużnym otworem dedykowanym do mocowania do ramy ze śrubą typu "motylek", wym.łopatki 80x47mm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

58. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 21, Hak do ran RICHARDSON, rękojeść z profilem na palce i okienkowa, łopata podwójnie zagięta i wklęsła, wym.łopatki 38x40mm, dł. 24 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

59. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 22, Hak wątrobowy MIKULICZ, rękojeść ażurowa, łopata płynnie zakrzywiona, wym. łopatki 90x35mm, dł. 25 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

60. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 25, Kleszcze okienkowe FORSTER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

61. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 26, Kleszcze jelitowe MAYO-ROBSON, proste, z zapinką, bransze atraumatyczne, dł. 26 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

62. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 29, Kleszczyki do tkanek i organów ALLIS, proste, 5x6 zęby, z zapinką, dł. 25,5 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

63. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 37, Kleszcze hemostatyczne KELLY, mocno zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, fig.3, z zapinką, dł. 18,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

64. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 38, Kleszcze hemostatyczne COLLER, zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 16,5 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

65. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 48, określił minimalny wiek(lub staż pracy) dyplomowanego mistrza narzędziowego który jest godzien podpisać się pod specjalnym certyfikatem jakości wykonania narzędzia?

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

66. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 48, nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, nożyczki pokryte specjalną powłoką zabezpieczającą przed korozją, dł. 18 cm.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ

67. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 48, Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, dł. 18 cm. Narzędzie łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia.

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

68. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 52, Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, ręczki chowane do wewnątrz, wym.532x251x94mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

69. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 54, Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytnymi, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze szarym srebrnym, perforowanej na dwa filtry (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 600x300x140mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

70. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Duży w pkt 54, kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytnymi z tworzywa sztucznego, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy z tworzywa sztucznego wysoko udarowego w kolorze szarym, z automatycznym systemem plombowania z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji. wymiary kontenera: 553x272x143mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

71. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Mały w pkt 4, Hak do ran RICHARDSON, rękojeść z profilem na palce i okienkowa, łopatką podwójnie zagiętą i wklęsłą, wym.łopatki 38x40mm, dł. 24 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

72. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Mały w pkt 5, Hak do ran RICHARDSON, rękojeść z profilem na palce i okienkowa, łopatką podwójnie zagiętą i wklęsłą, wym.łopatki 25x21mm, dł. 23,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

73. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Mały w pkt 6, Hak do ran Kocher-LANGENBECK, rękojeść ażurowa, łopatką podwójnie zakrzywiona, wym.łopatki 35x15mm, dł. 21,5 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

74. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Mały w pkt 13, Igła do podwiązek KOCHER, rękojeść spłaszczona, część robocza mocno zakrzywiona z bocznym otworem, fig.3, dł. 20,5 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

75. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Mały w pkt 15, Kleszcze hemostatyczne CRILE, proste, z zapinką, bransze poprzecznie fakturowane, dł. 14 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

76. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Mały w pkt 21, Kleszcze hemostatyczne KELLY, mocno zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, fig.3, z zapinką, dł. 18,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

77. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Mały w pkt 26, Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych, ręczki chowane do wewnątrz, wym.240x2251x44mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

78. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Mały w pkt 28, Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze szarym srebrnym, perforowanej na dwa filtry (jedno lub wielorazowego użytku), z metalowymi zapięciami. wymiary kontenera: 300x300x110mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

79. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Chirurgiczny Mały w pkt 28, kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami z tworzywa sztucznego, blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz pokrywy z tworzywa sztucznego wysoko udarowego w kolorze szarym, z automatycznym systemem plombowania z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji. wymiary kontenera: 267x272x122mm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

80. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Narzędzi Dodatkowych w pkt 1, Filtr papierowe do sterylizacji do pokrywy kontenera, jednorazowego użytku, pakowane po 500 szt. Czyli Dostawca zapewni 10 opakowań po 500 szt.

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

81. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Narzędzi Dodatkowych w pkt 2, Hak wątrobowy KELLY, rękojeść ażurowa, łopatką płynnie zakrzywiona o wym.155x57mm, dł.26 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

82. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Narzędzi Dodatkowych w pkt 4, Kleszcze atraumatyczne jelitowe MAYO-ROBSON, proste, z zapinką, bransze wzdłużnie żłobione, dł. 26 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

83. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Narzędzi Dodatkowych w pkt 8, Kleszcze hemostatyczne KELLY, mocno zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, fig.3, z zapinką, dł. 18,5 cm

**Odpowiedź:**

TAK, Zamawiający dopuści również.

84. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Narzędzi Dodatkowych w pkt 13, Kleszcze okienkowe FORSTER, proste, okienka owalne i poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 25 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

85. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Narzędzi Dodatkowych w pkt 17, Nożyczki neurochirurgiczne Potts-Smith, bransze zagięte kątowno pod kątem 60 stopni, uchwyt standardowy (nie sprężynowy), jedna bransza zakończona kulką, dł. 18 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

86. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Narzędzi Dodatkowych w pkt 25, Imadło do szycia Hegar-Vascular, proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz 1,5mm, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych do 8/0, ucha złożone, dł. 20,5 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

87. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Narzędzi Dodatkowych w pkt 31, Imadło do szycia Ryder(Martin), proste, utwardzone wkładką węglową TC, szerokość robocza bransz poniżej 2mm, rozmiar, dedykowane przez producenta do materiałów szewnych do 4/0-6/0, ucha złożone, dł. 20 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

88. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Zestaw Narzędzi Dodatkowych w pkt 32, Kleszcze preparacyjne COLLER, bransze mocno zakrzywione, poprzecznie fakturowane, z zapinką, dł. 16,5 cm

**Odpowiedź:**

NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Zapytanie nr 11****Pytanie 1**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w związku z zaistniałą sytuacją pandemii Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy dla zadania nr 2 – do 14 tygodni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin wykonania umowy do 10 tygodni.



#### Pytanie 2

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w związku z zaistniałą sytuacją pandemii Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w formule on-line?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w formule on-line.

#### Pytanie 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust. 12 odnośnika drugiego (dotyczącego zadania nr 2) w następujący sposób:

- 72 godziny w dni robocze, maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Na czas naprawy dłuższy niż 5 dni roboczych Wykonawca w ciągu 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii, wstawi i uruchomi aparat zastępczy tej samej klasy, a w razie potrzeby przeszkoli pracowników Zamawiającego z obsługi tego aparatu. W przypadku naprawy wymagającej odesłania przedmiotu umowy do naprawy poza granice kraju bądź sprowadzenia części zamiennych z zagranicy naprawa nastąpi w terminie każdorazowo ustalonym przez Strony, nie krótszym niż 14 dni roboczych, zapisy zdania drugiego stosuje się odpowiednio. – dotyczy zadania nr 2\*;

Powyższe Wykonawca motywuje specyfiką dostarczanego urządzenia oraz rzeczywistym czasem, który jest niezbędny do odbioru i zweryfikowania zakresu wad danego elementu, czasu dostawy nowego elementu w przypadku ich produkcji i magazynowania poza granicami kraju. Zakreślony ogólny termin 5 dni roboczych jest dla takich przypadków niewystarczający.

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §5 wzoru umowy w ten sposób, aby wysokość wskazanych w nim kar umownych była naliczana od wartości netto, a nie brutto umowy bowiem podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie stanowi przysporzenia po stronie Wykonawcy.

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o miarkowanie – dla zadania nr 2 - wysokości kary umownej przewidzianej w §5 ust. 1 lit. c wzoru umowy, tj. za zwłokę w realizacji zobowiązań gwarancyjnych, proporcjonalnie do zakresu i charakteru zobowiązania – do wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w §2 ust. 1 Umowy dla tego zadania.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i przyjętym orzecznictwem kara umowna nie może pozostawać w dysproporcji, być nieproporcjonalna w stosunku do wielkości realizowanej części zamówienia. Uznany jest pogląd, że o rażącym wygórowaniu kary umownej świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, można ją uważać za rażąco wygórowaną. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2013 roku (IACa 539/13) podniesiono, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego uznaje się za miernik oceny wysokości kary umownej stosunek między wysokością kary umownej a wartością wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wykonawca zwraca także uwagę, iż zapisy projektu umowy winny przewidywać kary umowne w adekwatnej wysokości do odszkodowania, które mogłyby być dochodzone na zasadach ogólnych. Kara umowna jest instytucją, która ma pełnić przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Obowiązujące zasady prawa wskazują na przesłanki przesądzające o rażącym wygórowaniu kary umownej zwłaszcza w okolicznościach, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody albo poniósł szkodę nieznaczną wskutek niewykonania umowy. Do sytuacji rażąco wygórowanej kary może dojść już na etapie samych zapisów umownych, jak również poprzez ich zastosowanie w konkretnej sytuacji. Nie powinno dochodzić już na etapie samych zapisów umownych do sytuacji, w których zastrzeżona kara umowna będzie rażąco wygórowana. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (IACa 26/14) oceny, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana dokonuje się w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w

jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony. Przykładem takiej nieadekwatności we wzorze umowy jest w szczególności zastosowanie de facto niższej stawki kary dla nieterminowej dostawy przedmiotu umowy, na której realizację przypada większość wynagrodzenia wykonawcy niż dla naruszenia terminów świadczenia ubocznego, jakim jest dokonywanie napraw w ramach gwarancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §6 ust. 3 pkt. 4 wzoru umowy poprzez rozszerzenie katalogu przykładów Siły Wyższej o następujące przypadki: zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, akty władzy państwowej, akty organów unijnych, jak również działania producentów urządzeń i ich części zamiennych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy, a także inne okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpłyną w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.

Wykonawca podkreśla, iż co prawda siła wyższa w postaci epidemii choroby COVID-19 jest już znana w momencie przeprowadzania postępowania, jednak nie są znane jej skutki i ich wpływ na wykonywanie umowy. W konsekwencji zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby i ta okoliczność została uwzględniona przez Zamawiającego we wzorze umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7**

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu §6 ust. 4 następującej treści: Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej opisanej w §6 ust. 3 pkt. 4 niniejszej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8**

Niezależnie od wcześniej zadanych pytań, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji, a w konsekwencji rozliczenia przedmiotu umowy - dla zadania nr 2 - w kilku etapach? Pierwszy etap, obejmujący dostawę przedmiotu umowy, podlegałby realizacji w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, a podstawą rozliczenia byłby protokół dostawy/potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej przez Zamawiającego. Termin wykonania drugiego etapu, wynosiłby 20 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. już przejściu najgorszej fazy Pandemii (wyjątkowe rozwiązania przyjęte w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązują do pierwszego tygodnia września br. co stanowi punkt odniesienia dla określenia czasu trwania wszelkich stanów nadzwyczajnych, m. in. stanu epidemii czy zagrożenia epidemicznego). W ramach etapu drugiego Wykonawca dokonałby instalacji, uruchomienia urządzenia oraz przeprowadziłby szkolenie pracowników Zamawiającego, co zostałoby udokumentowane w protokole uruchomienia i szkolenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający przewiduje stosowanie do zawartej w ramach niniejszego postępowania umowy zamówienia publicznego regulacji wskazanych w art. 15r. i n. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374 ze zm.)?

Wykonawca wskazuje, iż ww. ustawa nie wskazuje wprost, do których umów w sprawie zamówienia publicznego należy stosować jej przepisy, czy do umów zawartych przed stanem epidemii COVID-19, czy także do umów zawieranych w czasie stanu epidemii COVID-19. Cel wprowadzenia przepisów sugeruje, iż wspomniane mechanizmy dotyczą umów już wykonywanych, tj. zawartych przed wystąpieniem epidemii choroby COVID-19, czyli okoliczności nieprzewidzianej. Z uwagi, iż wystąpienie epidemii choroby COVID-19 nie jest nieprzewidywalne,

mogą pojawić się wątpliwości odnośnie stosowania zapisów ww. ustawy do umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. W ocenie Wykonawcy, mając na uwagę występujące w obecnym czasie niestabilność i niepewność procesów gospodarczych, a także nieprzewidywalność dalszych skutków społeczno – gospodarczych epidemii choroby COVID-19 (np. wciąż utrzymujące się zakłócenia w łańcuchu dostaw, coraz większe ryzyko wystąpienia braków niektórych komponentów oraz wzrostu cen m. in. z uwagi na przewagę popytu nad podażą niektórych produktów) regulacje ww. ustawy winny być stosowane w drodze analogii także do umów zawartych po wystąpieniu epidemii. Przełoży się to na większą elastyczność przy wykonywaniu takich umowy, a także pozwoli na pełną ich realizację pomimo zmieniających się warunków otoczenia prawnego i gospodarczego. Dodatkowo, zapewnienie w ten sposób większej efektywności i prawdopodobieństwa bezkonfliktowej realizacji umowy jest zgodne z intencją ustawodawcy wskazaną w uzasadnieniu ww. ustawy: Kontynuowanie wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego w okresie występowania COVID-19 może być uzależnione od odpowiedniej modyfikacji treści łączącego je stosunku prawnego. Dokonanie takiej modyfikacji, po wystąpieniu okoliczności wywołanych COVID-19, ale również zanim dojdzie do naruszenia przez którąkolwiek ze stron umowy pierwotnych warunków wykonania umowy, pozwoli uniknąć potencjalnych sporów na tle odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie na wezwanie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę (sporządzonych na podstawie danych producenta) z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaofertowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych części na które jest składana oferta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na takie wypełnienie formularza ofertowego.

**Zapytanie nr 12**

Zadania nr 2 – mikrotom rotacyjny, półautomatyczny – 1 kpl.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaofertowanie mikrotomu rotacyjnego, półautomatycznego o parametrach równoważnych lub lepszych (wymienionych poniżej) – 1 kpl.:

1. MIKROTOM PÓLAUTOMATYCZNY

2. Urządzenie kompletne, gotowe do pracy. Wyposażone w uchwyt na nożyki jednorazowe oraz uchwyt na kasetki z preparatem.
3. Mikrotom elektromechaniczny (półautomatyczny) umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, oraz automatyczne podprowadzenie głowicy z preparatem do nożyka.
4. Przesuw głowicy za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy.
5. Dodatkowy przycisk wysuwu głowicy ze zmniejszoną prędkością, tzw. tryb „slow”.
6. Dodatkowy przycisk do wysuwu głowicy z preparatem (tryb „slow”) z możliwością wyboru min. 4 prędkości.
7. Precyzyjne i stabilne mocowanie kasetki z preparatem do głowicy mikrotomu.
8. Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu minimum 28 mm.
9. Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu minimum 72 mm.
10. Możliwość obrotu preparatu (błoczka) w uchwycie o 360 stopni
11. Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 8 stopni
12. Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania.
13. Możliwość dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania.

14. Cięcie w zakresie od 0,5 do 100 $\mu$ m
15. Cięcie nastawiane w zakresach:
  - 0,5 do 5  $\mu$ m skok co 0,5  $\mu$ m
  - 5 do 20  $\mu$ m skok co 1  $\mu$ m
  - 20 do 50  $\mu$ m skok co 2  $\mu$ m
  - 50 do 100  $\mu$ m skok co 5  $\mu$ m
16. Trymowanie w zakresie do 0.5 do 750  $\mu$ m
17. Trymowanie nastawiane w zakresach:
  - 0.5 do 2 skok co 0.5  $\mu$ m
  - 2 do 20 skok co 1  $\mu$ m
  - 20 do 50 co 2  $\mu$ m
  - 50 do 150 co 5  $\mu$ m
  - 150 do 750 co 10  $\mu$ m
18. Funkcja pamięci dwóch pozycji położenia głowicy z automatycznym przesuwem do zapamiętanego położenia
19. Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu z możliwością jej nastawy w zakresie 0 – 200  $\mu$ m
20. Możliwość rozszerzenia mikrotomu o dodatkowy, zewnętrzny panel sterujący, który może zostać ułożony zarówno po lewej, jak i prawej stronie mikrotomu
21. Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych. Mocowanie precyzyjne i stabilne.
22. Baza (uchwyt) na nożyki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia w zakresie od 0 stopni do 15 stopni
23. Osłona na ostrze nożyka
24. Wbudowany w bazę (uchwyt) trzpień z mechanizmem sprężynowym do wysuwu noża zwiększający bezpieczeństwo i łatwość wymiany noża.
25. Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie parametrów i funkcji po naciśnięciu odpowiednich klawiszy z panelu sterującego, takich jak ilość cięć, grubość cięcia, grubość trymowania.
26. Panel sterujący na przednim panelu mikrotomu
27. Możliwość rozszerzenia o dodatkowy zewnętrzny panel z możliwością ułożenia zarówno z prawej, jak lewej strony urządzenia
28. Licznik cięcia :
  - liczba cięć lub
  - pokonany dystans
29. Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji
30. Dźwignia blokady koła zamachowego umieszczona w ręczce dla zwiększenia szybkości i komfortu pracy
31. Duża tacka na skrawki dająca się w łatwy sposób wsunąć lub wysunąć z urządzenia celem szybkiego opróżnienia skrawków
32. Waga mikrotomu 33 kg dla zwiększenia stabilności urządzenia
33. Możliwość rozbudowy o system transportu skrawków po torze wodnym do zintegrowanej, podświetlanej łaźni wodnej
34. Możliwość rozbudowy o system aktywnego chłodzenia próbki oparty o element Peltiera
35. Możliwość rozbudowy o zestaw (mikroskop stereoskopowy)
36. Możliwość rozbudowy o szkło powiększające
37. Możliwość rozbudowy o uchwyty mocujące próbki oraz uchwyty do noży.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Zapytanie nr 13**

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ zad.4

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo, opartej na dwóch kolumnach o przekroju koła, co w znaczący sposób przyspiesza wykonanie skutecznej dezynfekcji? Kolumny o przekroju koła nie posiadają miejsc trudnodostępnych, są rozwiązaniem nowocześniejszym.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-64o oraz uda w zakresie 0-32o a także podudzia w zakresie 0-15o?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w narożne zderzaki ochronne wykonane z tworzywa sztucznego, elastycznego ale nie sprężynującego?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wyposażonymi w wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 stopni oraz z przestrzenią pomiędzy barierkami zgodną z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wspomaganie regulacji segmentu podudzia za pomocą automatycznego mechanizmu zapadkowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z pianki o gęstości 28kg/m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

7. Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu zapinanym z dwóch boków, w tzw literę „L”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym o wodoszczelności w mm sł. wody 1000 mm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pasy do ewentualnego unieruchamiania pacjenta montuje się do konstrukcji podpierającej leże lub do segmentów leża?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Zapytanie nr 14**

**ZADANIE 4**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 przedłuży termin realizacji zamówienia do 6 tygodni ??

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w poz 1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH dopuści łóżko, którego konstrukcja oparta na 2 kolumnach cylindrycznych ?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w poz 7. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH dopuści łóżko, którego szerokość całkowita wraz z krążkami odbojowymi i barierkami bocznymi wynosi 1000 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w poz 20. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH dopuści łóżko, gdzie regulacja części łydkowej w zakresie 0-22° odbywa się za pomocą systemu zapadkowego, nie wymagająca wspomagania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w poz 22. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH dopuści łóżko, posiadające krążki odbojowe w każdym rogu łóżka, w pełni zabezpieczające łóżko i ściany przed uszkodzeniami?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający w poz 26. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH dopuści łóżko, gdzie sterowanie funkcjami elektrycznymi odbywa się za pomocą dwustronnych paneli wbudowanych w barierki od strony głowy pacjenta od strony wewnętrznej i od strony zewnętrznej oraz panelu centralnego do selektywnej blokady funkcji elektrycznych łóżka chowanego pod leżem?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w poz 31. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH dopuści łóżko, gdzie regulacja części łydkowej odbywa się za pomocą systemu zapadkowego i nie wymaga stosowania wspomagania gazowego lub elektrycznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający w poz 34. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH dopuści łóżko, gdzie szczyty łóżka są łatwo demontowalne, poprzez blokadę za pomocą dwóch dźwigni, zapobiega to przypadkowemu wypadaniu szczytów podczas transportu chorego?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuści również.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający w poz 35. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH dopuści łóżko, gdzie dzięki ukształtowaniu barierek, po opuszczeniu pełni funkcję uchwytów wspomagających wstawanie chorego, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów?



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

## Pytanie 10.

Czy Zamawiający w poz 35. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH dopuści łóżko, gdzie dzięki ukształtowaniu barierek, po opuszczeniu pełni funkcję uchwytów wspomagających wstawanie chorego, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Zapytania nr 15**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 5 ust. 1 pkt. a, c:

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

a) za zwłokę w dostawie, /montażu lub uruchomieniu/\* przedmiotu Umowy lub przeszkoleniu pracowników Zamawiającego - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy dla danego zadania, za każdy dzień zwłoki z osobna, za każdy przypadek z osobna do maksymalnej kwoty 1 000,00 zł za każdy przypadek z osobna; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zadania, którego dotyczy ww. zwłoka,

c) za zwłokę w interwencji przy zgłoszeniu awarii przedmiotu Umowy lub za zwłokę w usunięciu awarii w ramach gwarancji lub rękojmi w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki powyżej 3 dni, za każdy przypadek z osobna do maksymalnej kwoty 1 000,00 zł za każdy przypadek z osobna, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Z poważaniem

Z. CA DYREKTORA  
ds. Techniczno-Administracyjnych  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
mgr inż. *Grzegorz Kubica*