



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50
NIP 554-22-12-161 REGON 001044962 KRS 0000002035
www.wspr.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 9 sierpnia 2022 r.

DOZ.240.7.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu diagnostycznego, materiałów opatrunkowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”

Numer ogłoszenia: 2022/S 145-412183; data ogłoszenia: 29.07.2022 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Część nr 4 poz. 2, 3; część nr 5 poz. 2, 3

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach podane ilości dotyczą sztuk elektrod czy kompletów = 2 szt.? Czy wykonawca wycenia sztuki czy komplety = 2 szt. (tak jak podano w opisie przedmiotu zamówienia – kolumna nr 2)?

Odpowiedź: Podana ilość, jak i wycena dotyczy kompletów.

Pytanie nr 2

Część nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wyceny op. = 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 750 op.-2 szt., ponieważ oryginalny papier w poz. 1 sprzedawany jest w op.=2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Część 5 – Papier EKG, elektrody wielofunkcyjne do LIFEPAK 15

Pytanie 1. Do pkt 2,3

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody były zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta, w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK? W związku z brakiem powiązań prawnych z producentami elektrod niewymienionych w CE defibrylatora producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora.

Odpowiedź: Elektrody wielofunkcyjne do LIFEPAK 15 muszą być kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK 15 oraz muszą być zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.

Sporządził(a): Anna Tomasz



Województwo
Kujawsko-Pomorskie