

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej- głowicy okulistycznej dla Pawilonu „E” w ZZOZ w Wadowicach.

Termin realizacji zamówieni **do 27 grudnia 2023r.**

Opis parametrów wyposażenia technologicznego obejmujący wymagania graniczne wyposażenia technologicznego przewidzianego do dostawy i montażu dla przedmiotu zamówienia.

**GŁOWICA OKULISTYCZNA- 1 SZT.**

<b>Lp.</b>	<b>OPIS / PARAMETR WYMAGANY</b>	<b>Wymogi graniczne</b>	<b>Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać</b>
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, niepowystawowy, nieużywany	TAK	
2.	Sonda kompatybilna z aparatem USG typ Aplio 400	TAK	
3.	Sonda liniowa PLT-1204BT 18L7, szerokopasmowa - wieloczęstotliwościowa: 7,0 – 18,0 MHz, szerokość skanu (FOV): 38 mm	TAK	
4.	Zastosowanie w badaniach: małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, narządu ruchu, tarczycy, piersi	TAK	
5.	Sonda wykonana w wielorzędowej technologii cięcia kryształów - Multicrystal, odpowiadająca głowicom matrycowym – 1 100 elementów akustycznych	TAK	

**Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem**