

Katowice, dn. 12.02.2020.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Nr sprawy: ZP-20-001UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 4

W związku z tym, iż postępowanie dotyczy cewników permanentnych, a cewnik 8,9,10 F jest cewnikiem czasowym (doraźnym) i nie spełnia takiego wymogu, zwracamy się z prośbą o poprawienie zakresu na zakres typowy dla cewników permanentnych 15-15.5, o długościach 14-18 cm dla poz.1 i 19-45 cm dla poz. 2, co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej innym oferentom. lub zmianę nazwy pakietu na: Cewniki czasowego dostępu żylnego do hemodializy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.**Pyt. 2 Pakiet nr 4 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 1 i 2 następujące parametry: Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylny poniżej 1%. Dookoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przysysania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera, 5 sztuk w opakowaniu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.**Pyt. 3 Pakiet nr 4**

Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 dopuszczając do przystąpienia do przetargu wielu renomowanym firmom oferującym cewniki permanentne dla dorosłych? Pozycja 1 jest to asortyment pediatryczny i skutecznie blokuje udział w postępowaniu w tym pakiecie wielu firmom, które nie posiadają w swej ofercie cewników pediatrycznych?

Odp.: Zamawiający nie ma możliwości w postępowaniu powyżej progów unijnych wydzielenia z pakietu jednej z pozycji i utworzenia nowego pakietu dla tej pozycji. Niestety ten typ korekty nie jest możliwy zgodnie z zasadami publikacji w Dz.U. UE, gdyż dotyczy modyfikacji struktury samego dokumentu, czego nie można dokonać.**Pyt. 4 Pakiet nr 1**

Dotyczy Pakietu nr 1 W związku z wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 6 lutego br., oraz brakiem odstąpienia od kompatybilności z posiadanymi laryngoskopami, prosimy o podanie modelu/typu/numeru katalogowego laryngoskopów Draeger, Heine, z którymi mają być kompatybilne rękojeści, łyżki. Pozwoli to na złożenie oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje treść Rozdz. II pkt. 11 oraz Załącznika nr 1 (Pakiet nr 1) w następujący sposób:**Było: rozdz. II pkt. 11 „W Pakiecie nr 1 – wszystkie pozycje pakietu muszą być kompatybilne ze sobą i z posiadanymi przez Zamawiającego laryngoskopami Draeger, Heine.”****Jest: rozdz. II pkt. 11 „W Pakiecie nr 1 – wszystkie pozycje pakietu muszą być kompatybilne ze sobą i z posiadanymi przez Zamawiającego laryngoskopami Heine o numerach: rękojeść F-000.22.824, F-008.22.890, ładowarka - NT 300 E356878”.****Było: Załącznik nr 1 (Pakiet nr 1) „wszystkie pozycje asortymentu kompatybilne ze sobą i z posiadanymi przez Zamawiającego laryngoskopami Draeger, Heine”****Jest: Załącznik nr 1 (Pakiet nr 1) „wszystkie pozycje asortymentu kompatybilne ze sobą i z posiadanymi przez Zamawiającego laryngoskopami Heine o numerach: rękojeść F-000.22.824, F-008.22.890, ładowarka - NT 300 E 356878”**

ZP-20-001UN

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24*

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający koryguje treść SIWZ w zakresie Rozdz. VI pkt. 9.1 ppkt. e zwiększając ilości wymaganych próbek do 2 sztuk z poz. 2.

Zamawiający informuje iż, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. (wyrok z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16)

Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. to on bowiem, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć, udzielając zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017r.; sygn. akt KIO 651/17).

„Przepis art. 38 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SIWZ i w celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SIWZ.

Reasumując, jeżeli z treści pisma (tzw. „wniosku”) wynika, że celem wykonawcy nie jest uzyskanie wyjaśnienia treści SIWZ, zamawiający nie odpowiada na takie pismo. Oczywiście z wyjątkiem przypadku, gdy wykonawca w piśmie żąda zmiany treści SIWZ.”