

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 17.04.2024 r.

Strona | 1

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.382.3.1.2024**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dziedziny nauki nr **DZP.382.3.1.2024**,
pn. „Dostawa spektrofotometru – 1 szt.”.

**WYJAŚNIENIE DO TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści spektrofotometr UV/VIS z lepszą od wymaganej powtarzalnością fotometryczną $\leq 0.2\%T$?

Odpowiedź:

Działając zgodnie z ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1) W załączniku nr 2 do ogłoszenia (OPZ) pkt f) otrzymuje brzmienie:

„Powtarzalność fotometryczna: 0,2 - 0.5% T”

2) Rozdz. X ust. 1 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **22.04.2024 r. do godziny 11:00**. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu”.



3) Rozdz. XI ust. 1 pkt 1) Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **22.04.2024 r. o godz. 11:15**”.

Strona | 2

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej:

Przewodnicząca Komisji Przetargowej:

Zatwierdzam:
Z-CA KANCLERZA
ds. Inwestycji
i Zarządzania Logistycznego
mgr Agnieszka Maj

