



Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
www.pcrsopot.pl
e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

DZP.KK.282.17.2021

Sopot, dnia 09.12.2021 roku

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 17/TP/21**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy rękawic medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w Sopocie – Znak: 17/TP/21

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2021.1129 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 rękawic nitylowych o poziomie AQL<=1,5 (potwierdzone badaniami w jednostce niezależnej) oraz o grubości na palcu min.0,09mm. Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
2.	Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach: rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 80 µg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
3.	Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki teksturowane na końcach palców, o grubości: - palec: 0,11 +/- 0,01; - dłoń: 0,07 +/- 0,01 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ
4.	Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki diagnostyczne nitylowe o sile zrywu minimum 7,1N?	Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ
5.	dotyczy pozycji 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych rękawic minimalnie różniących się od opisanych w SWZ? Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor naturalny , mankiet rolowany, Lateks o zwiększonej lepkości ułatwiający chwyt narzędzia. Dostępne w rozmiarach 6,0-9.0, po-	Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ



Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 1-3,81-759 Sopot,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS Nr 0000684944, NIP: 5851479028, REGON: 192587795, Kapitał zakładowy: 73.400.000,00 zł
tel. +48 58 555-75-20, tel./fax. +48 58 551-14-26



	wierzchnia zewnętrzna mikroszorstka, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min 270 mm, AQL 0,65 rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC i CE 0123 w klasie IIa, CE 0123 zgodnie z 93/42/EEC, Siła przy zerwaniu (mediana) ≥ 9 N, oznakowane rodzajem sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii. Opakowanie zbiorcze oznaczone fabrycznie kolorem zielonym .	
6.	dotyczy pozycji nr 2 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5. Poziom taki wymagany jest zgodnie z normą EN 455-1. Stawianie wymogu poziomu AQL $\leq 1,0$ jest dyskryminujące i ogranicza zasadę konkurencyjności i równego traktowania.	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

1. Zmodyfikowana treść Zał. nr 2 do SWZ 17/TP/21

Pozostała treść Specyfikacji Warunków na sukcesywne dostawy rękawic medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w Sopocie – Znak: 17/TP/21 – **nie zmienia się**.

**DYREKTOR
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY**

Danuta Szkutnik



ZALĄCZNIK NR 2.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Przetarg 17/TP/21 Rękawice

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość Jednostek	cena netto wa za 1 jedn. miary	cena jednostkowa brutto wa za 1 jedn. miary	Stawka VAT	Wartość netto za ilość określona w kolumnie 4	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny + podatek VAT	Producent/nazwa a handlowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor biały, mankiet rolowany, Lateks o zwiększonej lepkości ułatwiający chwyt narzędzia. Dostępne w rozmiarach 5,5-9,0, powierzchnia zewnętrzna, mikroszorstka, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min 270 mm, AQL 0,65 rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC i CE 0123 w klasie IIa, Środek ochrony indywidualnej kategorii III CE 0321 zgodnie z 89/686/EEC, Siła przy zerwaniu (mediana) ≥ 9 N, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii. Opakowanie zbiorcze oznaczone fabrycznie kolorem charakterystycznym dla rodzaju rękawicy.</p> <p>Zamawiający dopuszcza: 1) Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor naturalny, mankiet rolowany, Lateks o zwiększonej lepkości ułatwiający chwyt narzędzia. Dostępne w rozmiarach 6,0-9,0, powierzchnia zewnętrzna mikroszorstka, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min 270 mm, AQL 0,65 rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC i CE 0123 w klasie IIa, CE 0123 zgodnie z 93/42/EEC, Siła przy zerwaniu (mediana) ≥ 9 N, oznakowane rodzajem sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii. Opakowanie zbiorcze oznaczone fabrycznie kolorem zielonym.</p>	para	500						

2	<p>Rękawice diagnostyczne nitylowe bez pudrowe, - Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, Ilość w opakowaniu: 100 sztuk, podwójna rejestracja jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej klasy III Długość: 240mm, Poziom AQL: 1,0, Grubość ścian:palec: 0,05; dłoń: 0,05;Siła zrywania przed starzeniem: minimalna 6,N (mediana 7,15N), Powierzchnia wewnętrzna chlorowane, Dopuszczone do kontaktu z żywnością, rolowany mankiet, teksturowane.</p> <p>Zamawiający dopuszcza: 1) rękawiczki teksturowane na końcach palców, o grubości: - palec: 0,11 +/- 0,01; - dłoń: 0,07 +/- 0,01 mm</p> <p>2) rękawiczki diagnostyczne nitylowe o sile zrywu minimum 7,1N</p>	op.	2000						
RAZEM:									

Cena musi obejmować:

- pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA);
- wartość przedmiotu zamówienia (opisany w Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) uwzględniający ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże;
- podatki w tym VAT, cło, opłata graniczna;
- wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego w szczególności: koszty transportu, rozładunku, wniesienia do miejsca przeznaczenia, koszty opakowania, ubezpieczenia, itp.;
- oraz wszelkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwaga! Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobiście przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.