



Zielona Góra 24.08.2023 r.

Nr referencyjny: LI.261.2.2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:
Zakup echokardiografu, systemu holterowskiego, bieżni i pompy do kontrapulsacji

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści pompę do kontrapulsacji:

Pulpit sterowania zintegrowany z monitorem – przyciski fizyczne oraz dotykowe

Prezentacja wypełnienia balonu pośrednio poprzez krzywą ciśnienia balonu.

Tryb Auto oraz operatora

Tryby wyzwania EKG, falę ciśnienia, Rozruszniki VPace, Apace, Pattern, Peak, AFIB, Internal

Zakres od 40 do 200 w trybie 1:1 bez konieczności przełączania na niższy współczynnik wspomagania (1:2 i niższe)

Drukarka 25 lub 50mm/s; monitor 25mm/s

Menu kontekstowe dotyczące alarmów w języku polskim, wyświetlane na ekranie dotykowym z opcjami wyboru postępowania

Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z układu przez system osuszania- ze zbiornikiem dającym możliwość kontroli procesu usuwania

Automatyczna kalibracja przed założeniem czujnika światłowodowego. Możliwa rekalkibracja czujnika po wprowadzeniu cewnika

Pompa o masie max 47,5 kg, zintegrowana z wózkiem o czterech wytłumionych kołach skrętnych, bez konieczności zdejmowania na czas transportu

Pompa pobierająca hel z butli, w trakcie wymiany butli nie przerywając pracy

Kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy, papier do drukarki, butle z helem jednorazowe-1 pakowanie a' 4 sztuki

Bez Dopplera do badania kończyn dolnych

Z zasilaniem sieciowym, plus akumulator wewnętrzny 90 min.

Akumulator o długiej żywotności montowany przez serwis w trakcie konfiguracji lub przeglądu pompy.

Kabel z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu wypięciu wtyczki z pompy

Pozostałe warunki SWZ bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, minimalne parametry określił w SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary w § 6 ust. 1 pkt 1 do 0,5%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie limitu kar w § 6 ust. 4 do 20%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
(podpis na oryginale)