

**Zamawiający:**

**Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11  
11-200 Bartoszyce**

**Do wszystkich wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. „**Tlenoterapia i resuscytacja**”

**Numer sprawy: 08/2024**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

**Część 1**

**1.**

Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie nr 7 poz 3** filtr hydrofobowy elektrostatyczny o następujących parametrach : filtr o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwpłatkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno , o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H<sub>2</sub>O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Część 2**

**Zadanie 1 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną o następujących parametrach i budowie:

- Wykonana z elastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność rurki
- Znacznik RTG na całej długości rurki
- Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego
- Skalowanie co 1 cm
- Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki
- Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)
- Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowa
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia
- Na zewnątrz opakowania jest umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer katalogowy, data ważności, numer serii, metoda wyjąłwienia.)
- Dostępna w rozmiarach m.in. 2,0 ; 2,5; 3,0 ?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Zadanie 1 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem o następujących parametrach i budowie:

- Wykonana z elastycznego PVC
- Znacznik RTG na całej długości rurki
- Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego
- Skalowanie co 1 cm
- Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki
- Wyposażona w standardowy niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający
- Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)
- Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm
- Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowa
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia
- Na zewnątrz opakowania jest umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer katalogowy, data ważności, numer serii, metoda wyjałowienia.)
- Dostępna w rozmiarach 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5;6,0; 6,5;7,0;7,5; 8,0;8,5;9 ?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Zadanie 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne dostępne w 3 średnicach: 2,0mm, 3,3mm oraz 4,7mm dedykowane do pełnego zakresu rurek (tj. od 2,0 do 10,0)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Zadanie 9 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel dostępną w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
000	40 mm
00	50 mm
0	60 mm ?

## Zadanie 9 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel dostępną w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
1	70 mm
2	80 mm
3	90 mm
4	100 mm
5	110 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Zadanie 11 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik pediatryczny o dł. 2000mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie 15 Pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem 8ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie 15 Pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem zawierającą śladowe ilości ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie 15 Pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem przeznaczoną do pracy w pozycji siedzącej i pół-leżącej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie 16 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych z zastawką nadciśnieniową 60 cmH<sub>2</sub>O. W zestawie **maska nr 5**,worek z PCV o **poj. 1600ml +/-200ml**, rezerwuar tlenowy o poj. 2000 ml, **drenem dł 210 cm**. Na każdym opakowaniu data ważności , numer serii?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie 16 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy pediatryczny z zastawką nadciśnieniową 40 cmH<sub>2</sub>O. W zestawie **maska nr 2**,worek z PCV o **poj. 500ml +/-200ml**, rezerwuar tlenowy o **poj. 1600 ml**?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**


### Zadanie 16 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla noworodków z zastawką nadciśnieniową 40 cmH<sub>2</sub>O. W zestawie **maska nr 1**,worek z PCV o **poj. 340ml +/-100ml**, rezerwuar tlenowy o poj. 1600 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie 17 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowy dla dorosłych wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP, posiadający uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie 18 Pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z medycznego, nietoksycznego PVC zawierającego śladowe ilości ftalanów?

**Odpowiedź: Nie.**

### Zadanie 18 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową w zestawie z 2 regulowanymi dyszami Venturiego (w 2 kolorach) i drenem o przekroju gwiazdkowy?

**Odpowiedź: Nie.**

### **Zadanie 18 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści maski dostępne w rozmiarze 0 i 1?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### **Zadanie 18 Pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści maski niesterylne, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## **Część 3**

### **Zadanie 1**

#### **Pozycja nr 1 pytanie 1**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rurki intubacyjnej bez mankietu o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu lub z innym ze-wnętrznym systemem monitoringu wzrostu ciśnienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pozycja nr 1 pytanie 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Długość rurki skalowana co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Na opa-kowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki. Rozmiary zgodnie z SWIZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pozycja nr 2 pytanie 1**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rurki intubacyjnej z mankiem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu lub z innym zew-nętrznym systemem monitoringu wzrostu ciśnienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pozycja nr 2 pytanie 2**

Rurka intubacyjna z mankiem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego okręgu na rurce, skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki, średnica niewypełnionego mankietu. Rozmiary zgodnie z SWIZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pozycja nr 3 pytanie 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: CH06 o długości 300mm, dla rurek w rozmiarze 2,0 mm - 4,5 mm; CH10 o długości 400mm, dla rurek w rozmiarze 5,0 mm - 6,5 mm; CH12 o

długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 7,0 mm - 7,5 mm; CH14 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 8,0 mm - 10,0 mm Na opakowaniu jednost-kowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. Produkt bez lateksu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Zadanie 7

### Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. sztuczny nos, piankowy wkład wymiennika HME. Port do podłączenia tlenu o średnicy 5mm, martwa przestrzeń 17ml, waga max. 5g, zakres objętości oddechowej VT=50-1000ml. Utrata wilgoci przy VT250 ml - max. 9,0mg/l, przy VT500 - max. 13,2mg/l. Długość całkowita max. 30mm, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe. Na opakowaniu data ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt czysty mikrobiologicznie

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści: Filtr oddechowy, okrągły elektrostatyczny o skuteczności prze-ciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml z nadrukowanymi na ob-wodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową Vt. Opory przepływu przy: 30l/min. - 1cmH2O, 60l/min. - 2,4cmH2O. Opakowanie folia.ną objętością oddechową VT, opakowanie foliowe zawierające datę ważności, nr serii, nr katalogowy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Filtr oddechowy okrągły elektrostatyczny z wydzie-lonym wymiennikiem ciepła i wilgoci w postaci pianki poliuretanowej impregnowanej chlor-kiem wapnia, o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999% oraz wydajno-ścią nawilżenia przy VT1000ml - min. 32,4 mg/l. Opory przepływu przy: 30l/min. - 1,3cm- H2O, 60l/min. - 3,2cmH2O. Filtr z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową VT, opakowanie foliowe za-wierające datę ważności, nr serii, nr katalogowy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Zadanie 9

### Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, sterylna z kolorowym oznaczeniem danego rozmiaru: Długość rurki dla rozmiaru: #000 - 40mm #00 - 50mm, #0 - 60mm 000 (różowy), 00 (niebieski), 0 (czarny),

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, sterylna z kolorowym oznaczeniem danego rozmiaru, rozmiary:

- #1 - 70mm,
- #2 - 80mm
- #3 - 90mm,

#4 - 100mm

#5 - 110 mm

1 (biały), 2 (zielony), 3 (żółty), 4 (czerwony), 5 (pomarańczowy) lub 4 (różowy), 5 (niebieski).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Część 4

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1 w pozycji 2** w rozmiarach od 2,0 do 4,5 dopuści rurki bez mankietu i otworu Murphy'ego; spełniające pozostałe wymaganie SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1 w pozycji 2** dopuści rurki w rozmiarach: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; spełniające pozostałe wymaganie SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

3. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1 w pozycji 3** dopuści przewodnice intubacyjne o średnicy zewnętrznej: 2,0 mm, 4,0 mm oraz 5,0 mm (rozmiar w zależności od potrzeb Zamawiającego), przewodnice spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

4. Czy Zamawiający w **Zadaniu 2 w pozycji 1** dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarach: 6,0 mm, 7,0 mm; 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm oraz 9,0 mm (w zależności od potrzeb Zamawiającego), z balonikiem kontrolnym posiadającym oznaczenia: rozmiar rurki, średnica spoczynkowa mankietu, nazwę marki i nazwę producenta; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

5. Czy Zamawiający w **Zadaniu 2 w pozycji 3** dopuści rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW, silikonowaną, z mankiem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące. Rurka sterylna. Rozmiary: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 mm (w zależności od potrzeb Zamawiającego).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

6. Czy Zamawiający w **Zadaniu 2 w pozycji 4** dopuści rurki tracheostomijne z odsysaniem w rozmiarach: 6,0 mm, 7,0 mm; 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm oraz 9,0 mm (w zależności od potrzeb Zamawiającego), z balonikiem kontrolnym posiadającym oznaczenia: rozmiar rurki, średnica spoczynkowa mankietu, nazwę marki i nazwę producenta; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

7. Czy Zamawiający w **Zadaniu 2 w pozycji 5** (z racji na zmianę dokonaną przez producenta zestawu dotychczas stosowanego przez Zamawiającego) dopuści zestaw z mechaniczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym (bez filtra); spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Część 5

1. Czy w zadaniu 7, poz. 1 Zamawiający dopuści Wymiennik ciepła i wilgoci jednorazowego użytku, zastawką do odsysania zamykana klapką na uwięzi, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź: Nie.**

2. Czy w zadaniu 7, poz. 3 Zamawiający dopuści Filtr antybakteryjno-antywirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy, waga filtra 28 g przestrzeń martwa, korzystniejsza 18-35 ml, zakres obj. oddech. od 150-1500 (obsługuje objętość 150-1000ml), pozostałe parametry zgodnie z swz?  
**Odpowiedź: Nie.**
3. Czy w zadaniu 17, poz. 1 Zamawiający Obwód oddechowy jednorazowy na intensywną terapię dla dorosłych - Złącza respiratora 22 fleks, z elastycznego materiału, pozostałe parametry zgodnie z swz?  
**Odpowiedź: Nie.**

## Część 6

Ad par. 5 ust. 7 wzoru umowy

Upzejmie prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zapis nie dotyczy sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Część 7

### PAKIET 5 POZ. 3

Czy Zamawiający wymaga maseczek jednorazowego użytku dostępnych w rozmiarach XS, S, M, L, L+ XL ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego trzeciego rzepu w silikonowej maseczce w rozmiarze XL w celu zwiększenia stabilizacji mocowania całego układu ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga czapecek wyposażonych w dwa rzepy umożliwiające mocowanie klinu piankowego i przyłącza?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pakiet 5 poz. 4

Czy wymaga czapecek w których każdy rozmiar oznaczony jest kolorem w celu łatwej identyfikacji, co znacząco ułatwia pracę personelowi ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pakiet 5 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga układu oddechowego jednorazowego dla noworodków kompatybilnego z aparatem medinCNO I medinSINDI. Zestaw posiada:

- dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,1m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilzacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew.13 mm
- dren ciśnieniowy
- odcinek od nawilzacza do aparatu o dł. 0,6 m z obydwu stron z zakończeniem 22F
- wymagane podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów.
- komorę nawilzacza (w jednym foliowym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilzaczem typu F&P MR 850

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Część 8

### Zadanie nr 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną nie posiadającą badań na obniżoną przenikalność dla podtlenku azotu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Zadanie nr 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy zewnętrznej: 2,0mm, 3,3mm, 4,0mm, 4,7mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną nie posiadającą systemu wzrostu ciśnienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z balonikiem oznaczonym numerem LOT i rozmiarem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z przezroczystym szyldem oznaczonym średnicą zewnętrzną oraz wewnętrzną rurki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez samoblokującego się mandrynu z otworem na prowadnicę Seldingera?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Zadanie nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną o parametrach:

- ruchomy szyld
- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- linia rtg na całej długości rurki
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- prowadnica
- 2 tasiemki mocujące
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- znacznik głębokości wprowadzania



- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku
- rozmiary: 5,0 – 11,0?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zadanie nr 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną nie posiadającą systemu wzrostu ciśnienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zadanie nr 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z balonikiem oznaczonym numerem LOT i rozmiarem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z przezroczystym szyldem oznaczonym średnicą zewnętrzną oraz wewnętrzną rurki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez samoblokującego się mandrynu z otworem na prowadnicę Seldingera?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej łyżki do laryngoskopu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 180cm oraz ramieniem dodatkowym o długości 120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód wyposażony w złączkę prostą 22M-22M?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód w workiem oddechowym nie wyposażonym w koszyczek?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód nie posiadający złączek z system uniemożliwiającym przypadkowe wypięcie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zadanie nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające możliwość stosowania obwodu przez 7 dni, pod warunkiem zmiany filtrów oddechowych co 24 godziny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści linię do pomiarów gazowych o średnicy 1,8mm x 3,0mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z zatyczką do portu do odsysania zamykaną mechanicznie?

**Odpowiedź: Nie.**

**Zadanie nr 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 9g?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 30g?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 40ml?

**Odpowiedź: Nie.**

**Zadanie nr 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości oddechowej 150-1500ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową w rozmiarze 0/6cm; 00/5cm; 000/4cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową z wkładką umieszczoną wewnątrz rurki kodowaną kolorystycznie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową w rozmiarze 1/7cm; 2/8cm; 3/9cm; 4/10cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową z wkładką umieszczoną wewnątrz rurki kodowaną kolorystycznie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty stabilizator?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik pediatryczny o długości 200cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego nebulizatora?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 15, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek tlenowych z nebulizatorem dla dzieci w rozmiarach S i M?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z drenem tlenowym o długości 210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 16, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 550ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 16, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 3 dołączoną osobno do zestawu, tego samego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 16, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 0 dołączoną osobno do zestawu, tego samego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 16, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rurki nosowo-gardłowe wykonane z półprzezroczystego miękkiego i delikatnego PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 17, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 200cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 17, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany pakowany w opakowanie papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 18, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe pakowane zbiorczo po 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 18, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe dla dzieci w rozmiarach S i M?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 18, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową Venturi wyłącznie w rozmiarze XL?

**Odpowiedź: Nie.**

**Zadanie nr 18, pozycja 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste maski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Zadanie nr 18, pozycja 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści etykietę z informacjami o produkcie umieszczoną wewnątrz opakowania?

**Odpowiedź: Nie.**

**Zadanie nr 18, pozycja 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści etykietę z takimi informacjami jak: nazwa, rozmiar maski, numer katalogowy, data ważności, numer serii?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Część 9****Dotyczy zadanie 12**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu mikrobiologicznie czystego, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Część 10**Pytanie 1Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z portem do odsysania z zatyczką umieszczonym centralnie, z celulozowym wkładem umieszczonym centralnie spiralnie? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie.**

### Pytanie 2

#### Zadanie nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% oraz filtracji wirusowej >99,9999%? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pytanie 3

#### Zadanie nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy o masie 35,6g, przestrzeni martwej 55ml, objętości oddechowej 150-1500ml, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% oraz filtracji wirusowej >99,9999%? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pytanie 4

#### Zadanie nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator o pojemności 12ml (skalowany co 2ml, co daje możliwość uzyskania pojemności 10ml) oraz drenem gwiazdkowym długości 200cm, czysty mikrobiologicznie, w zestawie z ustnikiem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pytanie 5

#### Zadanie nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny łącznik karbowany na zewnątrz oraz gładki wewnątrznie co zapobiega osadzaniu się bakterii na ściance łącznika? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Pytanie 6

#### Zadanie nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny łącznik karbowany o regulowanej długości? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## **Część 11**

Zadanie 8:

1. Prosimy o dopuszczenie zaferowania wody sterylnej do nawilżania gazów z łącznikiem do przepływomierza o pojemności 650ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (tj. zaferowania 1539szt po 650ml), potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

2. Prosimy o dopuszczenie zaferowania wody sterylnej do nawilżania gazów z łącznikiem do przepływomierza o pojemności 340ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (tj. zaferowania 2942szt po 340ml), potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

3. Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem „Woda sterylna do nawilżania gazów w tlenoterapii biernej z łącznikiem” Zamawiający oczekuje zaferowania sterylnej wody ze sterylnym łącznikiem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

4. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym mają się znajdować oryginalnie nadrukowane przez producenta napisy w języku polskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Część 12

Zad 7

L.p. 3

Czy zamawiający zgłosi się na zaoferowanie filtra antybakteryjnego, elektrostatycznego dla dorosłych zakresem objętości oddechowej 150-1200 ml i wagą filtra 28 g?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Zad 11

L.p. 2

Czy zamawiający dopuści oryginalną kaniulę Salter-Style™\* dla starszych niemowląt (3 – 12 mies.), do maks. przepływu 3 l/min, z odpornym na zginięcie przewodem tlenowym dł. 213 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Zad 11

L.p.3

Czy Zamawiający dopuści przewód tlenowy odporny na zginięcie, Salter-Style™\*, z końcówką z męskim gwintem na jednym końcu i końcówką z żeńskim gwintem na drugim, dł. 213 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Część 13

### Zadanie 7 poz.1

Prosimy o dopuszczenie

Wymiennik ciepła i wilgoci jednorazowego użytku, sterylny przeznaczony dla pacjentów na własnym oddechu, z papierowym wkładem, jedną lub dwoma naprzeciwległymi membranami i samo domykającą zastawką do odsysania. Waga od 5 g przestrzeń martwa 16 ml, kompatybilny z każdym drenem do podawania tlenu dostępnym na rynku medycznym. Sterylny na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie 7 poz.3

Prosimy o dopuszczenie

Filtr antybakteryjno-antywirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy. Sterylny Filtr antybakteryjno-antywirusowy 24h z kapno-elektrost. z wydzieloną wykonaną z celulozy warstwą nawilżającą z nawilżaniem, dla dorosłych (waga filtra 31 g przestrzeń martwa od 57 ml), zakres obj. oddech. od 180-1000 ml. skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów 99,998% wydajność, Sterylny z portem kapnografii, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### Zadanie 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie

Rurka ustno-gardłowa Guedel. Rurka utrzymująca drożność dróg oddechowych części ustnej gardła u osób nieprzytomnych. Posiadająca zaoblone atraumatycznie brzegi, gładkie wnętrze ułatwiające czyszczenie, rozmiary kodowane kolorami, pakowane pojedynczo. Sterylne. Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer referencyjny

lub numer katalogowy, data ważności ,numer serii, metoda wyjałowienia.). Rozmiar 0/5,5 cm,00/ 5 CM 000/3,5 CM cm w zależności od potrzeb zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### **Zadanie 9 poz.2**

Prosimy o dopuszczenie

Rurka ustno-gardłowa Guedel. Rurka utrzymująca drożność dróg oddechowych części ustnej gardła u osób nieprzytomnych .Posiadająca zaoblone atraumatycznie brzegi, gładkie wnętrze ułatwiające czyszczenie, rozmiary kodowane kolorami, pakowane pojedynczo. Sterylne. Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności ,numer serii, metoda wyjałowienia.) Rozmiar: 1/6,5 cm ,2/8 cm ,3/9 cm,4/ 10 cm w zależności od potrzeb zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### **Zadanie 13**

Prosimy o dopuszczenie

Żelowa maska nadkrtaniowa typu IGEL. bez kanału gastrycznego w rozmiarze 1,gdyż nie ma możliwości występowania w tak małym rozmiarze

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający jednocześnie przypomina, że termin składania ofert upływa **24.05.2024 r. o godz. 9:00.** Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o **godz. 9:30.**

.....  
Kierownik zamawiającego