



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia 2 czerwca 2022 r.

N/znak: FZAP-380-1/3/22

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 na zakup odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu bio – i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów na okres 5 miesięcy.

- I. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy do podanej liczby oznaczeń na 5 m-cy należy doliczyć testy na kontrolę przeprowadzaną wg podanego harmonogramu oraz na kalibrację?

Odpowiedź na pytanie 1:

Oznaczenia kontrolne są wliczone w podanych ilościach. Prosimy o dodanie wymaganych oznaczeń na kalibrację testów.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by kalkulując liczbę opakowań odczynników immunochemicznych wziąć pod uwagę okres ważności odczynników po otwarciu z uwzględnieniem zamiennego przechowywania na pokładzie analizatora i w lodówce, zgodnie z zapisami w instrukcjach metodycznych? Takie postępowanie jest zgodne z powszechną praktyką laboratoryjną oraz rekomendacjami producenta i pozwala na ekonomiczne wykorzystanie odczynników po otwarciu

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie jakie badania i w jakim procencie będą wykonywane na analizatorze biochemiczno-immunochemicznym a jakie na analizatorach pomocniczych?

Odpowiedź na pytanie 3:

Nazwa parametru	% badań wykonywanych na aparacie głównym	% badań wykonywanych na aparacie zastępczym
AST, ALT, ALB, ALP, AMYL, BIL T, CA, CK, CI, CREJ, CRP, ETOH, GGTP, GLU, Fe, K, Mg, Na, Phos, TP, UREAL, UA,	80%	20%

Hemoglobina glikowana, ASO, BiLD, białko w PMR, białko w moczu, albumina w PMR, albumina w moczu, ACR, Amylaza w moczu		100%
IgE, PRL, PSA, CEA, Ca125, PTH, Ferrytyna, pro BNP, anty-HIV		100%
TSH, FT3, FT4, anty-HBs, BHCG, TNT, CKMB, PCT	90%	10%

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 9 warunków granicznych dla zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego, Załącznik nr 3 do SWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek gdy zaoferowany system będzie miał możliwość automatycznego rozcieńczania próbki, powtarzania i zlecenia kolejnych pomiarów w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza zdefiniowanym zakresem liniowości (auto ReRun)?

Odpowiedź na pytanie 4:

Tak.

Pytanie 5

Prosimy o wyrażenie zgody by rozcieńczenia próbki po przekroczeniu liniowości dla parametru: prokalcytonina wykonywane były manualnie

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Dotyczy pkt. 20 warunków granicznych dla modułu biochemicznego, Załącznik nr 3 do SWZ:

Prosimy o doprecyzowanie czy przez ww zapis Zamawiający wymaga możliwości uzupełniania odczynników w trakcie pracy, bez konieczności wprowadzania analizatora w stan Standby, Wstrzymanie lub Stop?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie aparatu w Stand by lub Stop w celu wymiany odczynników.

Pytanie 7

Dotyczy pkt. II. 11 warunków granicznych dla analizatora biochemicznego-pomocniczego, Załącznik nr 3 do SWZ:

Czy Zamawiający dopuści aby jeden odczynnik posiadał inny numer katalogowy i niewiele różniący się zakres pomiarowy dla analizatora głównego i pomocniczego?

Odpowiedź na pytanie 7:

Tak.

Pytanie 8

Dotyczy Formularza asortymentowo cenowego, załącznik nr 2 do SWZ:

Czy w przypadku bardzo małej ilości oznaczeń (poniżej 200 w okresie trwania umowy) Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odpowiedniego odczynnika jedynie na jeden system (albo zintegrowany, albo pomocniczy)?

Odpowiedź na pytanie 8:

Tak.

Pytanie 9

Dotyczy poz. 21 formularza asortymentowo-cenowego, Załącznik nr 2 do SWZ:

W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdzie hemolizat przygotowujący jest z krwi pełnej automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat?

Odpowiedź na pytanie 9:

Tak.

Pytanie 10

Dotyczy poz. 40 formularza asortymentowo - cenowego. Załącznik nr 2 do SWZ Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający będzie stosował test zarówno jako test ciążowy oraz jako marker chorób trofoblastu i nowotworów produkujących HCG.

Pytanie 11

Dotyczy pozycji nr 44 formularza asortymentowo- cenowego. Załącznik nr 2 do SWZ. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje by objętość odczynnika pobierana do oznaczania Prokalcytoniny była jak najmniejsza i wynosiła >50 µl?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający nie ma wymagań odnośnie ilości pobieranego odczynnika na 1 test.

Pytanie 12

Dotyczy poz. 49 formularza asortymentowo-cenowego. Załącznik nr 2 do SWZ. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu anty-HCV 3 generacji.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ. parametry oceniane, pkt 4. Czy Zamawiający przyzna 25 punktów w ocenie w przypadku zaoferowania testu beta-HCG o liniowości do 10 000 mIU/ml, gdzie próbki o wartościach powyżej zakresu pomiarowego można rozcieńczać i wówczas liniowość testu wynosi do 1000000 mIU/mL dla 100. krotnego rozcieńczenia.

Odpowiedź na pytanie 13:

Nie.

Pytanie 14

Dotyczy VI. Parametry oceniane, pkt. 2 analizatory główny i pomocniczy biochemiczne:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oceni i przyzna punkty tylko ofercie w której elektrody wymieniane niezależnie od siebie były bezobsługowe tzn. nie wymagały uzupełniania płynów czy wymiany membran, niezależnie kto tą czynność wykonuje (operator czy serwis wykonawcy)?

Odpowiedź na pytanie 14:**Tak.****Pytanie 15**

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ pkt IV Wymogi ogólne, pkt 5: W związku z wymogiem zapewnienia nieodpłatnie laboratoryjnej kontroli międzynarodowej dla wszystkich oznaczeń w ramach umowy prosimy Zamawiającego o informację jakiej firmy kontroli oczekuje i jakich programów?

Odpowiedź na pytanie 15:

Producent	Nazwa Programu	Numer programu
RIQAS	Serology (HIV, Hepatitis)	RQ 9151 –cykl 11
	Immunoassay Speciality 2	RQ 9142- cykl 12,13
	Cardiac Programme	RQ 9127- cykl 43
	CSF	RQ9168-cykl 7
	HbA1c	RQ9129-cykl 17
Labquality	Mocz, ilościowe badanie chemiczne	3160- wrzesień
	Białka specyficzne, CRP	2020- czerwiec, październik
	Endokrynologia, Parathormon	2250-październik
	Endokrynologia, Hormones A, limited selection of analited	2300S-czerwiec, październik
	Kontrola krótkoterminowa SHORT-TERM	1072S- 1x w miesiącu
	Markery sercowe	2690-październik
	Sprawdzian specjalny, bilirubina sprzężona	2109-październik
	Sprawdzian specjalny, alkohol w surowicy	2511-październik
	Wirusologia, Hepatitis B, s-antigen, antibodies, quantitative	5093- październik
	Zakres podstawowy, bilirubina noworodkowa	2040-październik

Pytanie 16

Dot. swz pkt XI 1.3 czy poprzez oryginalny i aktualny katalog z oznaczeniem katalogowym umożliwiającym identyfikację i weryfikację zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ Zamawiający rozumie katalog dot. oferowanych analizatorów? W pktcie XI 1.1, 1.2 oraz 1.4 Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o posiadaniu i przedstawieniu na każde wezwanie dokumentów dopuszczających wyrób medyczny do obrotu, dokumentów potwierdzających jakość wyrobów, ulotek odczynnikowych i procedur badawczych i te oświadczenia dostarczamy wraz z ofertą.

Odpowiedź na pytanie 16:**Tak.****Pytania dotyczące umowy****Pytanie 17**

a) par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

Uzasadnienie:

Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

Odpowiedź na pytanie 17:

Ad. 1.1. Zmiany umowy zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy (załącznik nr 9 do SWZ) par. 1 ust 4.

Ad. 1.2. Zmiany umowy zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy (załącznik nr 9 do SWZ) par. 1 ust 4.

Pytanie 18

par. 1 ust. 4 lit. I Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego stanowią okoliczności siły wyższej?

Odpowiedź na pytanie 18:

Tak .

Pytanie 19

par. 1 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź na pytanie 19:

Nie.

Pytanie 20

par. 1 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź na pytanie 20:

Nie.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź na pytanie 21:

Nie.

Pytanie 22

Par. 1 ust. 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"?

Odpowiedź na pytanie 22:

Nie.

Pytanie 23

Par. 6 ust.5 lit e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę nadając nowe brzmienie w § 6 ust. 5 lit e: „w przypadku trzykrotnej awarii analizatora w ciągu jednego roku dokona wymiany wadliwego elementu na inny sprawny, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniony w ust. 1.”

Pytanie 24

par. 6 ust. 5 lit. i Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź na pytanie 24:

Tak.

Pytanie 25

Par. 8 ust.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie słowa "zwłoki" po słowie "dzień"?

Odpowiedź na pytanie 25

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie słowa „zwłoki po słowie dzień”, natomiast wyraża zgodę na dodanie słowa „opóźnienia” po słowie „dzień” w par. 8 ust. 5, tym samym nadając brzmienie w § 8 ust. 5: „W przypadku gdy Wykonawca – mimo zawiadomienia o awarii sprzętu wymienionego w § 6 ust. 1 lub istnieniu w nim wady – nie skieruje do Zamawiającego upoważnionego pracownika lub naruszony zostanie termin wskazany w § 6 ust. 5 pkt b lub c, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ogólnej wartości zamówienia (§ 6 ust. 4) za każdy dzień opóźnienia do momentu podjęcia czynności serwisowych przez pracownika Wykonawcy lub oddania naprawionego sprzętu do użytku (niezależnie od obowiązku poniesienia przez Wykonawcę kosztów określonych w § 6 ust. 5) lit. d) umowy). W tym przypadku Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową.”

Pytanie 26

Par. 13 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 26

Tak, jednak zamawiający preferuje formę papierową.

Pytania do umowy powierzenia

Pytanie 27

par. 3 ust. 8 oraz par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź na pytanie 27

Nie.

Pytanie 28

par. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 3 dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź na pytanie 28

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższych postanowień w projekcie umowy powierzenia danych osobowych (Załącznik nr 10), tym samym § 4 pkt 3 otrzymuje dodatkowe brzmienie: „Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych; wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem kontroli; przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy."

II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w załączniku nr 9 do SWZ dokonał zmiany, w § 1 ust. 5a, § 1 ust. 10, § 1 ust. 11, § 3, § 5 ust. 1.

Projekt umowy po dokonanych zmianach w załączeniu (zmiany zaznaczone kursywą).

III. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie.

Zmiana nr 1:

W Rozdziale XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1, o treści:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.07.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Zastępuje się następującym:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.07.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zmiana nr 2:

W Rozdziale XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 2, o treści:

„Termin składania ofert: do dnia 03.06.2022 r. do godziny 10:00.”

Zastępuje się następującym:

„Termin składania ofert: do dnia 08.06.2022 r. do godziny 10:00.”

Zmiana nr 3:

W Rozdziale XIX. OTWARCIE OFERT pkt 1, o treści:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 03.06.2022 r. o godzinie 11:00, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

Zastępuje się następującym:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 08.06.2022 r. o godzinie 11:00, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
działania ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicz
w Chorzowie
Monika Prymark-Fijałska

Umowa nr .../PN/2022

Zawarta w dniu r. w Chojnicach pomiędzy:

Szpitałem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051787,
NIP 555-17-83-839, REGON: 000308169
reprezentowanym przez:

Dyrektora – Macieja Polasika
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a

.....
z siedzibą w wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
..... pod numerem/ zarejestrowanym w pod numerem
.....,
NIP:, REGON:
reprezentowanym przez:

..... –
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”,

dalej łącznie zwanymi „Stronami”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- 1) Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2), zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 (dalej zwana: p.z.p.).
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) **wydzierżawienia Zamawiającemu analizatorów do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych:**
 - zintegrowany analizator biochemiczno-immunochemiczny:.....
 - pomocniczy analizator biochemiczny; pomocniczy analizator immunochemiczny
.....

Wraz ze sprzętem peryferyjnym – drukarki, UPS-y, stacje wodne
 - b) **dostawy Zamawiającemu odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli, zwanych dalej Odczynnikami**, do wyczerpania przedstawionej kwoty ogólnej wartości zamówienia wymienionej w ust. 3 w czasie trwania umowy albo do końca terminu, na który została zawarta - w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na podstawie jednostkowych zamówień, o których mowa w § 2, po cenie wymienionej w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania określonego w ust. 1. Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
- 3) Ogólną wartość zamówienia ustala się na kwotę: : **zł netto**. Słownie złotych:
....., **tj.** : **zł brutto**. Słownie złotych:
- a) cena wymieniona w formularzu nie będzie podlegać zmianie przez okres trwania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 1 ust. 4 h) niniejszej umowy. Maksymalna wartość prawa opcji

- wynosi 70% ogólnej wartości zamówienia. Minimalna wartość zamówienia Zamawiającego niepodlegająca ograniczeniu wynosi 30% ogólnej wartości zamówienia.
- b) W przypadku złożenia przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zamówień jednostkowych o niższej wartości niż określona wyżej wartość ogólna zamówienia (z wyłączeniem ogólnej wartości czynszu dzierżawnego analizatora określonej w § 6 ust. 4) umowy), Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego złożenia zamówień do wyczerpania kwoty ogólnej wartości zamówienia.
- c) W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę w ofercie ilości Odczynników wystarczającej do wykonania zaplanowanej na czas trwania umowy ilości oznaczeń (Załącznik nr 1 do umowy), Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania tejże ilości oznaczeń bez dodatkowych kosztów (przekraczających ogólną wartość zamówienia określona w § 1 ust. 3 z wyłączeniem wartości czynszu dzierżawnego określonej w § 6 ust. 4 umowy) po stronie Zamawiającego (do końca obowiązywania umowy bądź zrealizowania zaplanowanej ilości oznaczeń).
- 4) Zgodnie z art. 441 ust. 1 p.z.p., z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, w tym zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie Zamawiającego na poszczególne asortymenty w czasie realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia potrzeby wynikającej z bieżącego zapotrzebowania w tym zakresie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zmian:
- a) ilości poszczególnego asortymentu w trakcie realizacji umowy w ramach ogólnej wartości zamówienia (bez konieczności podpisywania aneksu),
 - b) zamiany na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie nie wyższej niż w złożonej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności nowego wyrobu w stosunku do uprzednio zaoferowanego (bez konieczności podpisywania aneksu),
 - c) numeru katalogowego produktu (bez konieczności podpisywania aneksu),
 - d) liczby opakowań,
 - e) wymiany/uzupełnienia elementów składowych przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,
 - f) zmiany na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, w sytuacji, gdy wystąpi przejściowy brak produktu, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku produktu będącego przedmiotem zamówienia z przyczyn leżących po stronie producenta,
 - g) przedłużenia końcowego terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania ogólnej wartości zamówienia w pierwotnym terminie do czasu wykorzystania tej wartości; w takim przypadku przedłużenia obowiązywania umowy Zamawiający dokonuje w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia składanego Wykonawcy,
 - h) zmiany ceny:
 - o cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto,
 - o cena jednostkowa będzie mogła ulec obniżeniu przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy,
 - i) wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen,
 - j) zmiana umowy będzie możliwa jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt. 4a) – 4h), pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia,
 - k) zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie strony (z wyjątkiem punktu 4a, 4b i 4c),
 - l) wynikających z okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,
 - m) związanym z wystąpieniem dekonjunkury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,

- n) wynikającym z wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub części.
- 5) Wykonawca oświadcza, że:
- o jest wytwórcą / autoryzowanym przedstawicielem / dystrybutorem* wyrobu medycznego będącego przedmiotem zamówienia i posiada w chwili zawarcia umowy ważną koncesję na prowadzenie tego rodzaju działalności (jeżeli dotyczy);
 - o wyrób medyczny określony w ust. 2:
- a) jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z **dnia 7 kwietnia 2022 r.** o wyrobach medycznych (**Dz. U. z 2022 r. poz. 974**) - jeżeli dotyczy,
- b) spełnia wymagania określone w cytowanej ustawie dla wyrobów medycznych, w tym wymagania zasadnicze oraz dla wprowadzenia go jako wyrobu medycznego do obrotu - jeżeli dotyczy,
- c) wytwórca dokonał klasyfikacji i oceny zgodności wyrobu medycznego z zasadniczymi wymaganiami dla wyrobów medycznych - jeżeli dotyczy.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się również informować Zamawiającego o wprowadzeniu do obrotu odpowiednika wyrobu medycznego o lepszych niż wyrób medyczny będący przedmiotem zamówienia właściwościach jakościowych lub technicznych (jeżeli dotyczy).
- 7) W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki według stopy ustawowej w skali roku, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 poz. 424).
- 8) Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej:
- o Zamawiającemu: 555-17-83-839,
 - o Wykonawcy:
- 9) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru.
- 10) W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 albo dostarczy go w tym terminie, ale materiały objęte jednostkowym zamówieniem będą posiadały wady lub braki, o których mowa w **§ 4 ust. 2 i 3**, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procent) wartości jednostkowego zamówienia netto za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów zgodnie z zamówieniem, nie więcej jednak niż 50% wartości jednostkowego zamówienia.
- 11) W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 albo dostarczy go w tym terminie, ale materiały objęte jednostkowym zamówieniem będą posiadały wady lub braki, o których mowa w **§ 4 ust. 2 i 3**, Zamawiający, po upływie określonego terminu dostawy lub w przypadku potwierdzonej odmowy uprawniony jest do zakupu produktów u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy różnicą ceny między ceną zakupionego produktu, a ceną wynikającą z umowy. Zapisy § 1 pkt 13 stosuje się odpowiednio.
- 12) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) ogólnej wartości zamówienia netto, o której mowa w § 1 ust. 3, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta.
- 13) Z zastrzeżeniem art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) ogólnej wartości zamówienia netto, o której mowa w § 1 ust. 3 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu udokumentowanych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie Wykonawcy umowy, a za których powstanie ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
- 14) Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

* niepotrzebne skreślić

- 15) Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% ogólnej wartości zamówienia netto, o której mowa w § 1 ust. 3.

§ 2

- 1) Poza przypadkiem, o którym mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
 - a) zostanie ogłoszona przez odpowiednie organy upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
 - b) przeciwko Wykonawcy toczy się postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego zajęto taką część majątku lub takie rzeczy należące do Wykonawcy, że nie jest możliwe dalsze wykonywanie przez Wykonawcę niniejszej umowy,
 - c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,
 - d) Wykonawca dwa razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w § 3 ust. 4, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 7 dni lub dostarczył go w tym terminie, ale materiał ten posiada wady lub braki, o których mowa w § 4 ust. 2 lub 3,
 - e) zobowiązania Zamawiającego przejdą na mocy decyzji odpowiedniego organu na organ założycielski Zamawiającego,
 - f) wyrób medyczny będący przedmiotem umowy został wykreślony z Rejestru Wyrobów Medycznych (jeżeli dotyczy),
 - g) wyrób medyczny będący przedmiotem umowy nie został zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych, albo nie został do tego rejestru wpisany (odmowa rejestracji) – jeżeli dotyczy.
- 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - a) Zamawiający opóźni się z zapłatą w terminie określonym w § 5 ust. 2, należności za towar objęty jednostkowym zamówieniem o 8 tygodni od upływu terminu zapłaty tych należności, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zapłaty wyznaczającego Zamawiającemu co najmniej 14 – dniowy termin zapłaty,
 - b) Zamawiający bez podania przyczyn i bezpodstawnie odmawia odbioru towaru objętego jednostkowym zamówieniem,
- 3) Oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn wskazanych w § 2 ust. 1) lit. c) i d) oraz § 2 ust. 2) lit. a) i b) winno być poprzedzone wezwaniem do należytego wykonania umowy wraz z podaniem terminu nie krótszego niż 7 dni na należyte wykonanie umowy, bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia Wzywającego do odstąpienia od umowy. Odstąpienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie doręcza się adresatowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w komparycji umowy. Przesyłkę dwukrotnie awizowaną i niepodjętą w terminie uważa się za skutecznie doręczoną.
- 4) Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jedna ze stron otrzymała pisemne oświadczenie drugiej strony o wypowiedzeniu umowy.
- 5) Wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od niej nie zwalnia Wykonawcy, aż do końca biegu terminu wypowiedzenia lub odstąpienia od dokonywania proporcjonalnych dostaw towaru zamówionego przez Zamawiającego na podstawie jednostkowych zamówień przed złożeniem lub otrzymaniem przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub odstąpieniu od niej.

ODCZYNNIKI

§ 3

- 1) W zależności od swoich bieżących potrzeb Zamawiający w trakcie trwania niniejszej umowy będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę towaru określonego w § 1 ust. 2 lit.b.
- 2) Wartość każdej z dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowego zamówienia ustalana będzie jako iloczyn ilości zamówionego wyrobu i ceny jednostkowej za ten materiał wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
- 3) Zamówienia będą składane w następujący sposób:
 - Poczta elektroniczną lub
 - Faksem lub
 - Telefonicznie.W przypadku zmiany powyższych danych Wykonawca informuje o zmianie Zamawiającego w formie pisemnej. Zamówienie winno być niezwłocznie potwierdzone zwrotnie przez Wykonawcę.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować otrzymane zamówienie w terminie dni roboczych od daty jego otrzymania.
- 5) Towar objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego (**bezpośrednie miejsce dostawy: Centralne Laboratorium Diagnostyczne – codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00**) na swój koszt i ryzyko.

§ 4

- 1) Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego towaru objętego każdym jednostkowym zamówieniem.
- 2) W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o wadach jakościowych lub brakach ilościowych. Zawiadamanie następować będzie w jeden ze sposobów określonych w § 3 ust. 3 umowy.
- 3) W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości wyrobu medycznego **w terminie 5 dni roboczych** od otrzymania zawiadomienia na piśmie.
- 4) Wykonawca odpowiedzialny jest również za wystąpienie incydentu medycznego w rozumieniu ustawy wymienionej w § 1 ust. 5 lit. a, o ile jest wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem wytwórcy wyrobu medycznego. Wykonawca nie będący wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem wytwórcy odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu medycznego, o ile incydent ten zaistniał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności Wykonawca odpowiada za właściwe przechowywanie i dostarczenie wyrobu, to jest w taki sposób, aby nie uległ on w czasie transportu uszkodzeniu lub aby nie utracił on niezbędnych właściwości i cech zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca nie będący wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem ponosi odpowiedzialność za incydent medyczny, gdy nie może ustalić wytwórcy wyrobu medycznego dostarczonego przez Wykonawcę.

§ 5

- 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę materiałów medycznych objętych jednostkowym zamówieniem cenę odpowiadającą wartości tego zamówienia ustalonej w sposób określony **w § 3 ust. 2**. Cena ta zawiera podatek od towarów i usług.
- 2) Zapłata za dostawę, o której mowa w ust. 1, nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 60 dni od odebrania przez Zamawiającego materiałów objętych jednostkowym zamówieniem.
- 3) Za otrzymanie przez Zamawiającego faktury uznane będzie dostarczenie formy papierowej do siedziby Zamawiającego – **SEKRETARIAT DYREKCJI SZPITALA pok. nr 133** lub skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości przesłania ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – <https://pefbroker.pl>, <http://pefexpert.pl> (Numer PEPPOL Zamawiającego w platformie elektronicznego fakturowania (PEF): **5551783839**).
- 4) **W treści faktury należy powołać się na numer niniejszej umowy.**

- 5) W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki według stopy ustawowej w skali roku zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2021 poz. 424).
- 6) Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej:
 - Zamawiającemu: 555-17-83-839,
 - Wykonawcy:
- 7) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru.

DZIERŻAWA ANALIZATORÓW

§ 6

- 1) Wykonawca oświadcza, że oddaje Zamawiającemu w dzierżawę następujący sprzęt medyczny:
 - o zintegrowany analizator biochemiczno-immunochemiczny:.....
 - o pomocniczy analizator biochemiczny, pomocniczy analizator immunochemiczny

Wraz ze sprzętem peryferyjnym – drukarki, UPS-y, stacje wodne
- 2) Wymieniony w ust. 1 sprzęt posiada wymagania techniczne wyszczególnione w ofercie złożonej w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
- 3) Wykonawca oświadcza również, że sprzęt wymieniony w ust. 1, będący przedmiotem dzierżawy jest wolny od wad fizycznych, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania prawnego albo zabezpieczenia prawnego ustanowionego na rzecz osób trzecich na podstawie czynności prawnej lub przez organy egzekucyjne w wykonaniu postępowania egzekucyjnego.
- 4) Czynsz dzierżawy wynosi ogółem: zł brutto.
- 5) W ramach czynszu dzierżawy Wykonawca:
 - a) dokona dostawy oraz instalacji sprzętu wymienionego w ust. 1 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - b) w przypadku awarii, zobowiązany jest na własny rachunek dokonać naprawy lub dostarczyć sprzęt zastępczy w ciągu **3 dni roboczych** od jej zgłoszenia,
 - c) czas podjęcia naprawy przez serwis Wykonawcy nie może przekraczać **24 godzin** (w dni robocze i świąteczne) od momentu zawiadomienia o awarii,
 - d) w przypadku awarii występującej z przyczyn innych niż niewłaściwe użytkowanie przez użytkownika, nieprzystąpienia do naprawy lub przekroczenia terminu naprawy bądź niedostarczenia lub dostarczenia z opóźnieniem sprzętu zastępczego, Wykonawca ponosi koszty wykonania oznaczeń poza laboratorium Zamawiającego (łącznie z transportem materiału do najbliższego laboratorium) – płatność odbywa się na podstawie rachunku wystawionego przez Zamawiającego,
 - e) w przypadku trzykrotnej awarii analizatora w ciągu jednego roku dokona wymiany **wadliwego elementu** na inny sprawny, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniony w ust. 1,
 - f) wymieni sprzęt wskazany w ust. 1 na wolny od wad, jeżeli sprzęt ten zainstalowany u Zamawiającego posiada wady, które powodują, że sprzęt jest niezdatny do użytku,
 - g) świadczyć będzie w ramach kwoty czynszu dzierżawnego usługi serwisowe przez okres obowiązywania umowy zgodnie z warunkami gwarancji technicznej podanymi w ofercie przetargowej od dnia dostarczenia sprzętu wymienionego w ust. 1,
 - h) zapewni skorelowanie wyników oznaczeń wykonywanych na oferowanym sprzęcie i przedstawi dowód na korelację w formie wymaganej przez Zamawiającego,
 - i) dostarczy dokumentację sprzętu (w dniu dostawy) wymienionego w ust. 1, w języku polskim, w szczególności instrukcję obsługi,
 - j) wyda gwarancję techniczną sprawności sprzętu (w dniu dostawy sprzętu),

- k) w dniu instalacji sprzętu medycznego zobowiązuje się do organizacji szkolenia pracowników w zakresie obsługi poszczególnych aparatów medycznych,
- l) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę dokonywania przez Zamawiającego napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione, a także korzystania z akcesoriów innych niż zalecane przez Wykonawcę lub Odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę i stwierdzenia, że wpłynęło to negatywnie na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy, Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 7

- 1) Przekazanie wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu wymienionego w § 6 ust. 1 nastąpi nie później niż w terminie **3 tygodni (21 dni)** od daty zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli stron.
- 2) Do czasu protokolarnego odbioru sprzętu wymienionego w § 6 ust. 1 przez Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę.

§ 8

- 1) Zamawiający zobowiązuje się korzystać ze sprzętu medycznego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz wskazówkami zawartymi w dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt j.
- 2) Koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu z winy Zamawiającego, obciążają Zamawiającego.
- 3) Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomiania Wykonawcy o okolicznościach opisanych w § 6 ust. 5 pkt b lub c. Zawiadomienia dokonuje w jeden ze sposobów określonych w § 3 ust. 3 umowy.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zawiadomienia przez przesłanie Zamawiającemu faksem pisma potwierdzającego jego odebranie i określającym termin przybycia upoważnionego pracownika Wykonawcy w celu podjęcia decyzji co do tego, którą z czynności opisanych w § 6 ust. 5 pkt b lub c należy podjąć.
- 5) W przypadku gdy Wykonawca – mimo zawiadomienia o awarii sprzętu wymienionego w § 6 ust. 1 lub istnieniu w nim wady – nie skieruje do Zamawiającego upoważnionego pracownika lub naruszony zostanie termin wskazany w § 6 ust. 5 pkt b lub c, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ogólnej wartości zamówienia (§ 6 ust. 4) za każdy dzień **opóźnienia** do momentu podjęcia czynności serwisowych przez pracownika Wykonawcy lub oddania naprawionego sprzętu do użytku (niezależnie od obowiązku poniesienia przez Wykonawcę kosztów określonych w § 6 ust. 5) lit. d) umowy). W tym przypadku Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową.
- 6) Jeżeli wysokość kary umownej wymienionej w ust. 5 nie pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

- 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz dzierżawny w **5 równych ratach** po **zł brutto** (z wyłączeniem sytuacji określonej w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu).
- 2) Pierwsza rata dzierżawy zostanie zapłacona za miesiąc, w którym przedmiot dzierżawy został oddany do użytku – w wysokości proporcjonalnej do liczby dni liczonej od dnia oddania do użytku. Wykonawca naliczy czynsz dzierżawny w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dni w danym miesiącu i opłaty stanowiącej 1/30 stawki czynszu wskazanego w ust. 1. W tym przypadku jako odniesienie przyjmowany jest miesiąc liczący 30 dni. Każda z następnych rat płatna jest po upływie kolejnego miesiąca kalendarzowego.
- 2) Za ostatni miesiąc obowiązywania umowy rata zostanie zapłacona w sposób analogiczny do określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Faktura za ostatni miesiąc obowiązywania umowy zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż ostatniego dnia obowiązywania umowy i nie później niż 5 dnia następnego miesiąca.

- 3) Zapłata raty czynszu nastąpi w ciągu **30 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej (do 5 dnia każdego następnego miesiąca) faktury (przesłanej pocztą do siedziby Zamawiającego – **SEKRETARIAT DYREKCJI SZPITALA pok. nr 133** lub skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości przesłania ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – <https://pefbroker.pl>, <http://pefexpert.pl> (Numer PEPPOL Zamawiającego w platformie elektronicznego fakturowania (PEF): **5551783839**).
- 4) **W treści faktury należy powołać się na numer niniejszej umowy.**
- 5) Po okresie obowiązywania umowy przedmiot dzierżawy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób i w terminie analogicznym do określonego w § 7 umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych dostaw zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
- 2) W imieniu zamawiającego kontroli dokonywać będą upoważnione osoby legitymujące się pisemnym upoważnieniem do kontroli.

§ 11

- 1) Wykonawca może dokonać czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela, w tym przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, na zasadach określonych w § 11 ust. 2 i 3.
- 2) Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie czynności określonych w § 11 ust. 1, wszczyna bez zbędnej zwłoki procedurę wskazaną w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), to jest wydaje opinię i przekazuje ją wraz z wnioskiem do Rady Powiatu Chojnickiego.
- 3) O podjętej przez podmiot tworzący (Radę Powiatu Chojnickiego) decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej lub odmowie jej wyrażenia, Zamawiający informuje Wykonawcę niezwłocznie.
- 4) Czynność prawna dokonana przez wykonawcę bez zgody Rady Powiatu Chojnickiego jest nieważna.

§ 12

- 1) Umowa niniejsza została zawarta na czas określony (**5 m-cy**) od dnia do dnia
- 2) Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
- 3) Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część.

§ 13

- 1) Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia spornej okoliczności, wówczas każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- 2) Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
- 3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- 4) Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY