

Opole, dnia 22.05.2024r.

L.dz. 1670/2024

Nr postępowania: ZP/05/2024

Wszyscy uczestnicy
postępowania

ODPOWIEDZI
na wnioski i zapytania do treści SWZ

W związku z wpływem do Zamawiającego wniosków Wykonawców dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”, nr postępowania ZP/05/2024, zgodnie z treścią art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zadania nr 4 - Aparat do znieczulania z respiratorem anestetycznym

Dot. pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z ciśnieniem zasilania od 2,7 do 6,9 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Zadania nr 4 - Aparat do znieczulania z respiratorem anestetycznym

Dot. pkt 59

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z trendami graficznymi zawierającymi min. 12 parametrów oraz trendami numerycznymi zawierającymi 16 parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Zadanie nr 3 – łóżka specjalistyczne – 5 kpl.

Punkt 2 tabeli:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o następujących parametrach technicznych: Długość łóżka 218 cm. Konstrukcja stalowa wypełniona płytami HPL, przeziernymi dla RTG. Tworzywowe odbojniki w narożnikach łóżka. Wezgielowie zdejmowane za pomocą narzędzi. Reszta wymogów jest zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżka o parametrach technicznych: Długość łóżka 218 cm. Konstrukcja stalowa wypełniona płytami HPL, przeziernymi dla RTG. Tworzywowe odbojniki w narożnikach łóżka. Wezgielowie oraz pozostałe parametry zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 3 – łóżka specjalistyczne – 5 kpl.

Punkt 5 tabeli:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki o następujących parametrach technicznych: blaty szafki wykonane są z tworzywa ABS. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflady wykonane z aluminium anodowego zaokrąglone. - Szerokość x głębokość blatu bocznego: 580x 340mm. Regulacja wysokości blatu bocznego: 745-990mm. - Regulacja wysokości blatu bocznego: 745-990mm. Obciążenie blatu stałego: 5kg. Obciążenie blatu bocznego: 3 kg. Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafki o następujących parametrach technicznych: blaty szafki wykonane są z tworzywa ABS. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflady wykonane z aluminium anodowego zaokrąglone. - Szerokość x głębokość blatu bocznego: 580x 340mm. Regulacja wysokości blatu bocznego:

745-990mm. - Regulacja wysokości blatu bocznego: 745-990mm. Obciążenie blatu stałego: 5kg. Obciążenie blatu bocznego: 3 kg. Pozostałe parametry zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 3 Zestawienia parametrów technicznych
Czy w przypadku współpracy pompy z konsolą sterującą napędami (w tym shaverem laryngologicznym) Zamawiający dopuści możliwość zadania przepływu o wartościach regulowanych w zakresie min. 50-130ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie nr 6

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 3 Zestawienia parametrów technicznych
Czy Zamawiający będzie oczekiwał od oferowanego urządzenia możliwość rozbudowy o program umożliwiający współpracę pompy z płaszczami do płukania optyk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 4 Zestawienia parametrów technicznych
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie sterujące napędami posiadało możliwość współpracy zarówno z przewodowym jak i bezprzewodowym przełącznikiem nożnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 8

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 5 Zestawienia parametrów technicznych
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana rękojeść shavera obsługiwała ostrza zarówno jedno jak i wielorazowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 9

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 1 Zestawienia parametrów technicznych
Czy zamawiający będzie wymagał pisemnego poświadczenia od wskazanego producenta o kompatybilności opisanego urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 3 Zestawienia parametrów technicznych
Czy zamawiający będzie oczekiwał od oferowanego urządzenia możliwość rozbudowy pompy o program do histeroskopii i cystoskopii lub laparoskopii.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 18 Zestawienia parametrów technicznych
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierokondycjonowany nie powystawowy i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z rokiem produkcji nie starszym niż 2023? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 22 Zestawienia parametrów technicznych
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie usterki do 72 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie nr 13

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 23 Zestawienia parametrów technicznych oraz wzoru umowy §5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do max 5 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki bądź awarii?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie nr 14

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 24 Zestawienia parametrów technicznych oraz wzoru umowy §5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do max 10 dni roboczych, a w przypadku, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granicy Polski do max 20 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki bądź awarii?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie nr 15

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 25 Zestawienia parametrów technicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji do max 4 dni roboczych

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie nr 16

Dotyczy Zadania nr 1 Załącznik nr 2a do SWZ pkt. 26 Zestawienia parametrów technicznych

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych od daty zakończenia gwarancji do 5 lat.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie nr 17

Dotyczy Zadani nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych (takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, zaniedbanie, niewłaściwa obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych), jak również eksploatacji nie zgodniej z przeznaczeniem oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika lub naturalnego zużycia.

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych (takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, zaniedbanie, niewłaściwa obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych), jak również eksploatacji nie zgodniej z przeznaczeniem oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika lub naturalnego zużycia.

Pytanie nr 18

Dotyczy Zadani nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Pytanie nr 19

Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2.

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kar umownych z tytułu zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy do 0,3% wartości brutto za każdy dzień rozpoczęty dzień zwłoki dla Zadania nr 1?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie nr 20

Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 6

Prosimy o zmianę zapisów projektu umowy §7 ust. 6 na następującą treść:

„Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wynikających z umowy, której może dochodzić każda ze stron wynosi 30% wartości przedmiotu zamówienia, określonej w §1 ust. 2 lit. b.”

W naszej ocenie maksymalna wysokość kar umownych mogąca stanowić 100% wartości umowy jest zbyt wygórowana, przeczy zasadzie równowagi stron umowy i znacząco odbiega od praktyki powszechnie stosowanych kar w branży medycznej na rynku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy zał. nr 5 do SWZ