



**SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji

na **DOSTAWĘ** pn.

**DOSTAWA AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO „P”
SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA DOT. KONSTRUKCJI I
WYPOSAŻENIA TYPU C WG PN-EN 1789:2008**

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw**

.....
Sprawdzono pod względem prawnym

.....
Zatwierdzam

I. INFORMACJE OGÓLNE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:**
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
- Adres do korespondencji:**
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
nr telefonu: 71 32 70 491,
71 32 70 591,
71 73 29 621,
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.
- Adres poczty elektronicznej:** zp@wssk.wroc.pl
- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
- Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN)
- Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom.**

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest przy wartości zamówienia poniżej 215 000 euro w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Pzp.
- Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:
 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp,
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453),
 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974),
 - Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083 ze zm.).
 - Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 (t. j. Dz. U. 2022 poz. 633 ze zm.)
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211).
 - Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1720 z późn. zm.);
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. p. 2022 z późn. zm.);
- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

5. Zamawiający nie przewiduje:

- 1) możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Pzp (w związku z art. 305 pkt 1) Pzp),
- 2) możliwości składania ofert wariantowych,
- 3) prowadzenia aukcji elektronicznej,
- 4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 261 ustawy Pzp.
- 5) rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki nowego (rok produkcji 2022), kompletnie zabudowanego ambulansu specjalistycznego „P” do transportu medycznego i między szpitalnego spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008 dla potrzeb Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, zgodnie z ofertą stanowiącą **Załącznik nr 2** do niniejszego SWZ.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają: **Załącznik nr 4 do SWZ** – Zestawienie parametrów technicznych a także projektowane postanowienia umowy – **Załącznik nr 2 do SWZ**.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem ma być zakończona protokołem odbioru, protokołem przeszkolenia pracowników Zamawiającego i fakturą za dostarczony ambulans.
5. Przedmiot zamówienia musi być objęty 24 miesięczną gwarancją i rękojmią.
6. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 947).
7. Opis właściwości, zasady bezpieczeństwa użytkowania, termin ważności oraz numery świadectwa rejestracji muszą znajdować się na dostarczonych urządzeniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącej **załącznik nr 2 do SWZ**.
10. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV):
Kod CPV: 34114100-0 - Pojazdy pogotowia
34114121-3 - Karetki
33192160-1 - Nosze
33182100-0 - Defibrylatory

VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. ambulansu wraz z wyposażeniem, który stanowi nierozłączną całość. Nie ma fizycznej możliwości podziału zamówienia na części.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył ambulans w nieprzekraczalnym terminie do 30-12-2022 r.
2. Zamawiający dopuszcza dostawę wyposażenia ambulansu w terminie do 31-03-2022 r.

VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.

IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy są zobligowani przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dostępnej na stronie Zamawiającego Platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw i formularza *Wyślij wiadomość do zamawiającego* dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania określonym w SWZ.
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonym wyżej w pkt. 5, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw do konkretnego wykonawcy.
8. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw, tj.:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - 4) włączona obsługa JavaScript,
 - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
11. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKACJI SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XI. WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Jacek Banaszak, e-mail: zp@wssk.wroc.pl tel.: 71 32 70 591

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 07.01.2023 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jego oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środkach dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3. Oferta powinna być:

- 1) sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ w języku polskim,
- 2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
- 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

4. **Oferta winna zawierać:**

- 1) **wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ wraz z wypełnionym formularzem asortymentowo – cenowym,**
 - 2) **pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;**
 - 3) **pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;**
 - 4) **oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.**
 - 5) **opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski,**
5. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
11. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

12. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
14. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wnieścia wadium przez Wykonawców.

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw do dnia 07.12.2022 r. do godz. 09:00.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i oświadczenia w postaci elektronicznej.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. **Instrukcja złożenia oferty:**
 - 1) Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 - 2) Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy <https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>;
 - 3) Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv;
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

9. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).
10. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

UWAGA:

Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

11. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
12. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
13. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
14. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
 - 1) informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności,
 - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
15. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 222 ust. 5 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
16. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować, ale można ją zmienić. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

19. Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert, powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:
- przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email lub
 - zalogowanie i kliknięcie w przycisk "Potwierdź ofertę".
20. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

Uwaga:

Wycofać ofertę może tylko zautoryzowany użytkownik. Czynności wycofania oferty nie można cofnąć. Wycofana oferta nie będzie widoczna dla zamawiającego po odszyfrowaniu ofert w postępowaniu.

21. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
22. Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku "Odblokuj formularz", jednak oferta ta zostanie automatycznie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie mógł się z nią zapoznać.
23. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.12.2022, o godzinie 09:30.**
- Otwarcie ofert jest niejawne.
- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
 - informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw w sekcji „Komunikaty”.
- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVII. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ ART. 109 UST.1 USTAWY

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 uPzp :

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCY		
Przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia		Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4)
1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 uPzp, Wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego	W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) Wykonawca wraz z ofertą składa:

<p>2.</p>	<p>prawomocnie skazano za przestępstwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054) c) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, e) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), f) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, g) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej <p>– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;</p> <p>Zamawiający na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp przewiduje, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający, , Wykonawcy:</p>	<p>- oświadczenie wykonawcy o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SWZ aktualne na dzień składania ofert.</p>
-----------	---	---

	– w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp);	
Warunki udziału w postępowaniu		Określenie warunków zgodnie z SWZ
3.	Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym	Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
4.	Uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej	Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
5.	Sytuacji ekonomicznej lub finansowej	Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
6.	Zdolności technicznej lub zawodowej	Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Kwalifikacja przedmiotowa		Przedmiotowe środki dowodowe
1.	W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo cenowym	Wykonawca składa wraz z ofertą: <ul style="list-style-type: none"> – materiały w języku polskim z danymi technicznymi produktu (np. instrukcje użytkowania, strony katalogów itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane oraz nazwy handlowe, numery katalogowe i nazwę producenta oferowanego asortymentu - w przypadku materiałów obcojęzycznych dopuszcza się tłumaczenie własne i odnoszące się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów;

2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328¹ KSH).
6. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
7. Postanowień ust. 5 powyżej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia oświadczeń, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń.
9. **OFERTA WSPÓLNA:**
 - 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przy czym Zamawiający wyjaśnia, że oferta składana przez spółkę cywilną jest ofertą składaną przez przedsiębiorców będących wspólnikami takiej spółki, wobec czego jest traktowana jako oferta wspólna.
 - 2) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
 - a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
 - c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 - 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
10. **INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM:**

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (o ile są oni mu znani na etapie składania ofert).

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.1 do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 1 do SWZ**, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

UWAGA: *Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.*

2. Sposób wyliczenia ceny:

2.1 Wartość netto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w następujący sposób:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto}$$

2.2 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{wartość brutto} \div \text{ilość}$$

2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji asortymentowych w pakiecie.

2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji asortymentowych w pakiecie.

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w Formularzu asortymentowo - cenowym będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia,

7. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

- 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej:

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	Cena	60%
2	Jakość techniczna	40 %
	OGÓLEM:	100 %

Kryterium cena zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

Kryterium nr 1 – cena (C):

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad. oferty}}} \times 60 \% \times 100$$

gdzie:

C_{min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych

$C_{bad. oferty}$ - cena ogółem brutto ocenianej oferty

Kryterium nr 2 – jakość techniczna (JT)

$$JT = \frac{JT_{oferty\ bad.}}{JT_{max}} \times 40\% \times 100\text{ pkt}$$

gdzie:

JT – jakość techniczna

$JT_{oferty\ bad.}$ – suma punktów uzyskana przez ofertę badaną

JT_{max} – maksymalna suma punktów z kolumny nr 4 zestawienia wymagalnych minimalnych parametrów techniczno - użytkowych możliwa do uzyskania wynosi - **40 pkt.**

Ostateczna ocena oferty w danym pakiecie będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + JT$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C – cena oferty,

JT – jakość techniczna

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, która stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawiają Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
7. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO” - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego,

znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych.
3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, o tym że na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej:

- 1) **administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław;**
- 2) **inspektorem ochrony danych osobowych** w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu jest **Krzysztof Głubiak kontakt: iodo@wssk.wroc.pl tel. 661 924 273** (*informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*);
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Szp/FZ-414/2022** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art. 18 oraz art. 74** ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1** ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do **art. 22 RODO**;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*);
 - c) na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. **18 ust. 2 RODO** (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) **na podstawie art. 21 RODO** prawo sprzeciwu, wobec **przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
- 1) **Zamawiający** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 - c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 - e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) **Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 - b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 - c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową, działalność gospodarczą,
 - d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
 - 3) **Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z formularzami asortymentowo – cenowymi

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 uPzp oraz na podstawie art.7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamińskiego 73a
51-124 Wrocław

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa i siedziba Wykonawcy*) ul: kod: miejsowość:.....
Czy Wykonawca jest*:	Mikroprzedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Małym przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Średnim przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> Dużym przedsiębiorstwem <input type="checkbox"/> <i>*Wykonawca zobowiązany jest to podania swojego statusu – informacja obowiązkowa do Prezesa UZP</i>
<i>*) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera</i> ul: kod: miejsowość:.....
Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy	
<i>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)</i>	
NIP/REGON/.....
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)	ul: kod: miejsowość:.....
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem	e- mail: tel.:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

DOSTAWA AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO „P” SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA DOT. KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA TYPU C WG PN-EN 1789:2008

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

III. CENA, TERMIN DOSTAWY, GWARANCJA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1 wynosi:

Cena brutto zł

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie-.....-2023 r.

Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam 24 miesięcznej gwarancji.

UWAGA: Termin wykonania przedmiotu nie może być dłuższy niż 31-03-2023 r.

Wynagrodzenie należne z tytułu niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze [.....]
prowadzone przez bank[.....]

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

Oświadczam, że:

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SWZ oraz projekcie umowy;
2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia;
3. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ;
4. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.
5. wybór mojej oferty **będzie/nie będzie***) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku.

*) *wybrać odpowiednio*

6. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XXIII SWZ

V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:

1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ofercie;
3. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia : e-mail: tel./fax:.....;
4. wyznaczenia osoby do podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia:
..... e-mail: tel./fax.;
przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia usterki przedmiotu zamówienia faksem bądź mailem na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w tel., fax.
....., e-mail:

VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców***.

***)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1)w zakresie
- 2)w zakresie

*****) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców**

VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

.....

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

....., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE

Uwaga:
*Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.*

VIII. SPIS TREŚCI

Integralną część oferty stanowią:

- 1)
- 2)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach

.....
(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Typ/ producent	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									

UMOWA WZÓR

W dniur. we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893 reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

..... – prowadzącą działalność na podstawie, NIP, REGON

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”

ostała zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie podstawowym bez negocjacji (sygnatura sprawy Szp/FZ – 414/2022) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ambulansu specjalistycznego „P” do transportu medycznego i między szpitalnego spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008 w ilości 1 szt. wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu - zwanego dalej Szpitalem, zgodnie z ofertą przetargową będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowe zestawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zostało określone w **załączniku nr 2 do umowy.**

§ 2

TERMIN WYKONANIA USŁUGI

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 31-03-2022r. przy czym dostawa ambulansu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30-12-2022 r.
2. Za datę zrealizowania umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów określonych w ust. 1 w przypadku uzyskania przez Zamawiającego pisemnej zgody Instytucji Dotującej.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad, zgodny z aktualną Normą PN-EN 1789:2008 oraz z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, odpowiadają przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1849), oraz zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.), oraz z przepisami Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku - w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 2022, z póź. zm.) i posiadają niezbędne homologacje, a także z pozostałymi obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin protokolarnego odbioru pojazdu oraz wyposażenia. Po dokonaniu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę za ambulans.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania kompletnego ambulansu z zabudową specjalistyczną i wyposażeniem opisanym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz do przeszkolenia upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu, na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przeszkolenie to powinno się odbyć nie później niż do 31 marca 2023 r.
4. Wraz z ambulansem dostarczone zostaną wszystkie dokumenty opisane w załączniku nr 1. do niniejszej umowy, konieczne do eksploatacji i obsługi ambulansu. Wraz z dostawą przedmiotu umowy

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania ambulansu , w szczególności:

- instrukcje obsługi ;
 - warunki gwarancji(książki, karty, paszporty techniczne);
 - informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym;
 - wymagane obowiązującymi przepisami : świadectwo homologacji ambulansu; książkę serwisową, atesty; certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789:2021-02 i PN-EN 1865-1 + A1.
 - potwierdzenie pozytywnie przeprowadzonych dynamicznych badań wytrzymałościowych (wg wymagań określonych w normie PN-EN 1789:2021-02) wykonane przez jednostkę notyfikowaną.
5. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie zabudowanego ambulansu wraz z wyposażeniem.
 6. Protokolarny odbiór kompletnego ambulansu wraz ze sprzętem i kompletną dokumentacją oraz przeprowadzonym szkoleniem będzie równoznaczny z odbiorem całości zrealizowanego przedmiotu umowy.

§ 4

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na ambulans, zabudowę specjalistyczną oraz dodatkowe wyposażenie specjalistyczne ambulansu zamontowane wewnątrz oraz na zewnątrz.
2. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek awarii Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię oraz konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia fax. lub pocztą e-mail.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych i w ramach rękojmi pojazdów, zabudowy specjalistycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanego w **załączniku nr 2** do niniejszej umowy, w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia awarii.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia przez Zamawiającego naprawy gwarancyjnej ambulansu, zabudowy specjalistycznej lub wyposażenia medycznego opisanego w **załączniku nr 2** do niniejszej umowy, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 72 godz. od czasu zgłoszenia awarii.
5. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy specjalistycznej lub wyposażenia ambulansu, których naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dostarczy ambulans lub element wyposażenia medycznego do naprawy do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy gwarancyjnej w terminie wyznaczonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany podstawić bezpłatnie do dyspozycji Zamawiającego, do czasu wykonania naprawy sprawny ambulans zastępczy lub element wyposażenia, spełniający wymagania opisane w **załączniku nr 2** do niniejszej umowy.
7. Wykonawca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami napraw ambulansu lub elementu wyposażenia wymienionego w ust. 6 niniejszego paragrafu, niewynikających z winy Zamawiającego lub normalnego zużycia eksploatacyjnego.
8. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca nie podstawia ambulansu zastępczego lub elementu wyposażenia spełniającego opisanego w załączniku nr 2 wymagania, Zamawiający może wynająć, do czasu wykonania naprawy ambulans lub element wyposażenia spełniający takie wymagania obciążając kosztami Wykonawcę.
9. Okres gwarancji rozpoczyna bieg odpowiednio od dnia podpisania protokołów odbioru ambulansu oraz zabudowy specjalistycznej z wyposażeniem ambulansów.
10. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania usterek przedmiotu umowy telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem bądź mailem, na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy znajdującego się w tel., fax., e-mail:
11. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) odebrania pojazdu zgodnego z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w **załączniku nr 2** do niniejszej umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu (karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji) w siedzibie zamawiającego przy ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu,
- 2) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i kwotami podanymi w formularzu cenowym,

§ 6

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ogółem:

..... zł netto
(słownie:),
..... zł brutto
(słownie:).

w tym:

..... zł netto
(słownie:),
..... zł brutto
(słownie:).

2. Podana w ust.1 niniejszego paragrafu cena zawiera: wszystkie koszty realizacji zamówienia oraz podatki i cła ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty transportu i inne.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotów umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy.
4. Faktura może być wystawiana i przesyłana do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1666).
5. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL GLN 5907713301330. Zmiana platformy nie wymaga zmiany umowy. Zmiana jest skuteczna od chwili zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o dokonaniu zmiany. Informacja w tym zakresie przekazywana jest drogą mailową.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzony przez [.....], znajdujący się w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej
7. W przypadku gdy na moment realizacji płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zgodnie z ust. 6 powyżej nie będzie znajdował się w ww. elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania regulowania płatności do Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku nie jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych.
8. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmów podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób prawidłowy. W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej

Wykonawcy nie będzie przysługiwały odsetki za opóźnienie w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku z naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca.

§ 7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto,
 - w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,
 - w przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej ambulansu, zabudowy specjalistycznej lub wyposażenia medycznego w maksymalnym terminie określonym w §4 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki,
- Łączna wysokość kar umownych jakie mogą być nałożone na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 6 ust. 1 umowy.
- Ze względu na fakt, że niniejsze zamówienie publiczne finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji, Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie, będzie skutkowało utratą przez Zamawiającego dotacji.
- Kary umowne mogą zostać potrącone z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.
- Zamawiający zastrzega, że niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

PODWYKONAWCY

- Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie/ przy pomocy podwykonawców.
- W przypadku wykonania umowy przez podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru oraz koordynacji prac zleconych podwykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy i ich pracowników z pomocy, z których korzysta przy realizacji niniejszej umowy, jak za działania, uchybienia lub zaniedbanie własne.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/WYPOWIEDZENIE UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 10

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy, z tym zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie niezmienna.
- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towaru i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaru i usług.
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany — z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 - postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie
 - obniżenia kwoty, o której mowa w §6 ust. 1, w przypadku obniżenia stawki podatku od towaru i usług;

- 2) zastąpienia towaru zaoferowanego na etapie przedmiotowego postępowania przetargowego, dostarczonego w ramach realizacji niniejszej Umowy, towarem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiada towar będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczonego towaru, pod warunkiem, że cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu. Wówczas Wykonawca może zaproponować do akceptacji Zamawiającego inny towar spełniający co najmniej wszystkie warunki zamówienia wynikające z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Propozycję zmiany Wykonawca kieruje do Zamawiającego na piśmie wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia stosownej dokumentacji;
 - 3) obniżenia ceny jednostkowej produktu;
 - 4) zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, przejęcia, fuzji, zmiany formy prawnej);
 - 5) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu pełnej zgodności jego parametrów technicznych;
 - 6) zmiany podyktowane wejściem w życie nowych przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w każdym przypadku wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że wynika to z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
- 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
 - 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; do skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną;
 - 3) udzielenie zamówień dodatkowych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 11

OSOBY DO KONTAKTU

1. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy wyznacza:
2. Strony zobowiązują się do współdziałania w realizacji przedmiotu umowy.
3. Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do realizacji umowy:
 - a) ze strony Zamawiającego
 - b) ze strony Wykonawcy -

§ 12

SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Konflikt zbrojny trwający na terytorium Ukrainy jak i kolejna „fala” zachorowań na SARS-CoV-2, jak i skutki tych zdarzeń, nie będą uważane za przejawy siły wyższej.
3. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
4. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

§ 13

RODO/POUFNOŚĆ

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/ danych otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/ danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej umowie,
- 2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/ danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową,
- 3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, wejdzie w posiadanie informacji/ danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, a także nie sporządzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli,
- 4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
- 5) podejmowania wszelakich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie w posiadanie informacji/ danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych nośników z informacjami/ danymi, w odpowiedni sposób je zabezpieczy i niezwłocznie powiadomi (prześle) zabezpieczone informacje/ dane, dokumenty bądź nośniki administratorowi danej instytucji, przełożonemu, bądź Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego,

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią za zgodą podmiotu tworzącego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 8 umowy który wymaga zawiadomienia Stron.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – szczegółowe zestawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy

Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WZÓR PROTOKÓŁU ODBIORU

WYKONAWCA: <i>Nazwa</i>	ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamińskiego 73A; 51-124 Wrocław
---	---

I. DOSTAWA

W związku z realizacją umowy nr z dniazawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – znak postępowania: **Szp/ZP-414/2022** w dniuprzeprowadzono odbiór wymienionego niżej dostarczonego sprzętu:

<i>Nazwa przedmiotu zamówienia</i>		
<i>Nazwa urządzenia, nazwa handlowa</i>		
<i>Producent</i>	<i>Rok produkcji</i>	<i>Kraj</i>
Elementy składowe:		
<i>Nazwa, nazwa handlowa</i>	<i>Typ, oznaczenie katalogowe / Producent</i>	<i>Nr seryjny (fabryczny)</i>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Wymieniony ambulans został dostarczony uruchomiony i przetestowany.

Sprzęt medyczny jest gotowy do użytkowania. *) jeżeli dotyczy

Dostarczono dokumentację obsługi w języku polskim. (wersja papierowa i cyfrowa)

Udzielono gwarancji w wymiarze miesięcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z datą podpisania protokołu odbioru*) przekreślić jeśli nie dotyczy

Pozostałe warunki gwarancji zgodnie z zapisami umowy.

II. PRZEGLĄD GWARANCYJNY

Następny przegląd gwarancyjny odbędzie się

.....

Uwagi:.....

.....

III. INSTRUKTAŻ

W związku z przekazaniem do użytkowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy ul. H. Kamińskiego 73A sprzętu medycznego

typu:

wyprodukowanego przez:.....

W dniu (dniach): udzielono użytkownikom instruktażu w zakresie:

- obsługi i użytkowania,

-
-

Osoby objęte instruktażem:		
l.p.	imię i nazwisko	podpis
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Instruktaż przeprowadzony został przez przedstawiciela firmy:

 nazwa:

 adres:

 kontakt:

Przeprowadzony instruktaż pozwoli na prawidłową i bezpieczną eksploatację sprzętu przez użytkowników.

Osoby prowadzące instruktaż:		
l.p.	imię i nazwisko	podpis
1.		
2.		

Uwagi:.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Ze strony Wykonawcy:	Ze strony Zamawiającego:
<i>Imię, nazwisko, podpis</i>	<i>Imię, nazwisko, podpis</i>

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 UPZP

Dane Wykonawcy	
Nazwa i adres Wykonawcy <i>(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)</i>	[.....]
Nazwa i adres Partnera/-ów <i>(w przypadku Konsorcjum)</i>	[.....]
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL REGON:.....	[.....]
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: DOSTAWA AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO „P” SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA DOT. KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA TYPU C WG PN-EN 1789:2008	
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania	
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.	
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.	
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.	
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.....ustawy Pzp <i>(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.108 ust.1 pkt 1, 2, 5, 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).</i>	Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu	

<input type="checkbox"/> Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale XVI SWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.	
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji).....	
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby	
Podwykonawstwo:	
Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <i>(jeżeli TAK , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców)</i>
Nazwa i adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON	[.....] [.....]
Oświadczam, że: podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia	<input type="checkbox"/> Tak
Oświadczenie dotyczące podanych informacji	
Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2022 r. poz.1138), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.	

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

.....
(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Ambulans typu P

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - **2022**

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
I. NADWOZIE			
1.	Typ "furgon" o dopuszczalnej masie całkowitej do max 3,5 t częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa.	TAK	
2.	Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.	TAK	
3.	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy z obowiązującą wersją normy PN EN 1789 lub równoważnej, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.	TAK	
4.	Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze.	TAK	
5.	W kabinie kierowcy 2 gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB.	TAK	
6.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.	TAK	
7.	Kierownica z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie np. góra-dół.	TAK	
8.	Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera.	TAK	
9.	Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, ze stopniem stałym wewnętrznym lub elektrycznym zewnętrznym automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi.	TAK	
10.	Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na dwie butle tlenowe 10l, krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym i deskę ortopedyczną dla dorosłych.	TAK	
11.	Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.	TAK	
12.	System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwanych prawych do przedziału medycznego i drzwi przesuwanych lewych do zewnętrznego schowka.	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
13.	Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka.	TAK	
14.	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem.	TAK	
15.	Autoalarm i immobiliser.	TAK	

16.	Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania.	TAK	
17.	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.	TAK	
18.	Elektrycznie sterowane lusterka boczne,	TAK	
19.	Pełnowymiarowe koło zapasowe. Zestaw 4 szt. kół wraz z oponami zimowymi. Jeśli ambulans fabrycznie będzie wyposażony w opony letnie lub wielosezonowe to dodatkowo Wykonawca dostarczy koła zimowe jeśli będzie wyposażony w koła zimowe Wykonawca dostarczy koła letnie.	TAK	
20.	Kolor nadwozia żółty zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789.	TAK	
21.	Radio z odtwarzaczem USB, CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym min. 2. Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu (Bluetooth).	TAK	
22.	Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów.	TAK	
23.	W kabinie kierowcy panel sterujący (zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora Rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, -sygnalizacją świetlną i dźwiękową (lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania).	TAK	
24.	Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach.	TAK	
II. SILNIK I NAPĘD			
1.	Moc silnika min 160KM o maksymalnym momencie obrotowym min 360 Nm.	TAK	
2.	Pojemność silnika min. 1900 cm3.	TAK	
3.	Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO 6.	TAK	
4.	Napęd 4 x 2	TAK	
III. UKŁAD HAMULCOWY			
1.	Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania.	TAK	
2.	Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy.	TAK	
3.	Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania.	TAK	
IV. ZAWIESZENIE			
1.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.	TAK	
2.	Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione, dostosowane do funkcji ambulansu sanitarnego.	TAK	
V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
1.	Trójkąt ostrzegawczy. 2 szt.	TAK	
2.	Narzędzia: podnośnik, klucz do zmiany kół (inne podać jakie).	TAK	
3.	Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa w (po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym).	TAK	
4.	Gaśnice 2 sztuki.	TAK	
5.	Przednie i tylne czujniki parkowania.	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
6.	Tylna kamera parkowania	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
VI. NADWOZIE - PRZEDZIAŁ MEDYCZNY			
1.	Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu.	TAK	
2.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze	TAK	

	główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna.		
3.	Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia.	TAK	
5.	Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.	TAK	
6.	Na prawej ścianie min. 1 fotel obrotowy ze zintegrowanym zagłówkiem (Zamawiający dopuszcza zagłówki regulowane), fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego.	TAK	
7.	Przy ścianie działowej u węzłowiec noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Fotel z przesuwem umożliwiając w ten sposób swobodny dostęp do plecaka/ torby medycznej umieszczonej w schowku na lewej ścianie przedziału medycznego. Zamawiający nie określa w jaki sposób przesuw fotela winien być realizowany. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne konstrukcyjnie. Fotel wraz z systemem przebadany na zgodność z REG 14 dla typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasa bezpieczeństwa i REG 17 dla typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań. Typ pojazdu- oznacza oferowana marka i model pojazdu.	TAK	
8.	Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne z otwieranym oknem lub z oknem stałym z otworami, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789.	TAK	
9.	Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu C.	TAK	
10.	Na ścianie lewej szyna wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.	TAK	
11.	Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury.	TAK	
12.	Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.	TAK	
13.	W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: <ul style="list-style-type: none"> - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym, - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, - możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. Zamawiający dopuszcza każdy typ panelu sterującego.	TAK	
14.	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 szt. pojemników.	TAK	

15.	Sufitowe i ściennie uchwyty dla personelu medycznego.	TAK	
16.	Instalacja tlenowa z panelem z 2 punktami poboru na ścianie lewej, z butlami stalowymi 10l, reduktorami na butlę (2 szt.) oraz z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA (1 szt.) oraz nawilżaczem (1 szt.).	TAK	
17.	Podstawa (ławeta) pod nosze główne mechaniczna, posiadająca płynny przesuw boczny, z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę oraz z możliwością ustawienia pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga (podać markę i model).	TAK	
18.	Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.	TAK	
19.	Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.	TAK	
20.	Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej.	TAK	
21.	Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego.	TAK	
22.	Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia (jednej sekcji) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału pacjenta, możliwość włączania/ wyłączenia oświetlenia z paneli umieszczonych przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego.	TAK	
23.	Rozmieszczenie sprzętu zgodne z wymogami normy PN EN 1789.	TAK	
VII. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA			
1.	Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik.	TAK	
2.	Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW (proszę podać markę i model).	TAK	
3.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno - wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju, proszę podać markę, model i wydajność w m3).	TAK	
4.	Klimatyzacja dwuparnikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy , z możliwością ustawienia żądanej temperatury.	TAK	
5.	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V o mocy min. 2,0 kW (podać markę i model).	TAK	
6.	Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające rozruch silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka w bloku lub układzie chłodzenia).	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt	
VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE			
1.	Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V.	TAK	
2.	Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m.	TAK	
3.	Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu.	TAK	
4.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju.	TAK	
5.	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy.	TAK	
6.	Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiające ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie.	TAK	

7.	Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki.	TAK	
8.	Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowego w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych lub 2 lamp ledowych, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED).	TAK	
9.	Oświetlenie punktowe LED błatu roboczego.	TAK	
10.	Światła boczne pozycyjne pojazdu.	TAK	
11.	Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie.	TAK	
IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE			
1.	Belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpoła pojazdu.	TAK	
2.	W tylnej części dachu pojazdu min. jedna lampa typu kogut w kolorze niebieskim ze światłem typu LED.	TAK	
3.	Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy. Dwie niebieskie lampy LED zamontowane w błotnikach lub lusterkach o światle rozproszonym.	TAK	
4.	Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami.	TAK	
5.	Głośnik zamontowany w pasie przednim (odporny na warunki atmosferyczne i zachłapanie). Podać markę i model wzmacniacza i głośnika. Nie dopuszcza się głośnika zamontowanego w komorze silnika.	TAK	
6.	Dodatkowa sygnalizacja nisko tonowa z dwoma głośnikami o mocy minimum 100 W każdy posiadająca certyfikat zgodności i homologację załączoną na czas pracy od 10 sekund do 30 sekund (podać markę i model).	TAK	
7.	Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące Oznakowania zespołów ratownictwa medycznego dla ambulansu typu „P”. Dodatkowo - nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu – wielkość napisów dostosowana proporcjonalnie do oznakowania ambulansu typu P. <u>Szczegóły oznakowania, logo oraz treść napisów Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po podpisaniu umowy.</u>	TAK	
X. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI			
1.	Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu. Ambulans wyposażony w radiotelefon przewoźny typu Motorola DM 4601 (lub równoważny).	TAK	
2.	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz,	TAK	

	- polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - dostęp do montażu anteny z przedziału medycznego (klapa rewizyjna)		
3.	Antena wewnętrzna GPS do radiotelefonu przewoźnego	TAK	
4.	Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami zainstalowanymi w kabinie kierowcy w niewidocznym miejscu zamontowane anteny GPS i GSM (na słupkach lub podszybiu), przewody doprowadzone do miejsca montażu modułu GPS oraz stacji dokującej zakończone wtyczkami oraz zasilanie do modułu typu Teltonika lub równoważne powinno być przygotowane pod stary i nowy typ - do uzgodnienia po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy.	TAK	
XI. INNE			
1.	Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na terenie RP oraz aktualne paszporty do sprzętu medycznego.	TAK	
2.	Zamawiający wymaga aby zaproponowany ambulans w dniu przekazania posiadał wyłączone ograniczenie prędkości.	TAK	
1.	Zamawiający wymaga przedłożenia kopii aktualnego świadectwa homologacji (bez załączników) dla oferowanego przedmiotu zamówienia (pojazdu bazowego po wykonanej adaptacji na ambulans) czyli pojazdu specjalnego sanitarnego, wydanego na podstawie przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie;	TAK	
2.	potwierdzenia (np. sprawozdanie lub certyfikat) pozytywnie przeprowadzonych dynamicznych badań wytrzymałościowych (wg wymagań określonych w normie PN-EN 1789) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną w oferowanym ambulansie.	TAK	
3.	Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym spełnia wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1789 (w zakresie ambulansu typu „C” i PN-EN 1865 w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania).	TAK	
4.	Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 ze zm).	TAK	

**) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Nosze

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - 2022

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	Wymagane		
2.	Nosze przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym.	TAK	
3.	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;	TAK	
4.	Możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni;	TAK	
5.	Nosze z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;	TAK	
6.	Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;	TAK	
7.	Nosze z poręczami bocznymi składanymi wzdłuż osi długiej noszy.	TAK	
8.	Wysuwane uchwyty przednie do przenoszenia noszy. Dodatkowe uchylne uchwyty z tylnej części ramy noszy.	TAK	
9.	Możliwość wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;	TAK	
10.	Możliwość złożenia noszy w krzeselko transportowe	TAK	
11.	Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;	TAK	
12.	Materac do noszy wykonany z cienkiego nie sprężynującego materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującego krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;	TAK	
13.	Nosze wyposażone w uprząż pediatryczną do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 4,5 kg do 18 kg podczas transport.	TAK	
14.	Obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg noszy oferowanych)	TAK	
15.	Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy oferowanych w kg);	TAK	

**) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – transporter noszy głównych

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - **2022**

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, umożliwiającym wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy;	TAK	
2.	regulację wysokości w min. sześciu poziomach;	TAK	
3.	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia);	TAK	
4.	wszystkie koła jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost; wszystkie koła jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm);	TAK	
5.	min. 2 koła tylne wyposażone w hamulce;	TAK	
6.	obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg; (podać oferowane obciążenie transportera);	TAK	
7.	transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą;	TAK	
8.	transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi;	TAK	
9.	waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej (podać wagę transportera w kg);	TAK	

***) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Krzeselko kardiologiczne składane

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - 2022

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	Krzeselko wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących;	TAK	
2.	Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia;	TAK	
3.	Koła tylne o średnicy min 125 mm , koła przednie o średnicy min 75 mm;	TAK	
4.	Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na min 2 poziomach;	TAK	
5.	Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia;	TAK	
6.	Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu;	TAK	
7.	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowalne;	TAK	
8.	Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie;	TAK	
9.	Waga krzeselka max 10 kg;	TAK	
10.	Dopuszczalne obciążenie krzeselka powyżej 150 kg;	TAK	

****) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy***

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Deska ortopedyczna dla dorosłych

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - 2022

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	Deska wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach;	TAK	
2.	Powierzchnia leża pacjenta gładka, płaska powierzchnia;	TAK	
3.	Możliwością prześwietlania deski promieniami X;	TAK	
4.	Uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża;	TAK	
5.	Pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza;	TAK	
6.	System unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę;	TAK	
7.	Dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, (podać jakie?);	TAK	
8.	Długość min 180 cm;	TAK	
9.	Szerokość min 45 cm;	TAK	
10.	Ciężar deski max 8 kg.	TAK	

**) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Nosze podbierakowe

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - 2022

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	Łopaty wykonane z aluminium zabezpieczone przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych;	TAK	
2.	System podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzielaniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzielaniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający);	TAK	
3.	Wielostopniowa regulacja długości;	TAK	
4.	Możliwość złożenia do transportu w połowie długości;	TAK	
5.	Posiadające min. 8 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat;	TAK	
6.	Umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy;	TAK	
7.	Posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy;	TAK	
8.	Obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg;	TAK	
9.	Waga noszy do max 10 kg;	TAK	

**) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Nosze płachtowe

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - 2022

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	Nosze wykonana z mocnego materiału winylowego;	TAK	
2.	Nosze wyposażone w min. 8 rączek do przenoszenia;	TAK	
3.	Nosze z zakładkami zapobiegającymi wysunięciu pacjenta, w zakładkach otwory do odprowadzania wody;	TAK	
4.	Nosze wykonane z materiału nie wchłaniającego brudu, krwi, płynów i substancji ropopochodnych;	TAK	
5.	Min długość 200 cm;	TAK	
6.	Min. Szerokość 100 cm;	TAK	
7.	Waga do 2,5 kg;	TAK	
8.	Udźwig min. 250 kg;	TAK	

****) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy***

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kamizelka ortopedyczna

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - 2022

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	Materiał z jakiego jest wykonana kamizelka: wzmacniany winyl – odporny na przetarcia, smary i substancje ropopochodne – nie wchłania płynów i brudu.	TAK	
2.	Kamizelka zapewnia całkowitą stabilizację kręgosłupa na całej jego długości oraz umożliwia swobodny dostęp do klatki Piersiowej.	TAK	
3.	Pasy mocujące klatkę piersiową.	TAK	
4.	Pasy biodrowe.	TAK	
5.	Poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała.	TAK	
6.	Pasy stabilizujące głowę (nylonowe) dopinane na tzw. rzep.	TAK	
7.	Pokrowiec-torba transportowa.	TAK	
8.	Obciążenie dopuszczalne powyżej 220 kg	TAK	
9.	Waga do 3,5 kg	TAK	

**) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Unieruchomienie pediatryczne.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - **2022**

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	Do zastosowania dla dzieci w przedziale 2-10 lat.	TAK	
2.	Min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz min 2 pętle do mocowania do noszy.	TAK	
3.	Wbudowane unieruchomienie głowy.	TAK	
4.	System różnokolorowych pasów zabezpieczających.	TAK	
5.	Prześwietlne dla promieni X.	TAK	
6.	Wymiary minimalne w cm (dł. X szer.) 120x20.	TAK	
7.	Waga do 3 kg.	TAK	
8.	Udźwig min. 40 kg.	TAK	

***) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Defibrylator karetkowy.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - **2022**

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	PARAMETRY OGÓLNE		
1.a	Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym	TAK	
1.b	Ciężar poniżej 5,5 kg z kompletem akumulatorów	TAK	
1.c	Aparat spełnia wymagania normy PN-EN 1789 lub równoważnej	TAK	
1.d	Warunki pracy:	TAK	
	- temperatura min. 0-50°C	TAK	
	- wilgotność względna min. 15-95%	TAK	
1.e	Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 wg IEC 60529	TAK	
1.f	Aparat odporny na wstrząsy - min. 75g wg IEC68-2-27	TAK	
1.g	Aparat odporny na upadek z wysokości min. 1,5 m wg IEC 60601-1	TAK	
2.	ZASILANIE		
2.a	Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, nie dopuszcza się akumulatorów Ni-Cd i SLA	TAK	
2.b	Zasilacz z funkcją ładowania akumulatorów, zintegrowany lub zewnętrzny moduł	TAK	
2.c	Czas pracy na 1 akumulatorze: min. 5 godzin ciągłego monitorowania lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią	TAK	
2.d	Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika	TAK	
2.e	Czas ładowania akumulatora w aparacie do pełnej pojemności – maksymalnie 4 godziny	TAK	
3.	DEFIBRYLACJA		
3.a	Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa	TAK	
3.b	Defibrylacja ręczna i półautomatyczna	TAK	
3.c	Algorytm defibrylacji w cyklu z automatyczną analizą EKG i protokołem RKO zgodnie z Wytocznymi 2010 ERC	TAK	
3.d	Możliwość wykonania kardiowersji	TAK	
3.e	Energia defibrylacji w zakresie min. 2 do 200J	TAK	
3.f	Czas ładowania do energii maksymalnej max 7 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym	TAK	
3.g	Min. 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej	TAK	
3.h	Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych	TAK	
4.	MONITOROWANIE I REJESTRACJA		
4.a	Prekonfigurowane tryby monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków z automatycznym ustawieniem progów alarmowych, energii defibrylacji oraz ustawień NIBP dla poszczególnych grup wiekowych	TAK	

4.b	Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5" o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640x480 pixeli, min. 3 tryby wyświetlania	TAK	
4.c	Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych jednocześnie	TAK	
4.d	Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych	TAK	
4.e	Min. 24-godzinne trendy tabelaryczne wszystkich parametrów monitorowanych, rozdzielczość 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut, możliwość przeglądania na ekranie.	TAK	
4.f	Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. I 50 mm/sek.	TAK	
4.g	Pamięć wewnętrzna: zapis kombinacji 24-godzinnych trendów z rozdzielczością 1 min., 1000 zdarzeń i 32 epizodów (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne).	TAK	
4.h	Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB	TAK	
5.	EKG/ RESPIRACJA		
5.a	Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG	TAK	
5.b	Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną	TAK	
5.c	Automatyczne wykrywanie 3, 5, 12 odprowadzeniowego kabla EKG	TAK	
5.d	Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min	TAK	
5.e	Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,125 do 4,0 cm/mV (min. 6 ustawień do wyboru)	TAK	
5.f	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna	TAK	
5.g	Wybór pary odprowadzeń do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą - co najmniej 2 ustawienia	TAK	
5.h	Pomiar częstości oddechów w zakresie min. 3 - 150 /min.	TAK	
5.g	Przesuw krzywej oddechowej 3,13; 6,25; 12,5 mm/sek.	TAK	
5.i	Regulacja amplitudy krzywej oddechowej	TAK	
6.	STYMULACJA ZEWNĘTRZNA		
6.a	Tryb asynchroniczny i „na żądanie”	TAK	
6.b	Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min.	TAK	
6.c	Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA	TAK	
7.	PULSOKSYMETRIA		
7.a	Pomiar SpO2 w technologii Masimo odpornej na zakłócenia	TAK	
7.b	Zakres pomiaru SpO2: min. 1-100%	TAK	
7.c	Zakres pomiaru pulsu min. 25- 240/min.	TAK	
7.d	Czujnik wielorazowy typu klips dla dorosłych.	TAK	
8.	NIBP		
8.a	Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund.	TAK	
8.b	Zakres mierzonego ciśnienia min. 20 do 260 mmHg.	TAK	
8.c	Tryb pomiarów manualny, automatyczny, monitorowanie (maksymalna liczba pomiarów w czasie minimum 5 minut).	TAK	
8.d	Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min. 1-60 minut.	TAK	
8.e	Programowane ciśnienie napełniania mankietu.	TAK	
8.f	Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem z kabla EKG w celu eliminacji artefaktów.	TAK	
8.g	W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych.	TAK	

9.	Kapnometria		
9.a	Monitorowanie etCO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych.	TAK	
9.b	Zakres pomiaru EtCO2 min. 0-150 mmHg.	TAK	
9.c	Zakres pomiaru respiracji min. 0 – 140 oddechów na minutę.	TAK	
9.d	Przepływ próbki max 50 ml/min.	TAK	
9.e	Maksymalny czas odpowiedzi poniżej 4 sekund.	TAK	
10.	Monitorowanie RKO		
10.a	Funkcja wspomaganie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnień, zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC.	TAK	
10.b	Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnień klatki piersiowej oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej	TAK	
10.c	Prezentacja graficzna na ekranie wykresu głębokości uciśnień klatki piersiowej.	TAK	
10.d	Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnień klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.	TAK	
10.e	Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki Piersiowej.	TAK	
11.	Komunikacja/ transmisja danych		
11.a	Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi 802.11 a/b/g/n; bluetooth; modem komórkowy USB.	TAK	
11.b	Bezpłatna , bez konieczności kupowania licencji czy też dostępu do serwera transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG do szpitalnych systemów odbiorczych w systemie WiFi 802.11 a/b/g/n oraz bluetooth o funkcjonalności opisanej poniżej.	TAK	
11.c	Możliwość odbioru i archiwizacji zapisów EKG ,trendów życiowych na dowolnym komputerze administrowana przez wskazanego przez Zamawiającego użytkownika.	TAK	
11.d	Możliwość nielimitowanego włączania / wyłączania defibrylatorów oraz ośrodków odbiorczych administrowana na poziomie serwera z możliwością różnicowania uprawnień przez administratora.	TAK	
11.e	Możliwość monitorowania funkcji życiowych takich jak SpO2, Nibp, etCO2 , respiracji , w odstępach czasowych nie dłuższych niż 30 sekund.	TAK	
11.f	Możliwość tworzenia identyfikatorów dla nadawców i automatycznego nielimitowanego archiwizowania wszystkich rekordów wygenerowanych przez danego nadawcę.	TAK	
11.g	Otrzymywanie powiadomień w postaci alarmów dźwiękowych i wizualnych o otrzymanej transmisji z powiadomieniem typu SMS na telefon lekarza dyżurnego , automatyczny wydruk raportu po zakończeniu transmisji danych , możliwość retransmisji , możliwość przeglądania zapisów EKG i wyników analizy z funkcją pomiarów amplitudowo –czasowych , możliwość wprowadzania opisów i komentarzy do przesyłanych rekordów.	TAK	
11.h	Port USB do transferu danych do komputera PC.	TAK	
12.	Pozostałe		
12.a	Okres gwarancji min. 24 miesiące.	TAK	
12.b	Czas reakcji serwisu max. 48 godzin.	TAK	
12.c	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK	
13.	Wyposażenie		
13.a	Kabel EKG 12-odprow., 1 szt.	TAK	

13.b	Kabel do stymulacji.	TAK	
13.c	Czujnik SpO2 – klips palcowy dla dorosłych 1 szt.	TAK	
13.d	Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych 1 szt.	TAK	
13.e	Linie monitorowania etCO2 dla dorosłych/dzieci, min. 25 szt.	TAK	
13.f	Torba na akcesoria i uchwyt mocujący defibrylator na ścianie Ambulansu.	TAK	

***) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Przenośny pulsoksymetr z monitorem CO2 w strumieniu głównym.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - 2022

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
1.	Przenośny pulsoksymetr z monitorem CO2 w strumieniu głównym.	TAK	

*) *w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Plecak reanimacyjny z ampularium

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - 2022

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1	2	3	4
2.	Plecak reanimacyjny z ampularium	TAK	

*) *w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Transporter schodowy

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji - **2022**

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Rozmiar po złożeniu 110cm x 64cm x 28cm	TAK	
2.	Maksymalne obciążenie 150 kg	TAK	
3.	Zakres regulacji wysokości od 101 cm do 158 cm	TAK	
4.	Długość pasa gaśnic 78 cm	TAK	
5.	Moc wyjściowa silnika 120 W	TAK	
6.	Napięcie wyjściowe silnika od 20V do 29 V	TAK	

**) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*