

Tarnów, 21.02.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wiertarki laryngologicznej i laryngoskopów dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” - sprawa 161/2024

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI Załącznika 1B i Wzoru umowy

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1B:

1. Załącznik nr 1B – Parametry techniczne, Gwarancja i serwis w pozycji nr 6 jest:

6.	„Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych”
----	--

Winno być:

6.	„Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych, a w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 10 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy.”
----	--

2. Załącznik nr 1B – Parametry techniczne, Gwarancja i serwis w pozycji nr 8 jest:

8.	„Dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat”
----	--

Winno być:

8.	„Dostępność części zamiennych lub możliwości wykonania naprawy i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat”
----	---

Zamawiający modyfikuje Wzór umowy:

1. W § 6 ust. 2 jest:

„Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według zaleceń producenta - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczony sprzęt obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

- uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a. eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

- materiały eksploatacyjne."

Winno być:

„Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według zaleceń producenta - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczony sprzęt obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

- uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a. eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

- zużycie podzespołów w wyniku zwykłej eksploatacji urządzenia (np. zużycie łożysk, przekładni zębatych, itp. w wyniku użytkowania urządzenia, wzrost impedancji przewodów elektrycznych, zużycie soczewek w wyniku zużycia, czyszczenia, mycia, dezynfekcji, itp.)

- materiały eksploatacyjne."

2. W § 6 ust. 6 jest:

„Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów w terminie max. do 10 dni roboczych od dnia stwierdzenia przyczyny awarii.”

Winno być:

„Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów w terminie do 10 dni roboczych od dnia stwierdzenia przyczyny awarii. W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 10 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy.”

Pozostała treść dokumentów pozostaje bez zmian. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym Wzorem umowy i Załącznikiem.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
Florek
mgr Katarzyna Florek

WYKONAWCA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
Hajnyśz