



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Łódź, dn. 17.04.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 26/PN/ZP/D/2020 - dostawa materiałów zużywalnych

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącym SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 - j.t.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie - Pakiet 38

Czy Zamawiający w Pakiecie 38 dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydyną, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku. Znak CE? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie - Pakiet 55

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez 7 FR/ 70mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie - Pakiet 55

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie protez 7 FR/ 50 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie - Dotyczy części nr 18–błękit:

Czy zamawiający dopuści również barwnik w fiolce pakowany po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie – Dotyczy części nr 20–Soczewki:

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewka jednoczęściowa wykonana z akrylu hydrofobowego, zapakowana fabrycznie do injectora. Posiadająca filtr UV i filtr światła niebieskiego, długość całkowita 13 mm, średnica części optycznej 6,0 mm, angulacja 0 stopni, implantacja przez cięcie 2,2 mm stała A 118,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Pytanie –Dotyczy części nr 21–hydroksypropylometyloceluloza:

Czy zamawiający dopuści również metylocelulozę soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczzonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowego objętość 2 ml o niskiej masie cząsteczkowej małym napięciu powierzchniowym, preparat wysoce dyspersyjny, pH 6.8–7.6, lepkość 4500–9500mPas, pojemność 2.0 ml. Wzestawie kaniula 23G?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie –Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylizowany radiacyjnie i pakowany folia-folia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

8. Pytanie –Pakiet 65

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x50cm z taśmą lepłą ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9. Pytanie – Poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x50cm z taśmą lepłą ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. Pytanie – Poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60cm z otworem 6x8cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Pytanie – Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45x75cm z otworem 7cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Pytanie – Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na aparat RTG o wymiarach 117x183cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Pytanie – Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 18x250cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14. Pytanie

Proszę o doprecyzowanie, czy próbki należy dostarczyć tylko i wyłącznie do Pakietów 23 i 24?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami SIWZ.

15. Pytanie

Upierzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

16. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

18. Pytanie Dotyczy Wzoru Umowy § 9, ust.1, pkt.1.10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wartości netto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

19. Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 dopuści Błękit Trypanu 0,06% pakowany w zbiorcze opakowanie zawierające 10 jednorazowych sztuk 0,06% Błękitu trypanu o pojemności 0,75 ml każda ampułkostrzykawka? Jeśli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

20. Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 dopuści soczewkę fabrycznie załadowaną do jednorazowego injectora (preloaded) o długości całkowitej 13,0 mm, średnicy części optycznej 6,0 mm, angulacji 0°, stałej A: 119,1, ostra krawędź 360° na całym tylnym obwodzie oraz na łączeniu z haptenami?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 21 dopuści 2 % roztwór wysokooczyszczzonej hydroksypropylometylocelulozy. Czysty, izotoniczny, sterylny, niepowodujący odczynów zapalnych. Używany podczas zabiegów na przednim odcinku oka w ampułkostrzykawkę o pojemności 2,5 ml, masie cząsteczkowej 86 000 Daltonów, lepkości dynamicznej 3200 mPa·s (przy 5 s⁻¹) w 25°C, pH: 6.8-7.6, filtrowany, wolny od włókien i zanieczyszczeń, w zestawie z kaniulą 23G?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Pytanie - Pakiet nr 59 Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków stomijnych 1-częściowych otwartych w kolorze beżowym bez dodatkowego okienka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

23. Pytanie

wnosimy o wprowadzenie do umowy Nr 26/PN/ZP/D/.../2020 - WZÓR nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu umowy w § 13 ust.4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną modyfikacją SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

24. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycji 2 sterylne, podkład chłonny w białej włókninie, absorpcja wody do 6l wody lub 2,4 NaCl i innych płynów opartych na wodzie, o rozmiarze 72x37 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

25. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycji 1, 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, jednorazowy, rozmiar 80x200 cm. Warstwa chłonna min 50x200 cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1 min od zmożenia. Bez zawartości latexu. Nie cytotoksyczny. Nie drażniący skóry-potwierdzone badaniami. Warstwa wierzchnia PP 20g/m², warstwa pośrednia-średnia gęstość 65±5 g/m², niebieska dolna warstwa PE 35g/m². Niesterylne klasy 1, zgodny z normą EN 13795. Elektrostatyczny zgodnie z normą UNE-EN 1149-1/ UNE-EN 1149-5. Możliwość przenoszenia do 150 kg. Grubość 0,5 mm. Chłonność 2000ml/m². Możliwość sterylizacji w EO. Termin przydatności do 10 lat?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

26. Pytanie

Czy w Pakiecie nr 6 poz. nr 1 Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek zagiętych do kilkukrotnego użytku (do max 10 użyć i 9 resterylizacji w parze), z trzonem obrotowym 5 mm, długości 34 cm?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z modyfikacją SIWZ.

27. Pytanie

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 41 poz. nr 1 lejców naczyniowych w rozmiarze 2,4 x 1,2 mm /40 cm. Proponowane lejce naczyniowe są aktualnie dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Pytanie

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 41 poz. nr 2 lejców naczyniowych w rozmiarze 2,4 x 1,2 mm /75 cm. Proponowane lejce naczyniowe są aktualnie dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

29. Pytanie

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 41 poz. nr 3 lejców naczyniowych w rozmiarze 1,5 x 1,0 mm /40 cm. Proponowane lejce naczyniowe są aktualnie dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30. Pytanie

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 56 Igieł punkcyjnych w rozmiarach od 18 G do 22 i długościach od 80 mm do 300 mm oraz w rozmiarach 23 G i 25 G i długościach od 50 mm do 200mm spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

31. Pytanie

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2019r.,poz.1843 – j.t. ze zm.)



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

32. Pytanie - Dotyczy pakietu 8:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 1 wchłanialną i biokompatybilną zewnątrzkomórkową matrycę posiadającą strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości umożliwiające szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej, wykonaną z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I pozyskanego ze ścięgien Achillesa, nie wymagającą przyszywania, rozmiar 7,5x7,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

33. Pytanie - Dotyczy pakietu 8:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 2 wchłanialną i biokompatybilną zewnątrzkomórkową matrycę posiadającą strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości umożliwiające szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej, wykonaną z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I pozyskanego ze ścięgien Achillesa, nie wymagającą przyszywania, rozmiar 5x5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

34. Pytanie - Dotyczy pakietu 8:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 3 wchłanialną i biokompatybilną zewnątrzkomórkową matrycę posiadającą strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości umożliwiające szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej, wykonaną z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I pozyskanego ze ścięgien Achillesa, nie wymagającą przyszywania, rozmiar 5x5 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

35. Pytanie - Dotyczy pakietu 47:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 wchłanialną i biokompatybilną zewnątrzkomórkową matrycę posiadającą strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości umożliwiające szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej, wykonaną z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I pozyskanego ze ścięgien Achillesa, nie wymagającą przyszywania. Materiał liofilizowany, powierzchnia przeźroczysta po zmoczeniu, grubość 0,2 mm, sterylne.

Rozmiary odpowiednio:

- a. 2,5x2,5 cm
- b. 5x5 cm
- c. 7,5x7,5 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

36. Pytanie - Pakiet 32, Poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji „bipolarnej elektrody koagulacyjnej, spiczastej”, z pozostałymi parametrami zgodnymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

37. Pytanie - Pakiet 32, Poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji „koszyeczka do ekstrakcji kamieni, nitinolowego, bez końcówki prostej, o rozmiarze 1,9Fr, długości 120 cm, posiadającego 4 druciki, średnicy kosza 12 mm, sterylne, jednorazowego”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

38. Pytanie - załącznik nr 4 do SIWZ:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemiologicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu umowy w § 13 ust.4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną modyfikacją SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

39. Pytanie - załącznik nr 4 do SIWZ:

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści §3 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu umowy w § 13 ust.4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną modyfikacją SIWZ.

40. Pytanie - załącznik nr 4 do SIWZ:

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści §9 ust. 1.1 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu umowy w § 13 ust.4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną modyfikacją SIWZ.

41. Pytanie - załącznik nr 4 do SIWZ:

Czy w związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści §7 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu umowy w § 13 ust.4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną modyfikacją SIWZ.

42. Pytanie - Dotyczy pakiety 35 poz.1a

Prosimy Zamawiającego o informację czy dopuści rozmiar 80x20x15? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

43. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 35 poz. 1c

Prosimy Zamawiającego o informację czy dopuści rozmiar 55x15x10? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

44. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o informację czy dopuści rozmiar 2,5x5,1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

45. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o informację czy dopuści Materiał hemostatyczny z utlenowanej, regenerowanej celulozy, w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Struktura włókienkowa, nietkana, pH 2,5-3,5 i zawartości grupy karboksylowej 18-24%. Materiał złożony z 10 bardzo cienkich warstw, z możliwością separowania na 6-7 warstw. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Etykiety samoprzylepne -możliwość wklejania do kart pacjenta. Czas hemostazy w ciągu 2 min. Czas wchłaniania 7-14 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

46. Pytanie - Pytanie do Umowy:

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

„Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej."

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu umowy w § 13 ust.4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną modyfikacją SIWZ.

47. Pytanie - do umowy:

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

„1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów."

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu umowy w § 13 ust.4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną modyfikacją SIWZ.

48. Pytanie - do Umowy § 8 Kary umowne ust. 2 pkt. 1)

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„1) za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 umowy w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia"

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu umowy w § 13 ust.4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną modyfikacją SIWZ.

49. Pytanie - (Pakiet nr 20)

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową załadowaną w jednorazowy system implantacyjny (preloaded) o długości całkowitej 12,5mm, stałej A 118,4, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

50. Pytanie - (Pakiet nr 21)

Czy Zamawiający wymaga szklanej strzykawki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

51. Pytanie - (Pakiet nr 21)

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 23G?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

52. Pytanie - Pakiet 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha podwójnie pakowanego ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym w papier krepowy i dodatkowo posiadającym dwa ręczniczki z włókniny kompresowej? Pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

53. Pytanie - Pakiet 70

Czy Zamawiający wyrazi dopuści ubranie operacyjne jednorazowe (bluza + spodnie) wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze nie mniej niż 45 g/m². Bluza z krótkim rękawem, z wycięciem pod szyją typu serek z 2 rozporkami po bokach, z 3 kieszeniami (2 na dole, 1 po lewej stronie, 1 po prawej stronie), 3 kieszeń w górnej lewej części bluzy. Spodnie długie z tasiemką w pasie, bez ściągaczy na nogawkach. Odporność na przenikanie cieczy 23 cmH₂O, paroprzepuszczalność 4532 g/m²/24h, kolor ciemno-niebieski lub zielony, włóknina nieprześwitująca. Do oferty zostaną dołączone dokumenty, wydane



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

przez producenta wyrobu, potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji. Komplet zapakowany w torebkę foliową, przezroczystą z czytelną etykietą, w opakowaniu bluza +spodnie. Rozmiary XS – XXXL.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

54. Pytanie - dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści:
„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy nastąpiło wezwanie do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z modyfikacją SIWZ.

55. Pytanie - Pakiet 60, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do trudnych intubacji o średnicy wew. 2.5 do 3,5 ; 4.0 do 5.5 oraz pow 6.0 , sterylną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

56. Pytanie - Pakiet 72, pozycja 1

Czy zamawiający oczekuje 100 sztuk czy 100 kpl po 2 sztuki. Najmniejsza ilość w opakowaniu stanowi kpl= 2 sztuki?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ, Zamawiający wymaga 100 kpl (op.) po 2 szt.

57. Pytanie - Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podwójnego, bezigłowego portu do iniekcji z przedłużaczem Y do użytku przez 7 dni i min. 700 aktywacji (użyć). Przezroczysta obudowa oraz podzielna membrana z wewnętrzną stożkową kaniulą . Dreny z zaciskami ślizgowymi, średnica drenów wewnętrzna 1,2 mm, długość – 10 cm, bezigłowe porty po przepłukaniu charakteryzują się neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania i chronią przed napływem wstecznym krwi do linii. Objętość wypełnienia – 0,35 ml. Na opakowaniu nazwa producenta, data ważności nr serii i nr katalogowy. Sterylne pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

58. Pytanie - Pakiet 33 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej 1 ml z wbudowaną igłą 29G, wymiarach 0,33mm/12,5mm, z minimalną przestrzenią martwą zgodną z normą 7886-1, różniącą się minimalnie od parametrów wymaganych w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

59. Pytanie - Pakiet 33 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej o poj. 1 ml z wbudowaną igłą o śr igły 27 G i wymiarach 0,4mm/12,5 mm z minimalną przestrzenią martwą zgodną z normą 7886-1 różniącą się minimalnie od parametrów wymaganych w SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

60. Pytanie - Pakiet 33 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki typu Microfine (1 ml 29Gx i ½”0,33x 12,5mm)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

61. Pytanie - Pakiet 5, poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje drenu brzuszego, którego końcówka ma min. 6 otworów bocznych?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z modyfikacją SIWZ.

62. Pytanie - Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści rurkę anoskopową jednorazową dł. 8,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

63. Pytanie - Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 110x210cm wykonany z włókniny polipropylenowej z poliestrowym wypełnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

64. Pytanie - Pakiet 46

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 11l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

65. Pytanie - Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną długości L=98mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

66. Pytanie - Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę adekwatną do rozmiaru fartucha oraz nadruk z rozmiarówką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

67. Pytanie - Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści fartuch w zestawie z dwoma ręcznikami o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

68. Pytanie - Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

69. Pytanie - Pakiet 66

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora, rolka termiczna 57mm x 30m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

70. Pytanie - Pakiet 70

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

71. Pytanie - Pakiet 70

Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne o odporności na wypychanie na sucho 106 kpa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

72. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

73. Pytanie Pakiet 23 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie ostrzy o kącie 34 st. Jest to parametr lepszy od opisanego, ponieważ im niższy kąt natarcia ostrza względem tkanki tym uzyskuje się lepsze rezultaty skrawania przy mniejszym zużyciu żyłki. Wynika to z faktu, iż cienkie ostrze łatwiej tnie materiał. Zwracamy uwagę, iż zastosowanie mniejszego kąta pozwala użytkownikowi na optymalizację procesu oraz dłuższą eksploatację pojedynczego ostrza mikrotomowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

74. Pytanie Pakiet 23 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy wysokoprofilowych o długości 75mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

75. Pytanie Pakiet 25 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie płynu utrwalającego do materiałów zawierających śluz o pojemności 500ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem odpowiedniego przeliczenia oferowanych opakowań.

76. Pytanie Pakiet 25 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści odczynniki w opakowaniach po 4 litry z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że termin ważności wynosić będzie min 24 miesiące po dostawie do Zamawiającego.

77. Pytanie Pakiet 25

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby odczynniki były rekomendowane do cytowirówki MPW-MED Instruments MPW-351E, ponieważ odczynniki te używane są do utrwalania i preparacji materiału komórkowego przed procesem wirowania w związku z czym ww. wymóg jest w tym przypadku bezzasadny.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z modyfikacją SIWZ.

78. Pytanie Pakiet 46 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10,6l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

79. Pytanie

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

80. Pytanie Dotyczy **wzoru umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nowy zapis do wzoru umowy w § 3 ust. 13 dotyczący wartości minimalnej zamówienia, który otrzymuje brzmienie zgodnie z modyfikacją SIWZ.

81. Pytanie

Czy Zamawiający w **Pakiecie 45** w pozycji 1 dopuści rurkę wykonaną z mieszaniny silikonu i PCW, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

82. Pytanie

Czy Zamawiający w **Pakiecie 52** w pozycji 1 dopuści rurkę tracheotomijną z odsysaniem

z przestrzeni podgłośnia (przewód do odsysania wbudowany w ściankę rurki) z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft-Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta, wykonaną z termoplastycznego PCW, posiadającą elastyczny, przezroczysty uchwyt z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Sterylne, pakowane w opakowanie typu blister. Dostarczana łącznie z tasiemką do mocowania.

Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

83. Pytanie

Czy Zamawiający w **Pakiecie 54** zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 (rurki tracheostomijnej silikonowej) do odrębnego pakietu? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

84. Pytanie dotyczy pakiet nr 64, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów posiadających oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki widocznej przed rozłożeniem. Fartuch ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serwetka włókninowa, pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

85. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 42

Czy zamawiający, dopuści igły do podawania botoksu – firmy Laborie o następujących parametrach:

- średnica igły 23 G / 23G do cystoskopów sztywnych

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

86. Pytanie

Czy w pakiecie 3: Ssaki neurochirurgiczne Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ssaków wg następującego opisu:

Samoczynująca końcówka ssąca (pozwala operatorowi oczyścić końcówkę poprzez proste przesunięcie wewnętrznego chowanego mandrynu bez konieczności odłączania) z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego i zakończeniem roboczym wykonanym ze stali nierdzewnej, z kontrolą siły ssania, zaokrąglone krawędzie otworu końcowego odporne na wyszczerbianie, pojedyncze łukowate załamanie krzywizny, 9 French (śr. zewn. 3,0mm); 10 French (śr. zewn. 3,5mm); 12 French (śr. zewn. 4,0mm) dł. całkowita po krzywiznie 283 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

87. Pytanie

Czy w pakiecie 8, pkt 1, 2, 3: Substytut opony twardej Zamawiający dopuszcza zaoferowanie substytutu wg następującego opisu:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Substytut opony twardej, zbudowany z płynoszczelnej błony kolagenowej z wysokooczyszczzonego osierdzia wołowego poddawanego w procesie pozyskiwania wielostopniowemu opatentowanemu procesowi. Porowata struktura matrycy umożliwia szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej. Materiał fabrycznie sterylny, posiadający właściwości hemostatyczne, adhezyjne oraz zapobiega zrostom i bliznowaceniu.

Rozmiary:

Pkt 1: 6,0 x 8,0 cm - 5 szt.

Pkt 2: 5,0 x 5,0 cm - 5 szt.

Pkt 3: 5,0 x 4,0 cm - 5 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

88. Pytanie

Czy w pakiecie 47: Substytut opony twardej Zamawiający dopuszcza zaoferowanie substytutu wg następującego opisu:

Substytut opony twardej, zbudowany z płynoszczelnej błony kolagenowej z wysokooczyszczzonego osierdzia wołowego poddawanego w procesie pozyskiwania wielostopniowemu opatentowanemu procesowi. Porowata struktura matrycy umożliwia szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej. Materiał fabrycznie sterylny, posiadający właściwości hemostatyczne, adhezyjne oraz zapobiega zrostom i bliznowaceniu.

Rozmiary:

Pkt 1: 2,0 x 3,0 cm - 5 szt.

Pkt 2: 4,0 x 5,0 cm - 5 szt.

Pkt 3: 6,0 x 8,0 cm - 5 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

89. Pytanie Pakiet 33 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 33 poz. 3 strzykawkę insulinową z igłą BD Micro-Fine Plus o pojemności 0,5 ml. Jednorazowego użytku, o sterylnym wnętrzu. Fabrycznie zmontowana strzykawka z igłą w jednym opakowaniu ułatwia iniekcje. Igły BD Micro-Fine TM Plus wykonane są z wysokiej jakości stali spełniającej międzynarodowe standardy ISO 9626.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

90. Pytanie Pakiet 33 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 33 poz. 2 strzykawki do tuberculin 1 ml typu Sub-Q z wtopioną igłą 26G1/2 – 0,45x13mm, ostrze standard, skala co 0,01ml. Strzykawka bez przestrzeni martwej. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, natłuszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trwała, niezmywalna. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. Sterylizowna EO. Opakowanie 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

91. Pytanie Pakiet 2, poz.1

"Czy Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry serwety

- chłonność min. 35ml/100cm²,

- gramatura podstawowa: 295 g/m²

- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

92. Pytanie Pakiet 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 2 z pakiet nr. 2. co pozwoli na złożenie oferty większej ilości wykonawców, a co za tym idzie na uzyskanie lepszej ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

93. Pytanie Pakiet 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego koca:

Jednorazowy Koc OR (biały) używany do przykrycia pacjenta przed i/lub po zabiegu. Rozmiar: 110 x 210 cm.

Może być grzewany w szafce grzewczej do 60°C, do 2 godzin bez torby PE. Produkt wykonany jest z białej włókniny polipropylenowej (25%) i białego poliestru (75%). Gramatura: 144g/m². Pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

94. Pytanie Pakiet 64

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach S/M -2XLL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

95. Pytanie Pakiet 69

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z zaworem. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

96. Pytanie Pakiet 70

Prosimy o dopuszczenie opisanych poniżej bardzo dobrej jakości jednorazowych kompletów chirurgicznych:

Jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone białą lamówką. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z miękkiej włókniny SMS o gramaturze 42 g/m², bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny dostępny w 3 wariantach kolorystycznych: niebieskim, jasnozielonym i fioletowym, w rozmiarach: XS-3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 90 kPa. Pakowane po 25 szt. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

97. Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 dopuści igłę w rozmiarze 18Gx3,5 1,3 x 88mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

98. Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33 poz. 3 dopuści strzykawkę przeznaczoną do iniekcji dokładnych ilości insuliny z igłą wtopioną w rozmiarze 30Gx1/2 0,30x12,7?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

99. Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33 poz. 3 dopuści strzykawkę przeznaczoną do iniekcji dokładnych ilości insuliny z igłą wtopioną w rozmiarze 29Gx1/2 0,33x12,7?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

100. Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33 poz. 1 dopuści strzykawkę 1ml przeznaczoną do iniekcji dokładnych ilości insuliny z igłą wtopioną w rozmiarze 30Gx1/2 0,30x12,7?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

101. Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33 poz. 1 dopuści strzykawkę 1ml U-100 do insuliny z dokładaną igłą w rozmiarze 29G 0,33x13mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

102. Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33 poz. 2 dopuści strzykawkę 1ml tuberkulinową z dokładaną igłą w rozmiarze 26G 0,45x13mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

!!! Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów u innych niż opisane w SIWZ zaznaczyć, iż parametr / zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SIWZ !!!

2) Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, j.t.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowana SIWZ z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 i 4a Prawa zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 24.04.2020 r. godz. 08:30.

Nowy termin otwarcia ofert: 24.04.2020 r. godz. 09:00.

Ostateczny termin wniesienia wadium (w tym w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego) i doręczenia dowodu jego wniesienia upływa dnia 24.04.2020 r. o godz. 08:30.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4a Prawa zamówień publicznych Zamawiający w dniu 17.04.2020 r. przekazał drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – stosownie do regulacji zawartej w art. 12a ust. 3 PZP została umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. WAM - CSW
mgr Anna Pietrzyk
 mgr Anna Pietrzyk