



Poznań, dnia 16 lutego 2021 roku

Dz. Z. P. – 01/30/21

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego na dostawę wyrobów medycznych.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 29.01.2021 roku, pod numerem: 2021/S 020 - 044185

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśniam:

Zestaw nr 1

1) Pakiet 13 poz. 6

Czy dopuszczając Państwo kolor inny niż zielony, np. biały lub niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2) Pakiet 15 poz. 2

Czy dopuszczają Państwo ofertę na maseczki tylko w kolorze niebieskim o gramaturze warstw: 25g/m²+25g/m²+25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 2

Część 4, poz. 2

• Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

• Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

• Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

• Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 6

• Czy zamawiający wymaga opakowania papier-foolia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

• Czy zamawiający wymaga zaferowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 13, poz. 5-6



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 96 72
e-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 13, poz. 5

- Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarze 210 cm x 160 cm, o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.,

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 13, poz. 6

- Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.,

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach:

- Mankiet 5 cm
- Długość całkowita 108 cm
- Szerokość w pasie ok. 63 cm x 2 mierzone na płasko
- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 15, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, spełniający wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 15, poz. 2

- Czy zamawiający dopuści maskę w jednym kolorze (niebieski)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści maskę o gramaturze pojedynczej warstwy min. 25 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 96 72
e-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy zamawiający dopuszcza i wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw: włókniny polipropylenowej, warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 3

Pakiet 1

Pyt. 1 – *Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 1 i stworzy z niej oddzielny pakiet?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2 – *Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: wysokiej jakości kaniule dożylnie bez portu bocznego, wykonane z poliuretanu lub teflonu, bez zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzanie kaniuli, posiadające filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi, z 3 paskami kontrastującymi w RTG, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, rozmiary:*

26G dł. 19mm przepływ 19 ml/min

24G dł. 19mm przepływ 29 ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4

Pyt. 1 – *Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji nr 1-2 i stworzy z nich oddzielny pakiet?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2 - *Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych bez portu z automatycznie aktywowującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły, wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi, bez zaworu i zastawki antywypływowej, rozmiary: 24G (0,74)- dł. 19mm; 22G (0,90) - dł. 25mm; 20G (1,00)- dł. 32mm; 18G(1,30)- dł. 45mm; 18G(1,30)- dł. 32mm; 17G (1,50)- dł. 45mm; 16G (1,75)- dł. 45mm; 14G (2,0) – dł. 45mm?*

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 3 – *Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści: korki do zamykania światła kaniuli, pakowane w blister po 4 sztuki aseptycznie oddzielonych od siebie koreczków, z trzpieniem powyżej krawędzi, ułatwiającym naprowadzenie w światło kaniuli?*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw nr 4

Pytanie 1

Część nr 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej zestawy uniwersalnej do operacji pediatrycznych o następującym składzie:

1 x serweta na stolik instrumentalny 120 cm x 140 cm (jako owinięcie zestawu), odporność na przenikanie cieczy 150 cm H₂O, chłonność > 100% zgodnie z wymogami normy 13795

2 x fartuch chirurgiczny posiadający nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 42 g/m² w części przedniej i 40,5 g/m² na rękawach. Wzmocnienie w części przedniej 100 x 45 cm (L) i 100 x 50 cm (XL). Zapięcie na rzep 3 x 6,5 cm i 14 x 3 cm; fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 (wymagania wysokie). Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta; brak wskaźnika sterylizacji oraz potwierdzenia braku lateksu. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej: przód 118 cm H₂O, rękaw 198 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 214 (przód)/ 153 (rękaw) kPa, Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm oraz literowo L – 1szt. oraz 150 cm oraz literowo XL – 1szt.

1 x fartuch chirurgiczny, zapięcie na rzep 3 x 6,5 cm i 14 x 3 cm; posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 (wymagania wysokie). Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta; brak wskaźnika sterylizacji oraz potwierdzenia braku lateksu. Wytrzymałość na wypychanie na sucho \geq 120 kPa. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm oraz literowo L

1 x ostrze chirurgiczne sterylne pakowane pojedynczo nr 10



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 96 72
e-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

1 x ostrze chirurgiczne sterylne pakowane pojedynczo nr 11

1 x opakowanie a'10 szt. jałowych tupferów rozmiar w rozmiarze 12x12cm, wykonanych z gazy 20 nitkowej z elementem kontrastującym w promieniach rtg, opakowanie - kartonowy dyspenser z przegródkami, każdy tupfer w osobnej przegródce.

10 szt. jałowych tupferów typu kula o wielkości orzecha, wykonanych z gazy 20 nitkowej z elementem kontrastującym w promieniach rtg, tupfery osobno zapakowane w papierową torbę.

3 szt. jałowych tupferów z gazy 20-nitkowej z nitką RTG, typu śliwka, rozmiar duży o średnicy ok. 5 cm, tupfery osobno zapakowane w papierową torbę

1 x miska 120 ml, wykonana z plastiku

1 x miska 250 ml, wykonana z plastiku

30 x kompres gazowy 17 nitkowy z nitką RTG, 16-warstwowy, 7,5x7,5cm

2 x serweta operacyjna samoprzylepna, rozmiar 75 cm x 50 cm, odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, chłonność 340%

2 x serweta operacyjna samoprzylepna rozmiar 75 cm x 90 cm, odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, chłonność 340%

Wszystkie składowe (2-13) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Ułożenie warstw zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu. Zestaw wyposażony w min. dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służącą do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej, minimalizująca ryzyko rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie znajduje się sterylny margines bezpieczeństwa.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 5

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 3, pozycja 1** serwety do owinięcia noworodka sterylnej w kolorze białym w rozmiarze 70x80cm, wykonanej z materiału bawełnopodobnego o gramaturze min. 50g/m², dobrze wchłaniającego ciecz, nietoksycznego i przyjaznego dla skóry noworodka. Serweta pakowana pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę, natomiast rozmiar zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 3, pozycja 1** serwety do owinięcia noworodka sterylnej w kolorze białym w rozmiarze 95x150cm, wykonanej z materiału bawełnopodobnego o gramaturze min. 50g/m², dobrze wchłaniającego ciecz, nietoksycznego i przyjaznego dla skóry noworodka. Serweta pakowana pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę, natomiast rozmiar zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 11, pozycja 1** Zestawu uniwersalnego do operacji pediatrycznych o składzie i parametrach:

- 1) Serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 120x150 cm wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m² i odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O. Owinięcie zestawu – 1szt.
- 2) Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m² o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 28g/m². Wzmocnienie w przedniej części fartucha oraz na rękawach. Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części sztywnej zapięcie na rzep. Elementy fartucha łączone overlockiem. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu, z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiar: XL – 136 cm i XXL -160 cm długości. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 134 cm H₂O, mniej krytycznej min. 22 cm H₂O. Wytrzymałość na powierzchni krytycznych na wypychanie na mokro min. 201kPa, na sucho min.211kPa. – 2szt.
- 3) Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gamaturze min. 68g/m² o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 28g/m². Wzmocnienie w przedniej części fartucha oraz na rękawach. Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części sztywnej zapięcie na rzep. Elementy fartucha łączone overlockiem. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu, z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiar: L – 130 cm długości. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 134 cm H₂O, mniej krytycznej min. 22 cm H₂O. Wytrzymałość na powierzchni krytycznych na wypychanie na mokro min. 201kPa, na sucho min.211kPa – 1szt.
- 4) Ostrze chirurgiczne sterylne, pakowane pojedynczo nr 10 - 1szt.
- 5) Ostrze chirurgiczne sterylne, pakowane pojedynczo nr 11 – 1szt.
- 6) Tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG rozmiar 12x12 cm, tupfery osobno zapakowane w papierową torebkę – 10szt.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 96 72
e-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

- 7) Tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, rozmiar 20x20 cm, tupfery osobno zapakowane w papierową torebkę – 10szt.
- 8) Tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, rozmiar o średnicy około 5cm, tupfery osobno zapakowane w papierową torebkę – 3szt.
- 9) Pojemnik wykonany z plastiku o pojemności 125ml – 1szt.
- 10) Pojemnik wykonany z plastiku o pojemności 250ml – 1szt.
- 11) Kompres gazowy 7,5x7,5 cm, 16 warstwowy z nitką RTG – 30szt.
- 12) Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 70x50 cm – wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O – 2szt.
- 13) Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 75x90 cm – wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O – 2szt.
- 14) Wszystkie składowe 2-13 ułożone w kolejności punktów opisu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 6

Pytanie 1 dot. CZĘŚĆ 17, POZ. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie maski o klasie FFP2, która nie jest wyrobem medycznym a środkiem ochrony osobistej.

Oferowany przez nas produkt jest zgodny publikowanymi przez MZ informacjami dot. produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19:

- normą europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
- certyfikowana znakiem CE,
- Klasa ochrony P2,
- odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Załącznik nr 1 – do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy – po kolejnych dopuszczeniach;



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 96 72
e-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl

