



Politechnika Warszawska

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nr pisma: CEZAMAT/ZP2/2024/1/TD

Warszawa, 05.03.2024 r.

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„ Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj pod nazwą : adaptacja pomieszczenia 1.55 BT w celu montażu instalacji aparatury naukowo-technicznej MOCVD w budynku Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie przy ul. Poleczki 19”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1:

„ Prosimy o udostępnienie dokumentacji instalacji urządzenia (DTR dla gazów, woda chłodnicza, instalacja glikolu, parametry wentylacji).

Odpowiedź: Zamawiający udostępni wskazane dokumenty jako załączniki do niniejszego pisma. Załączniki zostają zamieszczone w zakładce „komunikaty publiczne” platformy zakupowej.

PYTANIE nr 2:

Czy przewidziany jest na wylocie z urządzenia scrubber (suchy czy mokry)?

Odpowiedź: Planowane jest podłączenie do istniejącej instalacji wyciągowej na sub-fabie która podłączona jest do scrubbera mokrego.

PYTANIE nr 3:

Czy konieczne jest przyłączenie do systemu BMS?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisami PFU.

Dyrektor
Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT
/-/

Mariusz Wielec