

Łódź, dnia 29 maja 2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**



Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU "POWOŁANIE I URUCHOMIENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO BIO-MAS" – I etap - Nr sprawy: FO-Z/ŁIT/17/2023.**

**Odpowiedź na pytanie Wykonawcy**



Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Część nr 2- reaktor laboratoryjny pkt. 28.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie parametrów technicznych termostatu, a w szczególności zakresu temperaturowego oraz wydajności grzania i wydajności chłodzenia (w 20°C).

Prosimy również o informację dotyczącą wymaganego panelu kontrolnego.

**Ad. 1.**

Zakres temperatur: -50 - +200 °C

Wydajność grzania: 2kW

Wydajność chłodzenia: 1kW (w 20 °C)

Panel kontrolny: PID, wyświetlacz 3,5", złącze RS232 oraz USB.

Wobec powyższego Zamawiający dodaje tą treść do pkt 28 Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

*Z poważaniem*

**Sieć Badawcza Łukasiewicz**

**Łódzki Instytut Technologiczny**