

ZP/4/22

### **Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. **„Sukcesywna dostawa opatrunków, wyrobów z włókniny oraz obłożeń sterylnych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”**

#### **I**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy, Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Zadanie nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do porodu wykonanego z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca może zaoferować zestaw wykonany z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>.

2. Część 1 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę

3. Część 1 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga ligniny białej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga ligniny białej, która jest wyrobem medycznym.

4. Część 1 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga ligniny krepowanej?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza rozwiązanie Wykonawcy.

5. Część 1 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga ligniny będącej wyrobem medycznym, o chłonności min 12 g/g? Na potwierdzenie próbka i karta danych technicznych na wezwanie.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga.

6. Część 1 poz. 11-14: Czy Zamawiający wymaga siatkowych elastycznych rękawów opatrunkowych wykonanych z jedwabiu poliamidowego tekstuowanego (50%) oraz jedwabiu poliuretanowego (50%)? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza rozwiązanie Wykonawcy.

7. Część 6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści watę opakowaniu 500 gram? Większe opakowanie jest bardziej ekonomiczne i ekologiczne (efektywniejszy proces produkcji, mniejsza ilość odpadu w postaci opakowań).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie Wykonawcy z odpowiednim przeliczeniem ilości.

8. Część 6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

9. Część 6 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

10. Część 6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100% w miejsce waty bawełniano-wiskozowej? Wata bawełniana 100% charakteryzuje się większą chłonnością (nawet do 15%) oraz wysoką czystością mikrobiologiczną, co zwiększa bezpieczeństwo stosowania tego wyrobu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

11. Część 6 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100% w miejsce waty bawełniano-wiskozowej? Wata bawełniana 100% charakteryzuje się większą chłonnością (nawet do 15%) oraz wysoką czystością mikrobiologiczną, co zwiększa bezpieczeństwo stosowania tego wyrobu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

12. Część 6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

13. Część 6 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

14. Część 7 poz. 1-3: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

15. Część 7 poz. 4-5: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwalają na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, który pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki.

16. Część 11 poz. 2: Czy Zamawiający, aby zwiększyć konkurencyjność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodzi się wyłączyć z pakietu 11 pozycję nr 2 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

17. Część 11 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny niejałowy ze ściągaczem poliestrowym (dł. min. 8cm), z włókniny min. 35g/m<sup>2</sup>, rękaw prosty, szwy zszyte ultradźwiękowo rozmiar XL?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny niejałowy ze ściągaczem poliestrowym (dł. min. 8cm), z włókniny min. 35g/m<sup>2</sup>, rękaw prosty, szwy zszyte ultradźwiękowo rozmiar XL.

18. Część 12 poz. 5: Czy Zamawiający, aby zwiększyć konkurencyjność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodzi się wyłączyć z pakietu 12 pozycję nr 5 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

19. Część nr 12 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza spodenki w rozmiarze L i XL.

20. Część nr 12 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 145x80cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza osłonę w rozmiarze 145x80cm.

21. Część nr 15: Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie : 1 × serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 cm× 190 cm, 1 × osłona na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, 1 × serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery „T” o wymiarach min. 250 cm × 325 cm z przyklepnym otworem otoczonym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami, 1 × serweta dla dziecka o wymiarach 90 cm × 60 cm jako podkład chłonny, 2 × ręcznik (kompresy włókninowe) o wymiarach 20cm x 40 cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie : 1 × serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 cm× 190 cm, 1 × osłona na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, 1 × serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery „T” o wymiarach min. 250 cm × 325 cm z przyklepnym otworem otoczonym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami, 1 × serweta dla dziecka o wymiarach 90 cm × 60 cm jako podkład chłonny, 2 × ręcznik (kompresy włókninowe) o wymiarach 20cm x 40 cm.

22. Dot .umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia publicznego. Zachowanie § 7 ust. 5 ogólnych warunków umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 7 ust. 5 ogólnych warunków umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

23. Dot. umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 9 ust. 2. punkt 3) wyrażenia „20% całkowitej wartości brutto umowy” na wyrażenie „10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

24. dotyczy Część nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Ligniny w rolkach a 250g z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 276 szt ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Ligniny w rolkach a 250g z odpowiednim przeliczeniem ilości

25. dotyczy Część nr 1 poz. 9 i 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : opaska elastyczna o rozciągliwości ok. 110%, wyprodukowana z miękkiej tkaniny o wysokiej zawartości naturalnych włókien bawełnianych. Dzięki swojej krepowanej strukturze, opaska UNIVERSAL może być również stosowana na zaokrąglonych częściach ciała, z których się nie zsuwa. Ze względu na swoją trwałą elastyczność nie rozciąga się z czasem i może być używana wielokrotnie. Opaska posiada dwie zapinki. Pakowane

pojedynczo w folię, a następnie – po 10 szt. w papierowy kartonik o wymiarach 5mx10cm i 5mx15cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu, o którym mowa w pytaniu.

26. dotyczy Część nr 1 poz. 11,12,13,14

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 1 mb siatkowego elastycznego rękawa opatrunkowego w stanie swobodnym, czy rozciągniętym ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za 1mb siatkowego elastycznego rękawa opatrunkowego w stanie swobodnym.

27. dotyczy Część nr 1 poz. 11,12,13,14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Elastyczne siatki opatrunkowe z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową - posiadają bardzo dużą elastyczność wzdłużną i poprzeczną. Doskonale dopasowują się do kształtu ciała, są miękkie i oddychające, posiadają szerokie zastosowanie. Głównym przeznaczeniem siatek jest stworzenie szybkiego i pewnego systemu podtrzymywania i mocowania opatrunków w miejscach, gdzie użycie tradycyjnych metod jest niewskazane lub nieskuteczne.

Siatka opatrunkowa po rozciągnięciu posiada strukturę o bardzo dużych oczkach, zapewniającą bardzo dobre mocowanie opatrunku, zapewniając jednocześnie doskonałe warunki oddychalności dla opatrunku. Siatka w stanie swobodnym ma długość 6,5mb, w stanie rozciągniętym 20 mb.

Część nr 1 poz. 11- rozm. 7 (tors dorosłego)

Część nr 1 poz. 12- rozm. 1 (dłoń stopa)

Część nr 1 poz. 13- rozm. 3 (podudzie)

Część nr 1 poz. 14- rozm. 4 (udo)

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu, o którym mowa w pytaniu.

28. dotyczy Część nr 9 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: opaska gipsowa pakowana po 1 sztuce. Warstwa naturalnego gipsu nakładana jest obustronnie na nośnik bawełniany. Opaska wymaga krótkiego czasu namaczania – czas wiązania wynosi ok. 4-8 minut. Opaska jest produkowana w zakresie szerokości 6-20 cm i ma długość 3 m. Opaska gipsowa ORTHO-FIX przeznaczona jest do usztywniania kończyn.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

29. dotyczy Część nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Chusta trójkątna wyprodukowana ze 100% wiskozy w formie tkaniny lub włókniny (włóknina polipropylenowa typu spunbond). Jest wytrzymała i natychmiast gotowa do użycia podczas udzielania pierwszej pomocy oraz w opiece ambulatoryjnej. Dostępna jest w rozmiarze 96 x 96 x 143 cm.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

30. dotyczy Część nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisany fartuch

Niejałowy fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku, wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny.

Rozmiar XL (130x150 cm) Wyrób medyczny klasy I reguła I, zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

31. dotyczy Część nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie :

Niejałowy fartuch ochronny laminowany wykonany z paroprzepuszczalnego laminatu włókniny spunbond PP + film mikroporowaty (dyfuzyjny) PP/PE o gramaturze 53g/m<sup>2</sup>. Fartuch w kolorze białym, przy szyi zapięcie na rzepy, w pasie wiązany na trok o długości 3m, rękawy zakończone delikatną, nieuciskającą gumką.

Spełnia wymagania normy EN 14126:2005 (odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego: klasa 4, odporność na przenikanie czynników infekcyjnych: klasa 6, odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli i cząstek stałych: klasa 3 – potwierdzone badaniami CIOP-PIB) oraz wymagania normy EN 13795-2:2019 (odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho (zgodnie z ISO 22612) <1CFU, czystość mikrobiologiczna (zgodnie z EN ISO 11737-1): 27CFU/100cm<sup>2</sup>, pylenie (zgodnie z EN ISO 9073-10): 1,64log<sub>10</sub>, wytrzymałość na wypychanie na sucho (zgodnie z EN ISO 13938-1): 64kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho (zgodnie z EN 29073-3): 106N). Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej klasy III. Fartuch pakowany po 10 szt. Rozmiar XL

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu, o którym mowa w pytaniu Wykonawcy.

32. Pytanie – dotyczy Część nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie :

sterylne ręczniki do osuszania rąk w rozmiarze 30,5 x 34 cm pakowane po 1szt, jednorazowego użytku wykonany z celulozy wzmocnionej nicią nylonową o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>, opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe, na którym znajduje się nadruk m.in. z nazwą wyrobu, numery REF, LOT, data ważności wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

33. dotyczy Część nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu lubragel w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g) i 11ml (11g)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu, o którym mowa w pytaniu Wykonawcy.

34. dotyczy Część nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm



Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> bez dodatkowego wzmocnienia chłonnego (zawiera dużą torbę na płyny, dlatego nie potrzebny jest pad chłonny). Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

35. Pakiet 2, poz. 7 - Proszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej oddzielnego pakietu

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

36. Pakiet 11, poz. 2 - Proszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej oddzielnego pakietu

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

37. Pakiet 11, poz. 2 - Proszę o dopuszczenie fartucha z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

38. Pakiet 11, poz. 2 - Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

39. Pakiet 11, poz. 2

Proszę o dopuszczenie fartucha z rękawami zakończonymi gumką zamiast mankietem

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

40. Pakiet 12, poz. 1, 5

Proszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej oddzielnego pakietu

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

41. Proszę o dopuszczenie startu na poszczególne pozycje asortymentowe w poszczególnych pakietach

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

42. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 1) pieluchy jednorazowe dla noworodków w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza pieluchy jednorazowe dla noworodków w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę.

43. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 3): pieluchy jednorazowe dla dzieci w rozmiarze 7-11kg?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

44. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 3): pieluchy jednorazowe dla dzieci w rozmiarze 10-14kg?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluch dla dzieci w rozmiarze 10-14 kg.

45. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 3): pieluchy jednorazowe dla dzieci w rozmiarze 13-20kg?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

46. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycje: 1 - 3) możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci wystawionych przez producenta?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza jako dokumenty równoważne w zakresie przedmiotowych środków dowodowych.

47. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 4 i 5) do złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym jedynie w części centralnej z włókniną po bokach, która nie jest pokryta tym laminatem na całej powierzchni?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

48. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 4) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 160cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

49. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 5) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 170cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

50. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 4 i 5) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

51. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 4 i 5) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłonięcie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

52. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 4 i 5) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustawi to jako wymóg minimalny?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

53. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 4 i 5) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające podwójne, elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, lecz pozbawione elementu elastycznego? Produkty, które chcemy zaproponować Państwu wyposażone są w elastyczne przylepcorzepy oraz w elastyczne boki produktu. Połączenie tych dwóch cech umożliwia idealne dopasowanie produktu w przedniej części co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu. Należy również nadmienić, że rozwiązanie, które zawarte jest w SWZ „rozciągliwe przylepcorzepy” stosowane jest tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek na polskim rynku. Utrzymanie takiego wymogu przeczy zasadom uczciwej konkurencji, gdyż wskazuje konkretnego, jednego wykonawcę. Dopuszczenie do postępowania tylko i wyłącznie jednego wykonawcy działa na szkodę szpitala – brak konkurencyjnych ofert, negatywnie przekłada się na kondycję finansową Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

54. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 4 i 5) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak minimum tylnego ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

55. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

56. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie określił wymogów spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający nie wymaga więc od Wykonawcy podmiotowego środka dowodowego – wykazu środków transportu.

57. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyklucza możliwości wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury.

58. Część 11 poz.1

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną o wymiarach 96x96x138?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza chustę trójkątną o wymiarach 96x96x138.

59. Część 11 poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min.30g/m<sup>2</sup>?

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min.35g/m<sup>2</sup>?

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ w zakresie gramatury i rozmiaru fartucha, natomiast dopuszcza zaoferowanie fartucha jałowego.

60. Część 11 poz.3

Czy Zamawiający dopuści serwetę do rąk jałową 30cmx40cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

61. Część 11 poz.4

Czy Zamawiający dopuści żel do znieczulenia o składzie lidocaina 2%, chlorheksydyna 0,25%?

Czy Zamawiający dopuści żel w sterylnej ampułkostrzykawce o poj. 6 ml i 11ml?

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a`24szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości szt.

Z zaokrągleniem w górę tj.13 op a`24szt?

Prosimy o podzielnie poz.4 na dwa punkty i określenie ilości wymaganych opakowań 5ml i 10ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza żel do znieczulenia o składzie lidocaina 2%, chlorheksydyna 0,25%, w sterylnej ampułkostrzykawce o poj. 6 ml i 11ml, w opakowaniu a' 24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wykonawca winien uśrednić cenę za asortyment, w zależności od pojemności opakowań 5 mln i 10 ml. Zamawiający będzie zamawiał asortyment w opakowaniach według bieżącego zapotrzebowania.

62. Część 12 poz.7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody14cmx250cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

63. Część 12 poz.9

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet dla noworodka o składzie:

⇒ 4 serwety z miękkiej włókniny kompresowej – 80 x 60cm

⇒ 1 podkład wysokochłonny z wkładem z pulpy celulozowej – 90 x 60cm

⇒ 1 czapeczka bawełniana dla noworodka

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zestaw serwet dla noworodka o cechach wyspecyfikowanych w pytaniu.

64. Część 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup> (Biflex) i 83g/m<sup>2</sup> (Triflex)

- Zgodność z normą PN-EN 13795

#### Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przyklepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywne) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

65. Część nr 11, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści żel do znieczulania o pojemności 6ml – dla dzieci i kobieta oraz 11ml – dla mężczyzn, pakowany w ampułkostrzykawkę, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie Wykonawcy.

66. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 3, pozycja 1 kompresów wysokochłonnych niejałowych w rozmiarze 15x25cm zamiast 20x20cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza asortyment o cechach określonych w pytaniu Wykonawcy.

67. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 3, pozycja 2 serwety samoprzylepnej w rozmiarze 50x70cm z otworem 6x8cm zamiast serwety 50x60cm z otworem 7cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza asortyment o cechach określonych w pytaniu Wykonawcy.

68. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 3, pozycja 3 serwety z otworem samoprzylepnym z możliwością dostosowania średnicy otworu w rozmiarze 50x70cm zamiast 45x75cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza asortyment o cechach określonych w pytaniu Wykonawcy.

69. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 3, pozycja 4 jednej serwety włókninowej barierowej w rozmiarze 75x100 zamiast 75x90cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza asortyment o cechach określonych w pytaniu Wykonawcy.

70. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 3, pozycja 4 jednej serwety włókninowej barierowej z otworem i przylepną krawędzią boczną w rozmiarze 75x100 zamiast 75x90cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza asortyment o cechach określonych w pytaniu Wykonawcy.

71. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w Części 3, pozycja 5 jałowego zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

- 6x kompres gazowy 17n8w 7,5x7,5cm
- 4x tampon gazowy średniej wielkości
- 1x kleszczyki plastikowe typu kocher 14cm
- 1x pęseta plastikowa anatomiczna zielona 12,5cm
- 1x serweta barierowa włókninowa, nieprzylepna 50x70cm
- 1x serweta barierowa włókninowa 50x70cm z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczęściowa)
- 1x strzykawka typu Luer-Lock 10ml, opakowana
- 1x igła 1,2mm x 40mm 18G różowa, opakowana
- 1x igła 0,8mm x 40mm 21G zielona, opakowana
- 1x skalpel jednorazowy, opakowany
- 1x igłotrzymacz metalowy 14cm
- 1x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10x12cm, opakowany
- zestaw zapakowany w miskę dwudzielną.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza asortyment o cechach określonych w pytaniu Wykonawcy.

72. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w Części 15, pozycja 1 serwety do cięcia cesarskiego z torbą do zbiórki płynów z jednym zaworkiem zamiast dwóch. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

73. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w Części 15, pozycja 1 serwety dla dziecka o wymiarze 70x80cm zamiast 90x100cm.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

74. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w Części 15, pozycja 1 serwety dla dziecka o wymiarze 95x150cm zamiast 90x100cm.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

75. Dotyczy części nr 7 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w przedziale wagowym 2-6 kg?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza asortyment o cechach określonych w pytaniu.

76. Dotyczy części nr 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w przedziale wagowym 4-10 kg?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza asortyment o cechach określonych w pytaniu.

77. Dotyczy części nr 7 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w przedziale wagowym 8-16 kg?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza asortyment o cechach określonych w pytaniu.

78. W związku z zapisem w SWZ że każdy wyrób musi być oznaczony znakiem CE ale wyrobem medycznym nie są pieluchy dla dzieci czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy, CE lub deklarację zgodności dla pieluchomajtek w części nr 7?

Odpowiedź: W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wskazał, że CE lub deklarację zgodności składa się tylko dla wyrobów medycznych. Jeżeli asortyment nie jest wyrobem medycznym to nie składa się dla niego CE lub deklaracji zgodności.

79. Projekt umowy - Do §3 ust. 1 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie do §3 ust. 1 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

80. Do §6 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c. "..., z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."



Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

81. Do §7 ust. 5 wzoru umowy: W związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może skutkować wyłączeniem ze stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a takim jest art. 552 Kodeksu Cywilnego uprawniający Sprzedawcę do wstrzymania dostaw w przypadku, gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z dokonaniem zapłaty za dostarczoną część zamówienia, prosimy o usunięcie z umowy odpowiednich postanowień §7 ust. 5.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

82. Do §9 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej za zwłokę w wymianie reklamowanej partii do wysokości 0,5% wartości brutto dostawy, której dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

83. Do §9 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

84. Do §12 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy. Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika asortymentu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: W projekcie umowy Zamawiający wyszczególnił dopuszczalne, przewidywane zmiany przyszłej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Sytuacja, o której mowa w pytaniu nie została przewidziana w projekcie umowy. Na etapie postępowania Zamawiający nie jest w stanie określić jak postąpi w sytuacji opisanej w pytaniu. Wszystko zależne jest od stanu faktycznego i prawnego zdarzenia, o ile takie zaistnieje w okresie trwania umowy.

85. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź: Przesłanki, o których mowa w pytaniu nie aktualizują się i według wiedzy Zamawiającego nie zaktualizują się w okresie trwania umowy.

86. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:  
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego,

- cejsi na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odpowiedź: Zamawiający na etapie postępowania nie przewiduje ustanowienia zabezpieczeń cywilnoprawnych, o których mowa w pytaniu.

87. Część nr 1, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

88. Część nr 1, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

89. Część nr 2, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

90. Część nr 2, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N? Fartuch spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

91. Część nr 2, poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >100 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 327.8kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro >54.42 N - parametry w strefie krytycznej? Fartuch spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

92. Część nr 2, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

93. Część nr 2, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylizowanego radiacyjnie?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

94. Część nr 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ubranie tylko w kolorze niebieskim.

95. Część nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu wysokochłonnego w rozmiarze 20cm x 10cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

96. Część nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu wysokochłonnego w rozmiarze 20cm x 25cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

97. Część nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

98. Część nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym o wymiarach 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

99. Część nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym o średnicy 6 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

100. Część nr 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nakłucia lędźwiowego z serwetą 75cm x 90cm z otworem i przylepcem wokół otworu (w miejsce serwety 75cm x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

101. Część nr 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nakłucia lędźwiowego ze strzykawką 3-częściową typu Luer-Lock 5 ml z tłokiem polipropylenowym (bez opakowania jednostkowego)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

102. Część nr 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nakłucia lędźwiowego z igłami: 18G (1,2x40mm, różowa) oraz 22G (0,7x30mm, czarna)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

103. Część nr 3, poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza dostarczenie próbek niesterylnych.

104. Część nr 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego o poniższym składzie:

10 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

10 x tufery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm

1 x igłotrzymacz metalowy 13 cm

1 x peseta plastikowa 12,5 cm

1 x kleszczyki metalowe Pean 13 cm

1 x serweta 90 cm x 75 cm 45 g/m<sup>2</sup> foliowo-bibułowa

1 x serweta 45 cm x 75 cm 60 g/m<sup>2</sup> foliowo-bibułowa z przylepnym otworem 8 cm

1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 10 ml

1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml

1 x igła 1,2 x 40 mm opakowana różowa

1 x igła 0,8 x 40 mm opakowana zielona

1 x ostrze proste nr 11 4,4 cm, zapakowane

1 x opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (opakowany)

Opakowanie - twardy blister dwukomorowy + 2 samoprzylepne etykiety?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

105. Część nr 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego, jałowego opatrunku włókninowego z wkładem chłonnych, z przecięciem i otworem „O” w rozmiarze 9cm x 10 cm pakowane a’1 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

106. Część nr 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego, jałowego opatrunku włókninowego z wkładem chłonnych, z przecięciem i otworem „O” w rozmiarze 12cm x 14 cm pakowane a’1 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

107. Część nr 6, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu pakowanego a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

108. Część nr 6, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie kuli?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza tufery w kształcie kuli.

109. Część nr 6, pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

110. Część nr 6, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne do sterylizacji tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

111. Część nr 6, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34cm x 8cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

112. Część nr 6, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne wykonane z włókniny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, posiadające samoprzylepny pasek mocujący w części centralnej, miękkie i chłonne?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

113. Część nr 6, pozycja 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

114. Część nr 6, pozycja 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy jałowej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

115. Część nr 9, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

116. Część nr 9, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 min?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

117. Część nr 9, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

118. Część nr 9, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

119. Część nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli 25 sztuk opatrunków czy 25 opakowań po 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 25 op po 100 szt.

120. Część nr 10, poz. 6-7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

121. Część nr 10, poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

122. Część nr 11, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

123. Część nr 11, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

124. Część nr 11, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

125. Część nr 11, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozowników 6 ml dla kobiet i dzieci oraz 11 ml dla mężczyzn?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

126. Część nr 11, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści żel sterylizowany promieniami gamma?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

127. Część nr 12, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

128. Część nr 12, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

129. Część nr 12, poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk (50 par) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

130. Część nr 12, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

131. Część nr 12, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

132. Część nr 12, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

133. Część nr 12, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

134. Część nr 12, poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z podkładem chłonnym 90x60cm o chłonności 1177ml?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

135. Część nr 12, poz. 9 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne.

136. Część nr 15, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o składzie i parametrach:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm, z 2 zaworkami

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm



4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

137. Część nr 19, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 2 warstw bibuły i 1 warstwy folii?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

138. Część nr 19, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm, perforacji co 50cm i długości 40m (80 sztuk)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

139. Pakiet 15, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- Osłona na stół narzędziowy 152x190cm
- 2 chłonne ręczniki 34x36 cm, rozwinięte
- 1 kocyk dla noworodka 76x86cm
- 1 osłona na stół Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem
- 1 serweta SMMMS do cięcia cesarskiego 196/259x307cm, wzmocnienie chłonne 38x51cm, folia chirurgiczna z otworem w kształcie gruszki 18x18cm, torba na płyny z portami wyjściowymi, 3 uchwyty na przewody typu rzep, osłona ramion stołu

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

140. Pakiet 15, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- Osłona na stół narzędziowy 140x190 cm, 50 µm
- 1 kocyk dla noworodka, 100x105cm
- 1 serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego 196/249x300cm z osłonami ramion stołu, 2 wzmocnienia: 52x67cm oraz 43x57cm, torba na płyny, otwór 30x36cm wypełniony folią operacyjną z dodatkowymi przylepcami, 4 uchwyty na przewody
- 1 osłona na stół Mayo 80x142cm
- 2 ręczniki chłonne 30x20cm rozłożone

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

141. Pakiet 15, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga obłożenia do cięcia cesarskiego ze wzmocnieniem zarówno w okolicy otworu, jak i dodatkowego na kończynach pacjentki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie jest ono wymagane.

142. Pakiet 15, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zestawu z czterema etykietami do wklejania do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie jest ono wymagane.

143. Część 1, poz. 9-10

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

144. część 1, poz. 11-14

czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 mn w stanie spoczynku?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje wyceny w stanie spoczynku.

145. część 1, poz. 4-6, 11-14

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6, 11-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

146. część 6, poz. 13-14

Czy zamawiający wydzieli poz.13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

147. część 12, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

148. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

149. część 14, poz. 1-2

czy zamawiający dopuści inne kolory, w tym niebieski?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

150. część 19

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 cm , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły:  $24 \pm 0,10$  g/m<sup>2</sup> ; minimalna chłonność 90 g/m<sup>2</sup> ; grubość folii  $15 \pm 2$  μm, 100 szt. na rolce?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

151. dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do chirurgii ręki bez osłony Mayo w zestawie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

152. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 13 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletów chirurgicznych w rozmiarze od S do XXL w kolorach niebieskim i zielonym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

153. Pytania do wzoru umowy

1) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez obniżenie kar umownych nim przewidzianych do:

a. 0,5% wartości towaru podlegającego reklamacji lub towaru nieodebranego za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2)

b. 10% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 3).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

154. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Odniesienie do wspomnianego przepisu znajduje się w § 9 ust. 3 projektu umowy.

155. Wnosimy o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym

przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odpowiedź: Właściwy przepis znajduje się w § 14 ust. 1 projektu umowy.

156. Wnosimy o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

## II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) w wyniku dokonania wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji dokumentów postępowania w następującym zakresie:

1) Dział X, punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07 maja 2022 roku.

2) Dział XVI punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08 kwietnia 2022 roku do godziny 11:00.

4) Dział XVII punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 kwietnia 2022 roku, o godzinie 11:30.

Zmiany wiążą Wykonawców z chwilą ich ogłoszenia.

/-/ Paweł Dopierała  
Prezes Zarządu