



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448; BDO: 000150922  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy: 42/ZP/2024  
DZP/329/2024

Zgorzelec, dnia 16.10.2024r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę i instalację laryngologicznego mikroskopu operacyjnego dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 2)**

##### **PYTANIE NR 1. dot. załącznik nr 2b do SWZ – warunki gwarancji, pkt 5 oraz pkt 6:**

Uprzejmie zwracamy uwagę na niespójność w zapisach punktów 5 i 6, w których Zamawiający jednocześnie wymaga naprawy w ciągu 24 godzin, przy czym czas na reakcję serwisu wynosi 48 godzin. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w punktach 5 i 6 na: czas reakcji serwisu wynoszący 48 godzin w dni robocze oraz czas naprawy usterki/awarii od momentu zgłoszenia wynoszący maksymalnie 7 dni roboczych.

**Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2B do SWZ – Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu w pkt. 5, dopisuje pkt. 5A i 5B oraz usuwa pkt. 6, zgodnie z uaktualnionym załącznikiem, stanowiącym integralną część udzielonych odpowiedzi**

#### **(ZAPYTANIE NR 3)**

##### **PYTANIE NR 1 do pkt. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie centralnej blokady podstawy jezdnej i kół – pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.**

##### **PYTANIE NR 2 do pkt. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stałego systemu tłumienia drgań.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

##### **Pytanie nr 3 do pkt. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikroskopu z zakresem wychylenia głowicy przód/tył min. 125 stopni. Jest to zakres zapewniający bezpieczne wykonanie wszystkich możliwych zabiegów operacyjnych z zakresu laryngologii.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

##### **Pytanie nr 4 do pkt. 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zakresu korekcji wady wzroku operatora w okularach min. +5D do min. -5D. Proponowany zakres nie wyklucza używania dodatkowo własnych okularów lub szkieł korekcyjnych.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

##### **Pytanie nr 5 do pkt. 25:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zakresu ogniskowej min. 225mm do 600mm – pozostałe parametry bez zmian. Jest to zakres zapewniający bezpieczne wykonanie wszystkich możliwych zabiegów operacyjnych z zakresu laryngologii.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

##### **Pytanie nr 6 do pkt. 31:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikroskopu bez systemu odsysania powietrza z wnętrza założonej folii sterylnej. Wymagany system najczęściej pracuje tylko z dedykowanymi osłonami, które są kilkukrotnie droższe od standardowych osłon, narażając Zamawiającego na ukryte koszty.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie nr 7 do pkt. 32:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kamery FULL HD zintegrowanej z głowicą mikroskopu – pozostałe parametry bez zmian.

Proponowane, a wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie nie wnosi żadnych zmian dla chirurga operującego w okularach mikroskopu oraz dla osób patrzących na monitor mikroskopu – jakość sygnału i jego rozdzielczość 1080p jest taka sama.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie nr 8 do pkt. 33:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zintegrowanego ze statywem mikroskopu systemu archiwizacji – pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie nr 9 do pkt. 36:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwóch niezależnych ekranów sterujących dla mikroskopu i archiwizatora lub dopuszczenie możliwości sterowania mikroskopu z panelu urządzenia i archiwizatorem za pomocą bezprzewodowego pilota IR.

Proponowane rozwiązanie daje możliwość sterowania i dalszego użytkowania funkcji samego mikroskopu podczas, gdy sam system video i archiwizacji ulega usterce. W przypadku wymaganego jednego wspólnego systemu, usterka jednego z podzespołów systemu może unieruchomić całe urządzenie.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie nr 10 do pkt. 38:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikroskopu bez wbudowanego modułu WiFi.

W dobie zabezpieczeń związanych z zabezpieczeniem danych, moduł WiFi nie jest niezbędnym i bezpiecznym rozwiązaniem.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie nr 11 do pkt. 39:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikroskopu z menu panelu sterującego w j. angielskim.

Zdecydowana większość funkcji menu obrazowana jest ikonograficznie bez konieczności znajomości języków obcych.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/994524> uaktualnione następujące dokumenty: 42\_ZP\_2024\_Załącznik nr 2B do SWZ\_WARUNKI GWARANCJI\_ZMIANA\_1**

Z poważaniem

**Katarzyna Jagiełło**

**Specjalista ds.  
Zamówień Publicznych**

**Z upoważnienia Dyrektora  
Radosław Jabłoński**

**Z-ca Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa [https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_zgorzelec](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec)
- 2) A/a