



Wrocław, dnia 07.09.2023r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-242/2023

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Papierów rejestracyjnych i podkładów chłonnych.

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarach 210 mm x 25 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 1600 rolek. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.2

Pakiet 1 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego do Statim5000S o rozmiarach 57mm x 7m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 43 sztuki. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet 1 poz. 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego do programatora firmy St Jude o rozmiarach 210mm x 140mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 8 sztuk. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Pakiet 1 poz. 17

Zwracamy się z prośbą o podanie czy wymagany papier ma mieć jeden czy dwa znaczki.

Odp. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany papier posiadał jeden znaczek

Pytanie nr 5

Projekt umowy- §2 ust. 1

Prosimy o podanie terminu obowiązywania umowy

Odp. Termin obowiązywania umowy 24 miesiące