



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych*”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania oryginalny czujnik tlenu o nazwie MOX-2? Jesteśmy jedynym dystrybutorem aparatów do znieczulania WATO i dbając o najwyższe standardy oferujemy akcesoria, które spełniają oczekiwania użytkownika, a które to można stosować w w.w. aparatach, bez niezbędnych modyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr 10 pozycja 27,30,38

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 10, wydzieli pozycje 27,30,38 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 19

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu j. uz. dla dorosłych standard 1-żył. obw. 25-35cm, dł 55cm, szer.14 cm mat miękka włóknina z kon BP12 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 - dotyczy pakietu nr 10 pozycja 21

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu j. 1-żył. dla dor. standard rozm. 22-32 dwuwarstwowy z klamrą ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 25

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długości 1 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6 - dotyczy pakietu nr 10 pozycja 26

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długości 1 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 31

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 32

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 33

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 34

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 35

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 36

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 37

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK BIURA
Zaprzęgnię i Zamówień Publicznych

Romana Komora

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Benda

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji

mgr Mariola Dwojnowska-Dąbrowska