



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 1

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Znak: P-M/DZZP/ 2329 / 1347 /24**

**Data: 01.07.2024r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby „Pro-Medica” w Elku sp. z o. o.” Znak sprawy: 2122/2024**

**Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

#### ***PYTANIE nr 1***

Czy Zamawiający potwierdza, że dla odczynnika dolichotest nie jest wymagany certyfikat CE tylko deklaracja zgodności producenta zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych?

***Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.***

#### ***PYTANIE nr 2***

Czy w rubryce „nr certyfikatu CE” dla pozycji 8 oraz 9 należy wpisać sygnaturę deklaracji zgodności np. data ważności itp.?

***Odpowiedź: Tak.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

