

Nr postępowania: GUM2024ZP0033

Gdańsk, dnia 12.04.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania na dostawę wytrząsarki, zamrażarek niskotemperaturowych i spirometru

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 – Pakiet 1:

Czy Zamawiający dopuści amplitudę 19 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i w związku z tym załącza do pisma zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1.

Pytanie 2 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną bez przyłączy wynoszącą 1110 mm, szerokość z przyłączami wynoszącą 1165 mm, głębokości bez przyłączy - 938 mm , oraz głębokości z przyłączami 985 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ jest ograniczone miejsce w pomieszczeniu.

Pytanie 3 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści komorę wewnętrzną bez pokrycia tworzywem sztucznym, wykonaną w całości ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na podobne pytanie w dniu 08.04.2024 r. Zamawiający wyjaśnia, że dopuścił w opisie przedmiotu zamówienia, żeby komora wewnątrz została wykonana ze stali nierdzewnej bez żadnego pokrycia lub ze stali pokrytej tworzywem sztucznym zapobiegającym przymarzaniu próbek, rdzewieniu, pękaniu i odpornością na odczynniki do dezynfekcji.

Pytanie 4 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści komorę wyposażoną w 2 drzwi z podziałem na 4 sekcje?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na takie samo pytanie w dniu 09.04.2024 r. (pytanie nr 6).

Pytanie 5 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści port USB oraz Ethernet, zamiast RS485?

Odpowiedź:

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na podobne pytanie w dniu 08.04.2024 r. i dokonał stosownego zapisu do opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu 2.

Pytanie 6 – Pakiet 1:

Czy Zamawiający dopuści amplitudę wytrząsarki wynoszącą dokładnie 19mm, a nie wymagane 20 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 powyżej.

Dodatkowo, Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 16.04.2024 r. na dzień **17.04.2024 r.**

Składanie ofert do godz. 09:00.

Otwarcie ofert o godz. 09:20

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Dodatkowo zmienia termin związania ofertą z dnia 15.05.2024 r. na dzień **16.05.2024 r.**

p.o. Kanclerza

/-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula