



Nr sprawy: KP 18/04/2025

Ciechocinek, 2025.04.17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Numer sprawy: KP 18//04/2025

Dostawa i montaż sprzętu medycznego dla potrzeb Uzdrowiska Ciechocinek S. A. w 9 zadaniach :

Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż sprzętu medycznego kod CPV 33158400-6, 33150000-6, 33155000-1, 33100000-1

Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż sprzętu medycznego - Uguł wraz z osprzętem, wanna do hydromasażu kod CPV 33100000-1, 33158400-6, 33150000-6

Zadanie nr 3 - Dostawa i montaż sprzętu medycznego - Wirówka kończyn dolnych kod CPV 33100000-1

Zadanie nr 4 - Dostawa i montaż sprzętu medycznego - Aparat do inhalacji ultradźwiękowych kod CPV 33155000-1, 33150000-6

Zadanie nr 5 - Dostawa i montaż sprzętu medycznego - Urządzenie do membranowego suchego Masażu kod CPV 33100000-1, 33192100-3

Zadanie nr 6 - Dostawa i montaż sprzętu medycznego - Stolik pod aparaturę do fizykoterapii, leżanka drewniana kod CPV 33100000-1

Zadanie nr 7 - Sprzęt medyczny - Aparat do EKG kod CPV 33190000-8

Zadanie nr 8 - Pozostały sprzęt medyczny - Wózek inwalidzki kod CPV 33193000-9

Zadanie nr 9 - Dostawa i montaż Autoklaw – Sterylizator parowy kod CPV 33191110-9

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczają Państwo oferty na niepełne części zadań?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na niepełne części zadań.

Dotyczy: zadania 9 zadania

Zadanie nr 9 - Dostawa i montaż Autoklaw – sterylizator parowy kod CPV 33191110-9

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z obudową wykonaną ze stali malowanej proszkowo, która jest równie trwała i łatwiejsza do utrzymania w czystości?

Odpowiedź nr 1 :

Zamawiający dopuszcza autoklaw z obudową wykonaną ze stali malowanej proszkowo.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z pokrywą zewnętrzną drzwi wykonaną ze stali, zabezpieczoną warstwą izolacyjną przed poparzeniem?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza autoklaw z pokrywą zewnętrzną drzwi wykonaną ze stali, zabezpieczoną warstwą izolacyjną przed poparzeniem.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw wyposażony w jedną wewnętrzną elastyczną sondę temperaturową do pomiaru temperatury sterylizowanych materiałów?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza autoklaw wyposażony w jedną wewnętrzną elastyczną sondę temperaturową do pomiaru temperatury sterylizowanych materiałów.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o zakresie temperatury sterylizacji 98 -135 °C?

Odpowiedź nr 4 :

Zamawiający dopuszcza autoklaw o zakresie temperatury sterylizacji 98 -135 °C.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z dedykowanym systemem do wody, który nie wymaga zbiornika ciśnieniowego?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza autoklaw z dedykowanym systemem do wody, który nie wymaga zbiornika ciśnieniowego.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z panelem sterowania, który automatycznie tworzy raporty z cykli w formacie PDF i ma możliwość czytania ich przez USB, zamiast drukarki??

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza autoklaw z panelem sterowania, który automatycznie tworzy raporty z cykli w formacie PDF i ma możliwość czytania ich przez USB, zamiast drukarki.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez filtra powietrza wylotowego do odpadów?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza autoklaw bez filtra powietrza wylotowego do odpadów.

Pytanie nr 8:

Prosimy Zamawiającego o określenie drogi transportowej do miejsca docelowego dla autoklawu. Czy będzie konieczne wnoszenie urządzenia po schodach?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuję, że droga transportowa ma długość około 20 metrów, w jej trakcie znajdują się schody o 7 stopniach.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje o nie przedłużeniu terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

.....
Podpis Kierownika Jednostki

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania