



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa urządzeń w Centralnej Sterylizatorni oraz na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

1. Naprawa suszarki do narzędzi chirurgicznych (prod. Getinge; typ S 363 E111; nr ser. W 50019543; nr inwentarzowy **TN 802/810**; paszport nr 599) z Centralnej Sterylizatorni. Naprawa polegająca na wymianie filtrów suszarki (*zalecenie po przeglądzie*).
2. Naprawa sterylizatora parowo-formaldehydowego (prod. Getinge; typ HS 6613ER2 LTSF; nr ser. 2109719-01001; nr inwentarzowy **TN 802/806**; paszport nr 595) z Centralnej Sterylizatorni. Naprawa polegająca na wymianie kompletu przewodów pneumatycznych ciśnieniowych i nieszczelnych szybkozłączy pneumatycznych (*awaria*).
3. Naprawa myjni dezynfektora (prod. Getinge; typ FD 1600; nr ser. W50046075; nr inwentarzowy **TN 802/1073**; paszport nr 810) z Oddziału Ginekologiczno -Położniczego. Naprawa polegająca na wymianie kompletu przewodów detergentów myjni (*zalecenie po przeglądzie*).
4. Naprawa myjni dezynfektora (prod. Getinge; typ FD 1600; nr ser. W50046081; nr inwentarzowy **TN 802/1071**; paszport nr 808) z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Naprawa polegająca na wymianie kompletu przewodów detergentów myjni (*zalecenie po przeglądzie*).
5. Naprawa myjni dezynfektor (prod. Getinge; myjnia WA-2; typ 46-5; nr ser. W 50019647; nr inwentarzowy **TN 802/808**; paszport nr 597) z Centralnej Sterylizatorni. Naprawa polegająca na wymianie następujących części/elementów składowych: zestawu grzałek opcji suszenia myjni, filtrów wstępnych wentylatora myjni, wentylatora opcji suszenia myjni, drukarki panelowej myjni.

Warunki wykonania usługi:

- dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych oraz zamontowanie ich do ww. urządzeń (wymagane jest oświadczenie o zastosowaniu oryginalnych części zamiennych użytych przy naprawach);
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń;
- wpisy w paszportach technicznych potwierdzających sprawność urządzeń z dopiskiem: „sprawny – dopuszczony do eksploatacji”.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.