



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sanatorium Uzdrowskowe

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w
Szczecinie

Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg
tel. centr. +48 94/35 44 620
NIP 671-15-54-411

Kołobrzeg, dnia 23.06.2023 r.

Nr postępowania: 14/2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:
„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

zadanie nr 5: dostawa łóżek do masażu membranowego – szt. 2

Pytanie nr 10:

czy zamawiający dopuści do postępowania łóżko do masażu membranowego o następujących parametrach:


1. Certyfikowany produkt medyczny klasa II a;
2. Urządzenie fabrycznie nowe;
3. Urządzenie wyposażone w dwie niezależnie masujące dysze n. jedna dysza pracuje w prawą stronę, druga w lewą stronę;
4. Dopasowanie masażu na długości pleców co do 1 cm;
5. Powierzchnia leża dł. 1950 mm x szer. 800 mm;
6. Możliwość personalizacji strony wejściowej i strony głównej;
7. Objętość wody: 320 litrów;
8. Liczba dysz 2 szt.;
9. Możliwość regulacji prędkości masażu w skali od 0 do 30;
10. Ciśnienie pompy 7 barów;
11. Regulacja temperatury wody od 25 do 40°C – ponieważ producent wyszedł z założenia, że temperatura masażu poniżej 25 stopni jest nieprzyjemna dla użytkownika i w praktyce nigdy nie wykorzystywana. Najczęściej stosuje się zakres temperatury w przedziale 30 – 33 stopnie;
12. Wymiary całkowite urządzenia: dł.: 2150 mm, szer. 1100 mm, wys. 570 mm;
13. Waga pustego urządzenia max. [kg]: 168;
14. Maksymalna waga pacjenta [kg]: 210 kg;
15. Techniki masażu: Równoległy, Punktowy, Pulsacyjny, Okrężny, Przeciwbieżny, Wyciskający;
16. Obszary masażu: Masaż sekwencyjny, Całe ciało, Plecy, Odcinek lędźwiowy, Obręcz barkowa, Biodra/uda, Kompleksowo kończyny dolne;
17. Urządzenie posiada na wyposażeniu tylko jedną pompę i jeden falownik pompy – co powoduje niższy hałas pracy łóżka i przekłada się na niższe koszty eksploatacji urządzenia;
18. Bezpieczny dotykowy nieelektroniczny panel sterowania – brak awarii w przypadku kontaktu z wodą, parą wodną. Nie ma też możliwości odształcenia płytki w przypadku mocniejszego nacisku na panel sterujący;
19. Możliwość indywidualnego programowania rodzaju i ilości zabiegów;
20. Dostosowanie pracy dysz do wzrostu pacjenta;
21. System chłodzenia zewnętrzny – urządzenie schładzane bieżącą zimną wodą;
22. Termin realizacji/dostawy łóżek – do 30 dni.

Urządzenie, które chcemy Państwu zaoferować jest urządzeniem równoważnym do urządzenia opisanego w specyfikacji warunków zamówienia. Na przykładzie sprzedanych kilkuset urządzeń w samej Polsce, wielu użytkowników oferowanego przez naszą firmę łóżka twierdzi, że posiada najlepsze parametry, przyczyniające się na najniższą awaryjność wśród tego typu urządzeń.

Odp.: zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu zgodnie z przedstawionymi w postępowaniu wymogami SWZ.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrawiskowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu

mgr Maciej Bejnarowicz

